

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.544 6.484 - 6.604	7.062 7.012 - 7.112	7.442 7.392 - 7.492	7.670 7.620 - 7.720	7.918 7.858 - 7.978
	mmHg	88.2 77.6 - 98.8	58.1 50.6 - 65.6	34.3 27.3 - 41.3	21.8 15.5 - 28.1	18.0 12.0 - 24.0
PCO2	kPa	11.76 10.34 - 13.17	7.74 6.74 - 8.74	4.57 3.64 - 5.51	2.91 2.07 - 3.75	2.40 1.60 - 3.20
	mmHg	46 31 - 61	76 61 - 91	118 101 - 136	146 124 - 168	422 362 - 482
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.1 8.1 - 12.1	15.7 13.5 - 18.1	19.5 16.5 - 22.4	56.3 48.3 - 64.3
	mmol/L	15.89 13.03 - 18.75	6.40 5.54 - 7.26	1.78 1.28 - 2.28	0.70 0.20 - 1.20	0.54 0.04 - 1.04
Lactate/Lac	mg/dL	143.2 117.4 - 168.9	57.7 49.9 - 65.4	16.0 11.5 - 20.5	6.3 1.8 - 10.8	4.9 0.4 - 9.4
	g/L	1.432 1.174 - 1.689	0.577 0.499 - 0.654	0.160 0.115 - 0.205	0.063 0.018 - 0.108	0.049 0.004 - 0.094

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791499-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 130	134 129 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.87 0.79 - 0.95	1.27 1.19 - 1.36	1.60 1.48 - 1.72	2.26 2.09 - 2.43
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.5 3.2 - 3.8	5.1 4.8 - 5.4	6.4 5.9 - 6.9	9.0 8.4 - 9.7
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.4 - 2.7	3.2 3.0 - 3.4	4.5 4.2 - 4.9
pH		6.534 6.474 - 6.594	7.060 7.010 - 7.110	7.440 7.390 - 7.490	7.659 7.609 - 7.709	7.898 7.838 - 7.958
PCO2	mmHg	89.0 78.4 - 99.7	59.3 51.8 - 66.8	32.8 25.8 - 39.8	20.5 14.2 - 26.8	13.5 7.5 - 19.5
	kPa	11.86 10.45 - 13.29	7.90 6.90 - 8.90	4.37 3.44 - 5.31	2.73 1.89 - 3.57	1.80 1.00 - 2.60
PO2	mmHg	55 40 - 70	85 70 - 100	121 103 - 139	147 125 - 169	402 342 - 462
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	11.3 9.3 - 13.3	16.1 13.7 - 18.5	19.6 16.7 - 22.5	53.6 45.6 - 61.6
Glucose/Glu	mg/dL	578 492 - 665	261 219 - 303	121 105 - 137	36 27 - 45	24 15 - 33
	g/L	5.78 4.92 - 6.65	2.61 2.19 - 3.03	1.21 1.05 - 1.37	0.36 0.27 - 0.45	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	32.1 27.3 - 36.9	14.5 12.2 - 16.8	6.7 5.8 - 7.6	2.0 1.5 - 2.5	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.0 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1379 1070 - 1688	309 239 - 380	88 53 - 124	44 0 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.23 12.48 - 17.97	6.39 5.53 - 7.25	1.80 1.30 - 2.30	0.67 0.17 - 1.17	0.51 0.01 - 1.01
	mg/dL	137.2 112.4 - 161.9	57.6 49.8 - 65.3	16.2 11.7 - 20.7	6.0 1.5 - 10.5	4.6 0.1 - 9.1
	g/L	1.372 1.124 - 1.619	0.576 0.498 - 0.653	0.162 0.117 - 0.207	0.060 0.015 - 0.105	0.046 0.001 - 0.091
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791499-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	74 69 - 79	91 85 - 97	113 105 - 121	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.86 0.78 - 0.94	1.25 1.17 - 1.34	1.57 1.46 - 1.69	2.23 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.0 4.7 - 5.4	6.3 5.8 - 6.8	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.3 - 2.7	3.1 2.9 - 3.4	4.5 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	20 11 - 29	25 18 - 31	28 22 - 34	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	565 480 - 650	257 215 - 299	117 101 - 133	35 26 - 44	24 15 - 33
	g/L	5.65 4.80 - 6.50	2.57 2.15 - 2.99	1.17 1.01 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.4 26.6 - 36.1	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.6 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1379 1070 - 1688	301 230 - 371	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	123 107 - 140	60 52 - 68	11 8 - 14	7 4 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	43.9 38.2 - 50.0	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	263 229 - 300	128 111 - 146	24 17 - 30	15 9 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.63 2.29 - 3.00	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	54 51 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	56 53 - 59	66 63 - 70



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791499-01

06-Oct-2023

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	73 68 - 78	90 84 - 96	112 104 - 121	124 115 - 133
pH		6.515 6.455 - 6.575	7.011 6.961 - 7.061	7.366 7.316 - 7.416	7.650 7.600 - 7.700	7.838 7.778 - 7.898
PCO2	mmHg	104.3 91.8 - 116.8	70.5 63.0 - 78.0	40.5 33.5 - 47.5	26.7 20.4 - 33.0	23.4 17.4 - 29.4
	kPa	13.90 12.24 - 15.57	9.40 8.40 - 10.40	5.40 4.47 - 6.33	3.56 2.72 - 4.40	3.12 2.32 - 3.92
Glucose/Glu	mg/dL	556 473 - 639	263 221 - 305	128 111 - 145	41 32 - 50	30 21 - 39
	g/L	5.56 4.73 - 6.39	2.63 2.21 - 3.05	1.28 1.11 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.5	14.6 12.3 - 16.9	7.1 6.2 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
BUN	mg/dL	134 116 - 152	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	47.8 41.4 - 54.3	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	287 248 - 325	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.87 2.48 - 3.25	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791499-01

06-Oct-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23067 (L1 331163, L2 301163, L3 311163, L4 321163, L5 341163)

Exp. 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791499-01

06-Oct-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

