

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.552 6.492 - 6.612	7.062 7.012 - 7.112	7.428 7.378 - 7.478	7.674 7.624 - 7.724	7.879 7.819 - 7.939
	mmHg	91.0 80.0 - 101.9	59.5 52.0 - 67.0	34.8 27.8 - 41.8	21.2 14.9 - 27.5	19.3 13.3 - 25.3
PCO2	kPa	12.13 10.66 - 13.58	7.93 6.93 - 8.93	4.64 3.71 - 5.57	2.83 1.99 - 3.67	2.57 1.77 - 3.37
	mmHg	47 32 - 62	77 62 - 92	116 99 - 134	145 123 - 167	419 359 - 479
PO2	kPa	6.3 4.3 - 8.3	10.3 8.3 - 12.3	15.5 13.2 - 17.9	19.3 16.4 - 22.3	55.9 47.9 - 63.9
	mmol/L	15.86 13.01 - 18.72	6.43 5.56 - 7.30	1.75 1.25 - 2.25	0.68 0.18 - 1.18	0.53 0.03 - 1.03
Lactate/Lac	mg/dL	142.9 117.2 - 168.7	57.9 50.1 - 65.8	15.8 11.3 - 20.3	6.1 1.6 - 10.6	4.8 0.3 - 9.3
	g/L	1.429 1.172 - 1.687	0.579 0.501 - 0.658	0.158 0.113 - 0.203	0.061 0.016 - 0.106	0.048 0.003 - 0.093

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792791-01

22-Feb-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 130	134 129 - 139	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.37 0.29 - 0.44	0.84 0.76 - 0.92	1.28 1.19 - 1.36	1.65 1.53 - 1.77	2.24 2.07 - 2.41
	mg/dL	1.5 1.2 - 1.8	3.4 3.0 - 3.7	5.1 4.8 - 5.4	6.6 6.1 - 7.1	9.0 8.3 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.7	3.3 3.1 - 3.5	4.5 4.1 - 4.8
pH		6.543 6.483 - 6.603	7.058 7.008 - 7.108	7.426 7.376 - 7.476	7.663 7.613 - 7.713	7.861 7.801 - 7.921
PCO2	mmHg	91.9 80.9 - 102.9	60.7 53.2 - 68.2	35.0 28.0 - 42.0	20.0 13.7 - 26.3	15.2 9.2 - 21.2
	kPa	12.25 10.78 - 13.72	8.09 7.09 - 9.09	4.67 3.73 - 5.60	2.67 1.83 - 3.51	2.03 1.23 - 2.83
PO2	mmHg	55 40 - 70	86 71 - 101	121 103 - 139	149 127 - 171	412 352 - 472
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	11.5 9.5 - 13.5	16.1 13.7 - 18.5	19.9 16.9 - 22.8	54.9 46.9 - 62.9
Glucose/Glu	mg/dL	562 477 - 646	258 216 - 300	119 103 - 135	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.62 4.77 - 6.46	2.58 2.16 - 3.00	1.19 1.03 - 1.35	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.2 26.5 - 35.9	14.3 12.0 - 16.7	6.6 5.7 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.9 12.3 - 19.5	3.7 2.9 - 4.5	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1406 1087 - 1724	327 256 - 398	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	15.34 12.58 - 18.10	6.37 5.51 - 7.23	1.70 1.20 - 2.20	0.60 0.10 - 1.10	0.46 0.00 - 0.96
	mg/dL	138.2 113.3 - 163.1	57.4 49.6 - 65.1	15.3 10.8 - 19.8	5.4 0.9 - 9.9	4.1 0.0 - 8.6
	g/L	1.382 1.133 - 1.631	0.574 0.496 - 0.651	0.153 0.108 - 0.198	0.054 0.009 - 0.099	0.041 0.000 - 0.086
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792791-01

22-Feb-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	133 128 - 138	159 153 - 165	178 171 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	75 70 - 80	92 86 - 98	114 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.82 0.74 - 0.90	1.25 1.17 - 1.34	1.60 1.48 - 1.72	2.22 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.3 3.0 - 3.6	5.0 4.7 - 5.4	6.4 5.9 - 6.9	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.7	3.2 3.0 - 3.4	4.4 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	21 12 - 30	26 19 - 32	28 22 - 34	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	572 486 - 657	259 217 - 301	118 102 - 133	35 26 - 44	23 14 - 32
	g/L	5.72 4.86 - 6.57	2.59 2.17 - 3.01	1.18 1.02 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.7 27.0 - 36.5	14.4 12.0 - 16.7	6.5 5.7 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.8 12.2 - 19.3	3.7 2.9 - 4.5	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1397 1078 - 1706	327 256 - 398	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	54 51 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	56 53 - 59	67 63 - 71

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792791-01

22-Feb-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 121 - 129	134 129 - 138	160 154 - 166	179 172 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	60 56 - 64	72 68 - 77	90 84 - 96	112 104 - 121	123 114 - 133
pH		6.518 6.458 - 6.578	7.010 6.960 - 7.060	7.360 7.310 - 7.410	7.662 7.612 - 7.712	7.817 7.757 - 7.877
PCO2	mmHg	108.5 95.5 - 121.5	73.4 65.9 - 80.9	44.7 37.7 - 51.7	26.4 20.1 - 32.7	25.4 19.4 - 31.4
	kPa	14.46 12.73 - 16.20	9.78 8.78 - 10.78	5.96 5.03 - 6.89	3.52 2.68 - 4.36	3.39 2.59 - 4.19
Glucose/Glu	mg/dL	557 473 - 641	262 220 - 304	129 111 - 146	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.57 4.73 - 6.41	2.62 2.20 - 3.04	1.29 1.11 - 1.46	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.6	14.5 12.2 - 16.9	7.2 6.2 - 8.1	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
BUN	mg/dL	136 117 - 154	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 41.8 - 55.0	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 250 - 330	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.50 - 3.30	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792791-01

22-Feb-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792791-01

22-Feb-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

