

i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.588	7.038	7.463	7.639	7.975
		6.528 - 6.648	6.988 - 7.088	7.413 - 7.513	7.589 - 7.689	7.915 - 8.035
PCO2	mmHg	86.5	54.1	26.7	22.4	15.8
		76.1 - 96.9	46.6 - 61.6	19.7 - 33.7	16.1 - 28.7	9.8 - 21.8
	kPa	11.53	7.21	3.56	2.99	2.11
		10.14 - 12.92	6.21 - 8.21	2.63 - 4.49	2.15 - 3.83	1.31 - 2.91
PO2	mmHg	74	90	125	154	363
		59 - 89	75 - 105	106 - 144	131 - 177	303 - 423
	kPa	9.9	12.0	16.7	20.5	48.4
		7.9 - 11.9	10.0 - 14.0	14.1 - 19.2	17.5 - 23.6	40.4 - 56.4
Lactate/Lac	mmol/L	19.39	7.89	2.14	0.85	0.43
		15.90 - 22.88	6.82 - 8.95	1.64 - 2.64	0.35 - 1.35	0.00 - 0.93
	mg/dL	174.7	71.1	19.3	7.7	3.9
		143.3 - 206.1	61.4 - 80.6	14.8 - 23.8	3.2 - 12.2	0.0 - 8.4
	g/L	1.747	0.711	0.193	0.077	0.039
		1.433 - 2.061	0.614 - 0.806	0.148 - 0.238	0.032 - 0.122	0.000 - 0.084

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

789834-01

06-Oct-2023

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	121	134	162	180
		95 - 103	116 - 125	129 - 139	157 - 167	174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.28	1.53	1.29	0.78	0.27
		2.11 - 2.45	1.42 - 1.65	1.20 - 1.38	0.70 - 0.86	0.19 - 0.34
		mg/dL	9.1	6.1	5.2	3.1
		8.4 - 9.8	5.7 - 6.6	4.8 - 5.5	2.8 - 3.4	0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6	3.1	2.6	1.6	0.5
		4.2 - 4.9	2.8 - 3.3	2.4 - 2.8	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.579	7.033	7.458	7.627	7.949
		6.519 - 6.639	6.983 - 7.083	7.408 - 7.508	7.577 - 7.677	7.889 - 8.009
PCO2	mmHg	87.2	55.8	27.8	22.8	12.9
		76.8 - 97.7	48.3 - 63.3	20.8 - 34.8	16.5 - 29.1	6.9 - 18.9
	kPa	11.62	7.44	3.71	3.04	1.72
		10.24 - 13.02	6.44 - 8.44	2.77 - 4.64	2.20 - 3.88	0.92 - 2.52
PO2	mmHg	78	91	121	150	362
		63 - 93	76 - 106	103 - 139	128 - 173	302 - 422
	kPa	10.4	12.1	16.1	20.0	48.3
		8.4 - 12.4	10.1 - 14.1	13.7 - 18.5	17.1 - 23.1	40.3 - 56.3
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	123	287	597
		20 - 38	34 - 52	107 - 140	245 - 329	507 - 686
		g/L	0.29	0.43	1.23	2.87
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.07 - 1.40	2.45 - 3.29	5.07 - 6.86
	mmol/L	1.6	2.4	6.8	15.9	33.1
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	5.9 - 7.8	13.6 - 18.3	28.1 - 38.1
Creatinine/Crea	mg/dL	16.8	4.5	1.7	0.4	0.2
		13.0 - 20.6	3.7 - 5.3	1.3 - 2.1	0.0 - 0.8	0.0 - 0.6
	umol/L	1485	398	150	35	18
		1149 - 1821	327 - 469	115 - 186	0 - 71	0 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	19.20	7.83	2.08	0.79	0.38
		15.74 - 22.65	6.77 - 8.89	1.58 - 2.58	0.29 - 1.29	0.00 - 0.88
		mg/dL	173.0	70.5	18.7	7.1
		141.8 - 204.1	61.0 - 80.1	14.2 - 23.2	2.6 - 11.6	0.0 - 7.9
	g/L	1.730	0.705	0.187	0.071	0.034
		1.418 - 2.041	0.610 - 0.801	0.142 - 0.232	0.026 - 0.116	0.000 - 0.079




Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

789834-01

06-Oct-2023

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A47**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	134 129 - 138	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 76	77 72 - 82	89 83 - 95	110 102 - 117	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.30 2.13 - 2.47	1.52 1.41 - 1.64	1.28 1.19 - 1.36	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.9	6.1 5.6 - 6.6	5.1 4.8 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 4.9	3.0 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	18 9 - 27	22 16 - 28	26 20 - 32	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	124 108 - 141	292 250 - 334	608 517 - 700
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.24 1.08 - 1.41	2.92 2.50 - 3.34	6.08 5.17 - 7.00
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.9 6.0 - 7.8	16.2 13.9 - 18.5	33.7 28.7 - 38.9
Creatinine/Crea	mg/dL	17.0 13.2 - 20.9	4.5 3.7 - 5.3	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.0 - 0.9	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1503 1167 - 1848	398 327 - 469	150 115 - 186	44 0 - 80	18 0 - 53
BUN	mg/dL	116 100 - 132	60 52 - 68	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 35.7 - 47.1	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 214 - 282	128 111 - 146	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.14 - 2.82	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

789834-01

06-Oct-2023

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A47**

<b>EC8+, 6+, &amp; G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 125	134 130 - 139	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	70 65 - 74	75 70 - 80	88 82 - 93	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.596 6.536 - 6.656	7.049 6.999 - 7.099	7.468 7.418 - 7.518	7.638 7.588 - 7.688	7.966 7.906 - 8.026
PCO2	mmHg	84.8 74.6 - 95.0	56.6 49.1 - 64.1	31.6 24.6 - 38.6	27.3 21.0 - 33.6	19.7 13.7 - 25.7
	kPa	11.30 9.94 - 12.66	7.54 6.55 - 8.54	4.21 3.28 - 5.15	3.64 2.80 - 4.48	2.63 1.83 - 3.43
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	42 33 - 51	123 107 - 140	286 244 - 328	589 501 - 678
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.07 - 1.40	2.86 2.44 - 3.28	5.89 5.01 - 6.78
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.8	15.9 13.5 - 18.2	32.7 27.8 - 37.6
BUN	mg/dL	119 103 - 135	57 49 - 65	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.5 36.8 - 48.2	20.3 17.5 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	255 220 - 289	122 105 - 139	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.55 2.20 - 2.89	1.22 1.05 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

789834-01

06-Oct-2023

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

789834-01

06-Oct-2023



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

