

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.556 6.496 - 6.616	7.058 7.008 - 7.108	7.429 7.379 - 7.479	7.668 7.618 - 7.718	7.901 7.841 - 7.961
	mmHg	91.8 80.8 - 102.8	60.3 52.8 - 67.8	33.5 26.5 - 40.5	20.8 14.5 - 27.1	17.6 11.6 - 23.6
PCO2	kPa	12.24 10.77 - 13.70	8.04 7.04 - 9.04	4.47 3.53 - 5.40	2.77 1.93 - 3.61	2.35 1.55 - 3.15
	mmHg	48 33 - 63	77 62 - 92	117 99 - 134	143 122 - 165	421 361 - 481
PO2	kPa	6.4 4.4 - 8.4	10.3 8.3 - 12.3	15.6 13.2 - 17.9	19.1 16.3 - 22.0	56.1 48.1 - 64.1
	mmol/L	15.32 12.56 - 18.08	6.29 5.44 - 7.14	1.70 1.20 - 2.20	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	138.0 113.2 - 162.9	56.7 49.0 - 64.3	15.3 10.8 - 19.8	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.380 1.132 - 1.629	0.567 0.490 - 0.643	0.153 0.108 - 0.198	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794712-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 138	161 156 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.87 0.79 - 0.95	1.28 1.20 - 1.37	1.58 1.46 - 1.70	2.15 1.99 - 2.32
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.5 3.2 - 3.8	5.1 4.8 - 5.5	6.3 5.8 - 6.8	8.6 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.7	3.2 2.9 - 3.4	4.3 4.0 - 4.6
pH		6.549 6.489 - 6.609	7.056 7.006 - 7.106	7.430 7.380 - 7.480	7.659 7.609 - 7.709	7.884 7.824 - 7.944
PCO2	mmHg	92.8 81.7 - 103.9	61.9 54.4 - 69.4	35.0 28.0 - 42.0	20.8 14.5 - 27.1	15.1 9.1 - 21.1
	kPa	12.37 10.89 - 13.85	8.25 7.25 - 9.25	4.67 3.73 - 5.60	2.77 1.93 - 3.61	2.01 1.21 - 2.81
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	120 102 - 138	144 122 - 165	406 346 - 466
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	16.0 13.6 - 18.4	19.2 16.3 - 22.0	54.1 46.1 - 62.1
Glucose/Glu	mg/dL	563 479 - 648	257 215 - 299	118 102 - 134	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.63 4.79 - 6.48	2.57 2.15 - 2.99	1.18 1.02 - 1.34	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.3 26.6 - 36.0	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.7 - 7.4	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1291 999 - 1582	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.88 12.20 - 17.55	6.38 5.52 - 7.24	1.66 1.16 - 2.16	0.56 0.06 - 1.06	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	134.1 109.9 - 158.1	57.5 49.7 - 65.2	15.0 10.5 - 19.5	5.0 0.5 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.341 1.099 - 1.581	0.575 0.497 - 0.652	0.150 0.105 - 0.195	0.050 0.005 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



794712-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 67	75 70 - 80	92 86 - 98	113 105 - 122	124 115 - 133
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.86 0.78 - 0.94	1.27 1.19 - 1.36	1.56 1.45 - 1.68	2.19 2.02 - 2.35
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.1 4.8 - 5.4	6.2 5.8 - 6.7	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.4 - 2.7	3.1 2.9 - 3.4	4.4 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	26 19 - 32	30 24 - 36	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	571 485 - 657	257 215 - 299	117 101 - 132	34 25 - 43	23 14 - 32
	g/L	5.71 4.85 - 6.57	2.57 2.15 - 2.99	1.17 1.01 - 1.32	0.34 0.25 - 0.43	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.7 26.9 - 36.5	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1291 999 - 1582	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794712-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 68 - 77	90 84 - 96	112 104 - 120	123 114 - 132
pH		6.521 6.461 - 6.581	7.004 6.954 - 7.054	7.360 7.310 - 7.410	7.648 7.598 - 7.698	7.836 7.776 - 7.896
PCO2	mmHg	113.6 100.0 - 127.2	74.6 67.1 - 82.1	44.3 37.3 - 51.3	27.3 21.0 - 33.6	24.3 18.3 - 30.3
	kPa	15.14 13.33 - 16.96	9.94 8.94 - 10.94	5.91 4.97 - 6.84	3.64 2.80 - 4.48	3.24 2.44 - 4.04
Glucose/Glu	mg/dL	555 472 - 639	262 220 - 304	128 110 - 145	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.55 4.72 - 6.39	2.62 2.20 - 3.04	1.28 1.10 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.8 26.2 - 35.5	14.5 12.2 - 16.9	7.1 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	136 117 - 154	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 41.8 - 55.0	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 250 - 330	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.50 - 3.30	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794712-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794712-01

04-Apr-2024