

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.553 6.493 - 6.613	7.061 7.011 - 7.111	7.428 7.378 - 7.478	7.672 7.622 - 7.722	7.880 7.820 - 7.940
	mmHg	91.9 80.9 - 103.0	60.1 52.6 - 67.6	34.3 27.3 - 41.3	20.6 14.3 - 26.9	18.4 12.4 - 24.4
PCO2	kPa	12.25 10.78 - 13.73	8.01 7.01 - 9.01	4.57 3.64 - 5.51	2.75 1.91 - 3.59	2.45 1.65 - 3.25
	mmHg	45 30 - 60	76 61 - 91	116 98 - 133	144 123 - 166	418 358 - 478
PO2	kPa	6.0 4.0 - 8.0	10.1 8.1 - 12.1	15.5 13.1 - 17.7	19.2 16.4 - 22.1	55.7 47.7 - 63.7
	mmol/L	15.47 12.68 - 18.25	6.28 5.43 - 7.13	1.69 1.19 - 2.19	0.64 0.14 - 1.14	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.4 114.2 - 164.4	56.6 48.9 - 64.2	15.2 10.7 - 19.7	5.8 1.3 - 10.3	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.394 1.142 - 1.644	0.566 0.489 - 0.642	0.152 0.107 - 0.197	0.058 0.013 - 0.103	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794713-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 120 - 129	134 129 - 139	160 155 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.83 0.75 - 0.91	1.26 1.17 - 1.34	1.62 1.50 - 1.74	2.19 2.03 - 2.36
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.3 3.0 - 3.6	5.0 4.7 - 5.4	6.5 6.0 - 7.0	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.7	3.2 3.0 - 3.5	4.4 4.1 - 4.7
pH		6.548 6.488 - 6.608	7.059 7.009 - 7.109	7.427 7.377 - 7.477	7.663 7.613 - 7.713	7.862 7.802 - 7.922
PCO2	mmHg	92.1 81.1 - 103.2	61.5 54.0 - 69.0	35.6 28.6 - 42.6	20.7 14.4 - 27.0	16.0 10.0 - 22.0
	kPa	12.28 10.81 - 13.76	8.20 7.20 - 9.20	4.75 3.81 - 5.68	2.76 1.92 - 3.60	2.13 1.33 - 2.93
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	120 102 - 138	145 123 - 166	409 349 - 469
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	16.0 13.6 - 18.4	19.3 16.4 - 22.1	54.5 46.5 - 62.5
Glucose/Glu	mg/dL	559 475 - 643	257 215 - 299	118 102 - 133	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.59 4.75 - 6.43	2.57 2.15 - 2.99	1.18 1.02 - 1.33	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.7	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.7 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.9 11.6 - 18.3	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1317 1025 - 1618	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.84 12.17 - 17.51	6.37 5.51 - 7.23	1.63 1.13 - 2.13	0.57 0.07 - 1.07	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	133.7 109.7 - 157.8	57.4 49.6 - 65.1	14.7 10.2 - 19.2	5.1 0.6 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.337 1.097 - 1.578	0.574 0.496 - 0.651	0.147 0.102 - 0.192	0.051 0.006 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



794713-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	133 128 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	75 70 - 80	92 86 - 98	113 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.82 0.74 - 0.90	1.25 1.17 - 1.33	1.60 1.48 - 1.72	2.22 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.3 3.0 - 3.6	5.0 4.7 - 5.3	6.4 5.9 - 6.9	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.7	3.2 3.0 - 3.4	4.4 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	26 20 - 33	29 23 - 35	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	573 487 - 659	258 216 - 300	117 101 - 133	35 26 - 44	22 13 - 31
	g/L	5.73 4.87 - 6.59	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.22 0.13 - 0.31
	mmol/L	31.8 27.0 - 36.6	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.2 0.7 - 1.7
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.5 - 18.2	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1308 1017 - 1609	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 50 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794713-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 137	159 153 - 165	178 171 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	90 84 - 96	113 104 - 121	124 114 - 133
pH		6.512 6.452 - 6.572	7.010 6.960 - 7.060	7.368 7.318 - 7.418	7.656 7.606 - 7.706	7.822 7.762 - 7.882
PCO2	mmHg	110.6 97.3 - 123.9	74.4 66.9 - 81.9	46.2 39.2 - 53.2	28.0 21.7 - 34.3	25.9 19.9 - 31.9
	kPa	14.74 12.97 - 16.52	9.92 8.92 - 10.92	6.16 5.23 - 7.09	3.73 2.89 - 4.57	3.45 2.65 - 4.25
Glucose/Glu	mg/dL	558 475 - 642	263 221 - 305	127 110 - 144	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.58 4.75 - 6.42	2.63 2.21 - 3.05	1.27 1.10 - 1.44	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.6	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	135 117 - 153	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.2 41.8 - 54.6	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	289 250 - 327	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.89 2.50 - 3.27	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794713-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794713-01

04-Apr-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

