

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.551 6.491 - 6.611	7.057 7.007 - 7.107	7.419 7.369 - 7.469	7.685 7.635 - 7.735	7.920 7.860 - 7.980
	mmHg	90.9 80.0 - 101.8	59.7 52.2 - 67.2	34.7 27.7 - 41.7	19.8 13.5 - 26.1	17.7 11.7 - 23.7
PCO2	kPa	12.12 10.66 - 13.57	7.96 6.96 - 8.96	4.63 3.69 - 5.56	2.64 1.80 - 3.48	2.36 1.56 - 3.16
	mmHg	49 34 - 64	77 62 - 92	122 103 - 140	147 125 - 169	438 378 - 498
PO2	kPa	6.5 4.5 - 8.5	10.3 8.3 - 12.3	16.3 13.7 - 18.7	19.6 16.7 - 22.5	58.4 50.4 - 66.4
	mmol/L	15.46 12.68 - 18.24	6.31 5.46 - 7.16	1.69 1.19 - 2.19	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.3 114.2 - 164.3	56.9 49.2 - 64.5	15.2 10.7 - 19.7	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.393 1.142 - 1.643	0.569 0.492 - 0.645	0.152 0.107 - 0.197	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795482-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 120 - 129	133 128 - 138	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.83 0.75 - 0.91	1.23 1.15 - 1.31	1.55 1.43 - 1.67	2.20 2.03 - 2.36
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.7	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.3	4.4 4.1 - 4.7
pH		6.546 6.486 - 6.606	7.055 7.005 - 7.105	7.420 7.370 - 7.470	7.675 7.625 - 7.725	7.902 7.842 - 7.962
PCO2	mmHg	91.9 80.8 - 102.9	61.8 54.3 - 69.3	35.8 28.8 - 42.8	19.6 13.3 - 25.9	14.4 8.4 - 20.4
	kPa	12.25 10.77 - 13.72	8.24 7.24 - 9.24	4.77 3.84 - 5.71	2.61 1.77 - 3.45	1.92 1.12 - 2.72
PO2	mmHg	56 41 - 71	85 70 - 100	124 105 - 143	149 127 - 171	422 362 - 482
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.3 9.3 - 13.3	16.5 14.0 - 19.1	19.9 16.9 - 22.8	56.3 48.3 - 64.3
Glucose/Glu	mg/dL	565 480 - 649	257 215 - 299	118 102 - 134	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.65 4.80 - 6.49	2.57 2.15 - 2.99	1.18 1.02 - 1.34	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.4 26.6 - 36.0	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.7 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.7 11.4 - 18.0	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1299 1008 - 1591	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.97 12.27 - 17.66	6.39 5.52 - 7.25	1.66 1.16 - 2.16	0.56 0.06 - 1.06	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	134.9 110.6 - 159.1	57.6 49.7 - 65.3	15.0 10.5 - 19.5	5.0 0.5 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.349 1.106 - 1.591	0.576 0.497 - 0.653	0.150 0.105 - 0.195	0.050 0.005 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	70 66 - 74




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795482-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30


CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	177 171 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 67	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.82 0.74 - 0.90	1.23 1.14 - 1.31	1.54 1.42 - 1.65	2.23 2.06 - 2.39
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.9 8.2 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.5 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	26 19 - 32	29 23 - 35	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	575 489 - 661	257 215 - 299	117 101 - 132	35 26 - 44	23 14 - 32
	g/L	5.75 4.89 - 6.61	2.57 2.15 - 2.99	1.17 1.01 - 1.32	0.35 0.26 - 0.44	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.9 27.1 - 36.7	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0 11.7 - 18.4	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1326 1034 - 1627	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	20 17 - 23	33 30 - 36	54 51 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	11 8 - 15	21 18 - 24	34 31 - 38	56 53 - 59	66 63 - 71



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



795482-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	132 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	90 84 - 96	112 104 - 120	124 114 - 133
pH		6.518 6.458 - 6.578	7.004 6.954 - 7.054	7.351 7.301 - 7.401	7.665 7.615 - 7.715	7.854 7.794 - 7.914
PCO2	mmHg	111.1 97.7 - 124.4	73.7 66.2 - 81.2	44.8 37.8 - 51.8	25.2 18.9 - 31.5	24.0 18.0 - 30.0
	kPa	14.81 13.02 - 16.58	9.82 8.82 - 10.82	5.97 5.04 - 6.90	3.36 2.52 - 4.20	3.20 2.40 - 4.00
Glucose/Glu	mg/dL	558 474 - 641	263 221 - 305	128 111 - 145	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.58 4.74 - 6.41	2.63 2.21 - 3.05	1.28 1.11 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	31.0 26.3 - 35.6	14.6 12.3 - 16.9	7.1 6.2 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	136 117 - 154	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 41.8 - 55.0	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 250 - 330	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.50 - 3.30	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795482-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihrer Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795482-01

16-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

