

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.572	7.022	7.451	7.653	7.980
		6.512 - 6.632	6.972 - 7.072	7.401 - 7.501	7.603 - 7.703	7.920 - 8.040
PCO2	mmHg	88.2	56.7	27.6	21.6	15.9
		77.6 - 98.7	49.2 - 64.2	20.6 - 34.6	15.3 - 27.9	9.9 - 21.9
	kPa	11.76	7.56	3.68	2.88	2.12
		10.34 - 13.16	6.56 - 8.56	2.75 - 4.61	2.04 - 3.72	1.32 - 2.92
PO2	mmHg	74	90	125	156	371
		59 - 89	75 - 105	106 - 143	133 - 180	311 - 431
	kPa	9.9	12.0	16.7	20.8	49.5
		7.9 - 11.9	10.0 - 14.0	14.1 - 19.1	17.7 - 24.0	41.5 - 57.5
Lactate/Lac	mmol/L	19.83	7.84	2.13	0.85	0.42
		16.26 - 23.40	6.78 - 8.89	1.63 - 2.63	0.35 - 1.35	0.00 - 0.92
	mg/dL	178.7	70.6	19.2	7.7	3.8
		146.5 - 210.8	61.1 - 80.1	14.7 - 23.7	3.2 - 12.2	0.0 - 8.3
	g/L	1.787	0.706	0.192	0.077	0.038
		1.465 - 2.108	0.611 - 0.801	0.147 - 0.237	0.032 - 0.122	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795070-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	121	134	162	179
		95 - 103	117 - 126	129 - 138	157 - 167	173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.26	1.52	1.29	0.79	0.27
		2.09 - 2.43	1.41 - 1.63	1.20 - 1.37	0.71 - 0.87	0.19 - 0.34
	mg/dL	9.0	6.1	5.2	3.2	1.1
		8.4 - 9.7	5.6 - 6.5	4.8 - 5.5	2.8 - 3.5	0.8 - 1.4
mEq/L	4.5	3.0	2.6	1.6	0.5	
		4.2 - 4.9	2.8 - 3.3	2.4 - 2.7	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.562	7.015	7.447	7.640	7.955
		6.502 - 6.622	6.965 - 7.065	7.397 - 7.497	7.590 - 7.690	7.895 - 8.015
PCO2	mmHg	88.9	58.9	28.4	22.0	12.9
		78.2 - 99.5	51.4 - 66.4	21.4 - 35.4	15.7 - 28.3	6.9 - 18.9
	kPa	11.85	7.85	3.79	2.93	1.72
		10.42 - 13.26	6.85 - 8.85	2.85 - 4.72	2.09 - 3.77	0.92 - 2.52
PO2	mmHg	78	92	123	153	372
		63 - 93	77 - 107	104 - 141	130 - 176	312 - 432
	kPa	10.4	12.3	16.4	20.4	49.6
		8.4 - 12.4	10.3 - 14.3	13.9 - 18.8	17.3 - 23.5	41.6 - 57.6
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	122	286	598
		20 - 38	34 - 52	106 - 139	244 - 328	508 - 688
	g/L	0.29	0.43	1.22	2.86	5.98
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.06 - 1.39	2.44 - 3.28	5.08 - 6.88
	mmol/L	1.6	2.4	6.8	15.9	33.2
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	5.9 - 7.7	13.5 - 18.2	28.2 - 38.2
Creatinine/Crea	mg/dL	16.9	4.6	1.8	0.5	0.2
		13.1 - 20.7	3.8 - 5.4	1.4 - 2.2	0.1 - 0.9	0.0 - 0.6
	umol/L	1494	407	159	44	18
		1158 - 1830	336 - 477	124 - 194	9 - 80	0 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	19.70	7.80	2.07	0.79	0.38
		16.15 - 23.24	6.74 - 8.85	1.57 - 2.57	0.29 - 1.29	0.00 - 0.88
	mg/dL	177.5	70.3	18.7	7.1	3.4
		145.5 - 209.4	60.7 - 79.7	14.1 - 23.2	2.6 - 11.6	0.0 - 7.9
	g/L	1.775	0.703	0.187	0.071	0.034
		1.455 - 2.094	0.607 - 0.797	0.141 - 0.232	0.026 - 0.116	0.000 - 0.079




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795070-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 128 - 138	161 156 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.7 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 67 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	110 102 - 117	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.29 2.11 - 2.46	1.51 1.40 - 1.62	1.28 1.19 - 1.36	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.4 - 9.8	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.8 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.6 2.4 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	18 9 - 27	22 15 - 28	26 20 - 32	40 34 - 46
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	41 32 - 50	123 106 - 140	291 249 - 333	610 518 - 701
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.41 0.32 - 0.50	1.23 1.06 - 1.40	2.91 2.49 - 3.33	6.10 5.18 - 7.01
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.8	16.2 13.8 - 18.5	33.9 28.8 - 38.9
Creatinine/Crea	mg/dL	17.1 13.2 - 20.9	4.7 3.9 - 5.5	1.8 1.4 - 2.2	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1512 1167 - 1848	415 345 - 486	159 124 - 194	44 9 - 80	18 0 - 53
BUN	mg/dL	115 100 - 131	60 52 - 69	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.1 35.7 - 46.8	21.4 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	246 214 - 280	128 111 - 148	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.46 2.14 - 2.80	1.28 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795070-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 117 - 126	134 129 - 138	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	70 65 - 74	75 70 - 80	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.579 6.519 - 6.639	7.029 6.979 - 7.079	7.454 7.404 - 7.504	7.655 7.605 - 7.705	7.977 7.917 - 8.037
PCO2	mmHg	86.4 76.0 - 96.7	60.2 52.7 - 67.7	32.1 25.1 - 39.1	26.9 20.6 - 33.2	19.3 13.3 - 25.3
	kPa	11.52 10.13 - 12.89	8.02 7.02 - 9.02	4.28 3.35 - 5.21	3.59 2.75 - 4.43	2.57 1.77 - 3.37
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	123 106 - 139	286 244 - 328	591 502 - 679
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.23 1.06 - 1.39	2.86 2.44 - 3.28	5.91 5.02 - 6.79
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	32.8 27.9 - 37.7
BUN	mg/dL	119 103 - 136	58 50 - 65	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.5 36.8 - 48.6	20.7 17.9 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	255 220 - 291	124 107 - 139	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.55 2.20 - 2.91	1.24 1.07 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795070-01

06-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795070-01

06-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

