

CONFIGURATION MANUELLE DE L'i-STAT 1

Veuillez vous assurer que le contenu de votre manuel du système est complet et à jour. Dans le cas où votre manuel du système ne contient pas la configuration actuelle, il est recommandé de contacter votre fournisseur de services d'assistance i-STAT.

À partir d'octobre 2026, votre manuel du système i-STAT 1 System doit être configuré avec le contenu indiqué ci-dessous et dans l'ordre indiqué.

Elément	N° d'art.
Feuille de couverture	714336-03T
Table des matières	714362-03AH
Section 1	714363-03AD
Section 2	714382-03G
Section 3	714364-03AA
Section 4	714365-03K
Informations sur la cartouche et les tests	714258-03R
Section 5	714367-03H
Section 6	714368-03P
Section 7	714369-03M
Section 8	714372-03Q
Section 9	714373-03L
Section 10	714374-03Q
Section 11	714381-03M
Section 12	714376-03Y
Section 13	714377-03V
Section 14	714378-03I
Section 15	714371-03L
Section 16	714379-03I
Section 17	714380-03K
Notices techniques	
Instructions pour restaurer les analyseurs qui produisent *** pour l'hématocrite et code de contrôle qualité 23.....	714962-03E
Personnalisation K ₂ EDTA et K ₃ EDTA pour Hématocrite sur l'i-STAT System.....	716240-03E
Options de résultat du test ACT : Préchauffage ou sans chauffage	
Modes de calibrage des résultats pour l'i-STAT 1 Analyzer	715617-03E