

# i-STAT 1 SYSTEMHANDBUCH – KONFIGURATION

Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Systemhandbuchs vollständig ist und dem neuesten Stand entspricht.

Für den Fall, dass Ihr Systemhandbuch nicht die aktuelle Konfiguration enthält, sollten Sie sich an den zuständigen i-STAT Kundendienst wenden.

Ab April 2024 sollte Ihr i-STAT 1 Systemhandbuch mit dem unten aufgeführten Inhalt in der angegebenen Reihenfolge konfiguriert sein.

<b>POSTEN</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Deckblatt.....	714336-02R
Inhaltsverzeichnis.....	714362-02AG
Kapitel 1 .....	714363-02AC
Kapitel 2 .....	714382-02F
Kapitel 3 .....	714364-02Y
Kapitel 4 .....	714365-02J
Übersichten zu Kartuschen- und Analyseinformationen	
Einführung.....	714258-02Q
Kapitel 5 .....	714367-02H
Kapitel 6 .....	714368-02O
Kapitel 7 .....	714369-02L
Kapitel 8 .....	714372-02Q
Kapitel 9 .....	714373-02K
Kapitel 10 .....	714374-02O
Kapitel 11 .....	714381-02L
Technisches Bulletin: Codierte Meldungen	
am Analysator .....	714260-02V
Kapitel 12 .....	714376-02W
Technisches Bulletin: Befolgung der RiliBÄK und i-STAT-Grenzwerte für die Qualitätskontrolle von Flüssigkeiten.....	
Kapitel 13 .....	731802-02B
Kapitel 14 .....	714377-02U
Kapitel 15 .....	714378-02I
Kapitel 16 .....	714371-02K
Kapitel 17 .....	714379-02I
Kapitel 18 .....	714380-02K
<b>Technische Bulletins</b>	
Anweisungen zum Rücksetzen von Analysatoren, die bei Hämatokrit-Messungen *** und Qualitätsprüfcode 23 ausgeben .....	
	714962-02E

K <sub>2</sub> EDTA und K <sub>3</sub> EDTA – Einstellungen für Hämatokrit am i-STAT System.....	716240-02G
Ergebnisoptionen für die ACT-Analyse: „Vorgewärmt“ vs. „nicht vorgewärmt“ Ergebniskalibrierungsmodi für den i-STAT 1 Analyzer .....	715617-02E
Kundendienst .....	716144-02AM