

ΔΟΜΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ i-STAT 1 SYSTEM

Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του Εγχειριδίου χρήσης σας είναι πλήρη και ενημερωμένα.

Στην περίπτωση που το Εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει την τρέχουσα διαμόρφωση, συνηγορούμε να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό για το i-STAT.

Από τον Οκτώβριο του 2026, το Εγχειρίδιο χρήσης του i-STAT 1 System πρέπει να διαμορφωθεί με τα περιεχόμενα που αναγράφονται παρακάτω και με τη συγκεκριμένη σειρά.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	Κωδικός#
Εξώφυλλο.....	714336-11S
Πίνακας περιεχομένων	714362-11AH
Κεφάλαιο 1	714363-11AD
Κεφάλαιο 2	714382-11G
Κεφάλαιο 3	714364-11Z
Κεφάλαιο 4	714365-11K
Δελτία CTI Εισαγωγή.....	714258-11R
Κεφάλαιο 5	714367-11H
Κεφάλαιο 6	714368-11P
Κεφάλαιο 7	714369-11N
Κεφάλαιο 8	714372-11Q
Κεφάλαιο 9	714373-11L
Κεφάλαιο 10	714374-11P
Κεφάλαιο 11	714381-11O
Κεφάλαιο 12	714376-11W
Κεφάλαιο 13	714377-11V
Κεφάλαιο 14	714378-11I
Κεφάλαιο 15	714371-11L
Κεφάλαιο 16	714379-11K
Κεφάλαιο 17	714380-11K
Τεχνικά δελτία	
Οδηγίες για την επαναφορά αναλυτών που δίνουν τιμή *** για Αιματοκρίτη και Κωδικό ελέγχου ποιότητας 23.....	714962-11F
Προσαρμογή K ₂ EDTA και K ₃ EDTA για Αιματοκρίτη στον αναλυτή i-STAT System.....	716240-11E
Επιλογές αποτελεσμάτων μέτρησης ACT: Καταστάσεις βαθμονόμησης αποτελεσμάτων Prewarmed έναντι Non-Prewarmed για τον αναλυτή i-STAT 1 Analyzer.....	715617-11E