

KONFIGURASJON AV i-STAT 1-SYSTEMHÅNDBOK

Kontroller at innholdet i systemhåndboken er komplett og oppdatert. Hvis systemhåndboken ikke inneholder den gjeldende konfigurasjonen, anbefales det at du kontakter iSTAT-kundestøtteleverandøren.

Fra og med april 2023 bør i-STAT1-systemhåndboken konfigureres med innholdet som vist nedenfor og i den rekkefølgen som vises.

ELEMENT	Art. nr
Omslagsark	714336-20C
Innholdsfortegnelse	714362-20G
Avsnitt 1	714363-20E
Avsnitt 2	714382-20C
Avsnitt 3	714364-20G
Avsnitt 4	714365-20D
CTI-ark Introduksjon	714258-20C
Avsnitt 5	714367-20E
Avsnitt 6	714368-20E
Avsnitt 7	714369-20E
Avsnitt 8	714372-20E
Avsnitt 9	714373-20E
Avsnitt 10	714374-20D
Avsnitt 11	714381-20C
Teknisk bulletin: Kodede analysatormeldinger.	714260-20C
Avsnitt 12	714376-20D
Avsnitt 13	714377-20D
Avsnitt 14	714378-20C
Avsnitt 15	714371-20D
Avsnitt 16	714379-20E
Avsnitt 17	714380-20C

Tekniske bulletiner

Instruksjoner for gjenoppretting av analysatorer som produserer ***

for hematokrit og kvalitetskontrollkode 23.....714962-20B

K₂EDTA- og K₃EDTA-tilpasning for

hematokrit på i-STAT-systemet716240-20B

Alternativer for ACT-testresultater: Forvarmet kontra ikke-forvarmet

kalibreringsmodus for resultat for i-STAT 1-analysator...715617-20B

Støttetjenester716144-20I