

KONFIGURACJA INSTRUKCJI OBSŁUGI SYSTEMU i-STAT 1

Należy upewnić się, że zawartość Instrukcji obsługi systemu jest kompletna i aktualna. Jeśli zawartość Instrukcji obsługi systemu nie jest zgodna z aktualną konfiguracją, zalecany jest kontakt z lokalnym przedstawicielem ds. pomocy technicznej do systemu i-STAT.

Od Kwiecień 2024 r. zawartość Instrukcji obsługi systemu i-STAT 1 powinna być zgodna z konfiguracją podaną na poniższej liście z zachowaniem przedstawionej kolejności.

POZYCJA	Nr Art.
Okładka	714336-13D
Spis treści.....	714362-13H
Rozdział 1.....	714363-13E
Rozdział 2.....	714382-13C
Rozdział 3.....	714364-13H
Rozdział 4.....	714365-13D
Karty CTI	
Wprowadzenie.....	714258-13C
Rozdział 5.....	714367-13E
Rozdział 6.....	714368-13F
Rozdział 7.....	714369-13E
Rozdział 8.....	714372-13E
Rozdział 9.....	714373-13E
Rozdział 10.....	714374-13D
Rozdział 11.....	714381-13D
Biuletyn techniczny: Kodowane komunikaty wyświetlane w analizatorze.....	714260-13G
Rozdział 12.....	714376-13E
Rozdział 13.....	714377-13E
Rozdział 14.....	714378-13C
Rozdział 15.....	714371-13E
Rozdział 16.....	714379-13E
Rozdział 17.....	714380-13C

Biuletyny techniczne

Instrukcje dotyczące przywracania właściwego stanu analizatorów generujących wynik hematokrytu *** oraz kod błędu kontroli jakości 23.....	714962-13B
Opcje dostosowania K ₂ EDTA i K ₃ EDTA dostępne dla pomiarów hematokrytu w systemie i-STAT.....	716240-13B
Opcje kalibracji wyników testu ACT: kalibracja wyników dla testów Z podgrzewaniem i Bez podgrzewania w analizatorze i-STAT 1.....	715617-13B
Pomoc techniczna.....	716144-13E