



Produktbemærkninger til obligatorisk softwareopdatering af i-STAT 1 system April 2025

Denne opdatering indeholder oplysninger vedrørende ny software til i-STAT 1 analysatoren. **Dette er en obligatorisk i-STAT 1 softwareopdatering.** i-STAT 1-analysatorsoftwaren kan downloades direkte fra Abbotts hjemmeside: www.globalpointofcare.abbott.

PÅMINDELSE:

- Kunder skal have en brugerkonto på www.globalpointofcare.abbott for at tilgå softwarefilerne.

SOFTWAREVERSION

Den korrekte version af software og CLEW, der skal installeres i dine analysatorer, er angivet nedenfor.

STANDARD SOFTWARE
JAM2259 & CLEW A50

Bemærk, at den nuværende software udløber den 18. juni 2025.

Udløbsdato

Femten dage før softwaren udløber, vises en meddelelse på analysatorskærmen, der advarer brugeren om den forestående udløbsdato. Hvis denne opdatering ikke er udført inden kl. 8.00 den 18. juni 2025, deaktiveres testningen, og analysatoren viser "UDLØBET SOFTWARE - OPDATERING PÅKRÆVET - SE HÅNDBOG" (kvalitetskontrolkode 12).

Den nye software udløber den 10. december 2025.

VÆRDITILDELINGSARK (VAS og eVAS)

Værditildelingsark (VAS og eVAS) for den nye CLEW A50 kan hentes eller udskrives fra Abbotts website:
www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISERING

CLEW-opdatering i-STAT 1 systemet er designet til at eliminere operatørens påvirkning af de leverede resultater. Den mikrofabrikerede sensorteknologi leverer reproducerbare resultater fra parti til parti, der gør det muligt for analysatorer at anvende det samme sæt standardiserede værdier over lange tidsrum.

Ikke desto mindre kræver de løbende forbedringer af produktionsprocessen, som Abbott foretager, at standardiseringsværdierne genetableres fra tid til anden for at opretholde den langsigtede konsistens. Dette svarer til at justere kalibreringen på en traditionel analysator. Det har været vores praksis at opnå dette med jævnlige udgivelser af software. Denne nye CLEW genetablerer standardiseringen og indeholder forbedringer af det interne kvalitetsovervågningssystem.

Fremtidige forsendelser af kassetter kan nødvendiggøre installation af denne software før anvendelsen af kassetterne.

Denne software understøtter alle aktuelle ikke-udløbne kassetter.

SÅDAN UDFØRER DU SOFTWAREOPDATERINGEN

Før softwareopdateringen udføres, bedes du identificere systemkonfigurationen fra tabellen nedenfor. Sørg for, at du har administratorrettigheder på den computer, som anvendes til softwareopdateringen.

Hvis du er usikker på, hvilken metode du skal anvende for at udføre softwareopdateringen, eller om du har administratorrettigheder, bedes du kontakte din point of care-programadministrator for hjælp.

HVIS du har en computer med:	HVIS du har i-STAT/DE med:
- en forbundet seriel <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300), som bruger et DB9 til DB9-kabel med en USB-serieladapter* ELLER - en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) med USB-kabel** OG	- en netværksi-<i>STAT 1 Downloader</i> (DN-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) ELLER - en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) OG
en downloadet softwarefil (CLEW/JAMS) fra websitet www.globalpointofcare.abbott.	- adgang til Customization Workspace. OG - en downloadet softwarefil (CLEW/JAMS) fra websitet www.globalpointofcare.abbott.
SÅ	SÅ
følg denne vejledning, der findes på www.globalpointofcare.abbott: <i>Vejledning til opdatering af software til i-STAT 1 analysator ved hjælp af www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	følg denne vejledning, der findes på www.globalpointofcare.abbott: <i>Netværksvalgmuligheder til opdatering af i-STAT 1 analysator ved hjælp af www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

* Følg producentinformationen til USB-serieladapteren ved installationen. Abbott stiller ikke USB-serieladere til rådighed til brug med DB9 til DB9-kabel (9-bens stik).

**Til i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300) registrerer og anvender Windows-operativsystemet den rigtige driver. Find flere oplysninger i afsnit 6 af *i-STAT 1 systemhåndbogen*.

PÅMINDELSER OG MEDDELELSER OM PRODUKTETS LIVSCYKLUS

Abbott er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for de produkter, vi designer, udvikler og opretholder funktionen af. Som en del af dette engagement er det nødvendigt at lade produkter gennemgå en udvikling gennem deres produktlivscyklus.

PÅMINDELSE(R) OM OPHØR AF SUPPORT

Meddelelse om Microsoft Windows® 10

Mange Abbott- og partnerprodukter er kompatible med og kører på forskellige operativsystemer og browsere. Fra tid til anden når disse systemer slutningen af deres levetid og bliver sendt på pension.

Microsoft har meddelt, at de ikke længere vil understøtte Windows® 10-operativsystemet med en slutdato den 14. oktober 2025. Besøg Microsoft-siden for information om ophør af support for kalenderåret 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>.

Abbott anbefaler, at kunder skifter til et understøttet operativsystem til deres Abbott i-STAT-softwarekomponent(er). Afhængigt af dine Abbott i-STAT-produkter er der alternative valgmuligheder for operativsystemet.

Understøttede Abbott i-STAT-produkter, der kører på Windows 10, omfatter:

- i-STAT/DE-versioner: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11, and v2.12
- Info HQ-versioner: Info HQ v3.1
- Trådløs konfigurationssoftware: AlinIQ NCi v2.1.0.1 og WCU v2.0
- JammLite v4.3

Se brugerdokumentation, der er specifik for dit softwaresystem, på vores hjemmeside

<https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Kontakt din lokale i-STAT-repræsentant for at få hjælp til at skifte en af de nævnte komponenter.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.