

### NÄTVERKSALTERNATIV FÖR UPPDATERING AV i-STAT 1 ANALYZER MED <u>www.globalpointofcare.abbott</u>

### ÖVERSIKT

Den här tekniska rapporten har skapats särskilt för att vägleda dig genom programuppdateringsprocessen för i-STAT 1 Analyzer-enheter med ett av tre nätverksalternativ:

- 1. Med en Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300 och JammLite processen med TCP/IP.
- 2. Med i-STAT/DE Customization Workspace och en Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300

Kontrollera på sidan Analyzer Status att i-STAT 1 Analyzer har tillräckligt med batterikraft (7,5 volt eller högre) innan du börjar.

### Varför behöver i-STAT ANALYZER PROGRAMUPPDATERINGAR?

i-STAT System är utformat för att eliminera operatörpåverkan på de levererade resultaten.

Ständiga förbättringar av tillverkningsprocessen för i-STAT System kräver ändå att standardiseringsvärden återställs emellanåt för att upprätthålla konsekvent prestanda på lång sikt. Dessa uppdateringar motsvarar manuell justering av kalibreringen för en traditionell analysapparat för laboratorier.

Ny CLEW-programvara – som levereras två gånger per år – återställer standardiseringsvärden och införlivar förbättringar av det inbyggda kvalitetsövervakningssystemet. Med ny JAMS-programvara kan i-STAT Analyzer identifiera nyligen lanserade kassettyper och utföra nyligen lanserade funktioner.

#### 1. UPPDATERINGSPROCESS MED NETWORK DOWNLOADER OCH JammLite-PROCESSEN MED TCP/IP

#### 1.1: Kontrollera att all nödvändig utrustning/information finns tillgänglig innan du inleder processen.

- Dator med:
  - Windows 10 eller 11
  - Tillgång till <u>www.globalpointofcare.abbott</u>

i-STAT är avsedd för *in vitro*-diagnostik.

#### • i-STAT System-utrustning

(1) Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300

## Obs! Dessa anvisningar utgår från att de Network Downloader-typer som används i uppdateringsprocessen redan har installerats och används i kundens nätverk.

- (2) i-STAT 1 Analyzer
- (3) Electronic Simulator
- Lista över IP-adress(er) för Network Downloader-enhet(er) som ska användas vid programuppdateringsprocessen

#### 1.2: Stäng alla öppna program på datorn.

- 1.3: Navigera till <u>www.globalpointofcare.abbott</u> > Support > i-STAT System Customers > Software Icon > Login.
  - A) Vid nedladdning av programvara från Worldwide-webbplatsen: o Välj "i-STAT 1" och Språk från rullgardinsmenyerna.
  - B) Vid nedladdning av programvara förutom från Worldwide-webbplatsen: o Välj "i-STAT 1 Instrument Programvara" från rullgardinsmenyn.
- **1.4:** Rulla till Steg 2: Download Software File.
- **OBS:** i-STAT/DE-versioner under 2.8.0.1 stöds inte längre. Använd en Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300 och JammLite-processen för att utföra programuppdateringen via dess IP-adress (TCP/IP) eller port (COM-port) för seriellt anslutna nedladdare.
- **1.5:** Navigera till platsen på skrivbordet där du sparade zip-filen. Högerklicka på zip-filen med programvaran och välj Extrahera alla och Extrahera till skrivbord.
- Navigera till skrivbordet och klicka på mappen SUXXXXXX för att öppna den.
- **1.6:** Dubbelklicka på programvarufilen SUXXXXXX.exe för att köra den. Svara Y och tryck på Retur om ett kommandofönster öppnas med frågan om du vill skriva över. Fortsätt att svara Y på alla uppmaningar som visas tills kommandofönstret stängs. Dubbelklicka sedan på JAMMLITE.EXE bland ikonerna som visas för att starta JammLite-verktyget.
  - Kontakta APOC Technical Support och berätta för supportspecialisten att du inte kan starta JammLite-verktyget om JammLite-programmet inte startar eller du får ett felmeddelande.

**1.7:** Välj **i-STAT 300 Analyzer** i rullgardinsmenyn Instrument i JammLite-verktyget.

<u>I</u> nstru	iment			
i-ST.	AT 200.	Analyzer		-
i-ST/	AT 2007	Analyzer		
I-ST/	AT 3007 d Applus	Analyzer Jo Miadu	la.	
000	u Analy:	sis modu	ie	

**1.8:** Välj **TCP/IP** i rullgardinsmenyn Port.

<u>P</u> ort	
TCP/IP	•
COM1	
COM3	
COM6	
COM7	
TCP/IP	

**1.9:** Skriv IP-adress för den Network Downloader som används för programuppdateringen i rutan **IP Address**.

IP A <u>d</u> dress	
172.20.29.154	Obs! Adressen som används är endast ett exempel.

**1.10:** Kontrollera att värdet som anges för **Application** och **CLEW** matchar produktuppdateringen. Klicka på knappen **Update**.

JammLite 4.3	×
Instrument i-STAT 300 Analyzer	
Port TCP/IP	✓ <u>U</u> pdate
IP Address 172.20.29.154	
Application	
	<u> </u>

Obs! Application- och CLEW-nummer som visas är endast exempel.

**1.11:** Följ anvisningarna på skärmen.



**1.12:** Följande skärm visas när uppdateringen pågår:



Analysapparaten kommer att ha 1 och 0 som strömmar förbi på skärmen, vilket betyder att den tar emot programvaran.

Flytta inte på analysapparaten förrän skärmen om att det är klart visas.

The application update was successful.	
The CLEW update was successful.	Close

**1.13:** Kör Electronic Simulator i analysapparaten. När simulatorn är klar bör PASS visas.

**Obs!** Kör Electronic Simulator igen om PASS inte visas. Kontakta APOC Technical Support om upprepade försök med Electronic Simulator misslyckas. Mer information om att köra Electronic Simulator finns i avsnitt 12 i i-STAT 1-systemhandboken.

### Grattis! Uppdateringsprocessen för den första i-STAT 1 Analyzer-enheten är klar.

Läs alternativen nedan för ytterligare anvisningar.

Om det inte finns ytterligare analysapparater att uppdatera är processen klar.

- Klicka på X-knappen i det övre högra hörnet av programvaruskärmen.
- Stäng alla andra öppna rutor.
- Bekräfta alla meddelanden.

Om det finns ytterligare analysapparater att uppdatera via samma Network Downloader-adress:

- Klicka på Close.
- Upprepa steg **1.10** till **1.13**.

Om det finns ytterligare analysapparater att uppdatera via andra Network Downloader-adresser:

- Klicka på Close.
- Upprepa steg 1.9 till 1.13.

## 2. UPPDATERA i-STAT 1 ANALYZER MED i-STAT/DE CUSTOMIZATION WORKSPACE OCH EN NETWORK DOWNLOADER, DOWNLOADER/RECHARGER eller DRC-300

- **2.1:** Kontrollera att all nödvändig utrustning/information finns tillgänglig innan du inleder processen.
  - En dator med åtkomst till Customization Workspace
  - Tillgång till <u>www.globalpointofcare.abbott</u>
  - i-STAT System-utrustning
    - (1) i-STAT 1 Analyzer
    - (2) Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300

## Obs! Dessa anvisningar utgår från att de Network Downloader-typer som används i uppdateringsprocessen redan har installerats och används i kundens nätverk.

- (3) Electronic Simulator
- **2.2:** Uppdatera CLEW- och JAMS-versionerna i Customization Workspace.
  - a. Navigera till <u>www.globalpointofcare.abbott</u> > Support > i-STAT System Customers > Software Icon > Login.
    - Vid nedladdning av programvara från Worldwide-webbplatsen: o Välj "i-STAT 1" och Språk från rullgardinsmenyerna.
    - Vid nedladdning av programvara förutom från Worldwide-webbplatsen: o Välj "i-STAT 1 Instrument Programvara" från rullgardinsmenyn.
  - b. Rulla till Step 2: Download Software File.
- **OBS:** i-STAT/DE-versioner under 2.8.0.1 stöds inte längre. Använd en Network Downloader, Downloader/Recharger eller DRC-300 och JammLite-processen för att utföra programuppdateringen via dess IP-adress (TCP/IP) eller port (COM-port) för seriellt anslutna nedladdare.
  - c. Navigera till platsen där du sparade zip-filen. Högerklicka på zip-filen och välj Extrahera alla och Extrahera till skrivbord.
  - d. Öppna huvudsidan i Customization Workspace.
  - e. Klicka på Update i-STAT/DE → Upload Update File
  - f. Navigera till skrivbordet och klicka på mappen SUXXXXXX för att öppna den. Välj SUXXXXXX.exe och klicka på Upload.

(Obs: XXXXXX är den JAMS- och CLEW-version som <u>du uppdaterar</u>.) Omedelbart när CLEW/JAMS har laddats upp till i-STAT/DE-servern kommer i-STAT/DE att packa upp filerna och göra dem tillgängliga för användning i Customization Workspace för analysapparaten.

**2.3:** Stäng Utforskaren i Windows genom att klicka på X i det övre högra hörnet.

- 2.4: Öppna Customization Workspace.
  - RALS-Plus-användare:
    - Välj i-STAT från rullgardinsmenyn i RALS-Plus-programmet.
    - Klicka på **Device Customization.**
  - PrecisionWeb-användare:
    - Dubbelklicka på skrivbordsgenvägen eller favoriter för i-STAT Customization.
- 2.5: Uppdatera CLEW- och JAMS-versionerna i Customization Workspace.
  - Under kolumnen Default customization profile: klicka på knappen i-STAT Analyzer CLEW.



**Obs!** Anpassningsskärmarna kan se olika ut beroende på vilken i-STAT/DE-version som används.

• Klicka på rutan bredvid den nya versionen av CLEW och klicka på OK.

	i-STAT Analyzer CLEW:		
Institution: Inst1	Selected CLEW	Name	Expiration Date
		A16	6/24/2009 8:00:00 AM
Cancel			

Svara **OK** på frågan som visas.

• Klicka på rutan under kolumnen **i-STAT Analyzer CLEW** om Uses Default inte är markerat bredvid en platsbaserad anpassningsprofil.

Location-	based cu	ustomization	profiles:					
<u>Location</u>	<u>Enabled</u>	<u>Uses Default</u>	Update CLEW	i-STAT Analyzer CLEW	Philips BAM CLEW	Preferences	STATNotes	
ER				A16	[None]	DEFAULTO	CHARTO	
ICU			<b>~</b>	A16	[None]	DEFAULTO	CHARTO	
Lab		<b>~</b>	<b>~</b>	A16	[None]	DEFAULTO	CHARTO	
OR				A16	[None]	DEFAULTO	CHARTO	

• Klicka på den nya versionen av CLEW och klicka sedan på OK.

nstitution: Inst1	Selected CLEW	Name	Expiration Date
OK		A16	6/24/2009 8:00:00 AM
Cancel			

Svara OK på frågan som visas.

• Under kolumnen Default Customization profile: klicka på rullgardinsmenyn i-STAT 1 Software. Välj den JAMS-version som matchar produktuppdateringen och klicka på OK.

Default customization profile:
Language:
English 💌
Unit Set:
UNITSET00
i-STAT Analyzer CLEW:
A16
Philips BAM CLEW:
[None]
i-STAT 1 Software:
JAMS125A.BIN 🔽
Preferences:
DEFAULTO
STATNotes:
CHARTO
Use Operator List

- 2.6: Aktivera anpassning.
  - Klicka i rutan bredvid **Enable Customization** om den inte redan är markerad.
  - Kontrollera att **Enabled** är markerat i avsnittet Location-based customization profile: för varje plats där du vill utföra programuppdateringar på dina i-STAT 1 Analyzer-enheter.
- **2.7:** Uppdatera programvaran i i-STAT 1 Analyzer.
  - Gå till platsen där de i-STAT 1 Analyzer-enheter du vill uppdatera finns eller kontakta någon på den platsen som kan hjälpa till med att uppdatera analysapparaterna.
  - Tryck på knappen **On/Off** på analysapparaten.
  - Tryck på knappen **Menu** för att ta fram menyn Administration.
  - Tryck på 7 Utility. Tryck på ENT när frågan om lösenord kommer. Om det inte fungerar behövs ett lösenord. Ange lösenordet som har valts av din anläggning och tryck på ENT. Obs! Abbott Point of Care Inc. rekommenderar att standardlösenordet ändras.
  - Tryck på 3 Receive Software från menyn Utility. Meddelandet Waiting to Send visas på analysapparatens skärm.

- Placera analysapparaten i Downloader eller Downloader/Recharger. Flytta inte på analysapparaten förrän steg 2.8. Meddelandet Communication in Progress visas på skärmen. När det har försvunnit är analysapparatens skärm tom i ca 5–10 sekunder.
- Analysapparaten visar sedan 1 och 0 som strömmar förbi på skärmen, vilket betyder att den tar emot programvaran. När 1- och 0-strömmen har försvunnit är analysapparatens skärm tom igen i ca 5–10 sekunder.
- Meddelandet **Waiting to Send** åtföljt av meddelandet **Communication in Progress** visas sedan på analysapparatens skärm. När dessa meddelanden har försvunnit blir analysapparatens skärm tom och uppdateringsprocessen är klar.

2.8: Kör Electronic Simulator i analysapparaten. När simulatorn är klar bör PASS visas.

**Obs!** Kör Electronic Simulator igen om **PASS** inte visas. Kontakta APOC Technical Support om upprepade försök med Electronic Simulator misslyckas. Mer information om att köra Electronic Simulator finns i avsnitt 12 i i-STAT 1-systemhandboken.

# *Grattis!* Uppdateringsprocessen för den första i-STAT 1 Analyzer-enheten är klar.

Läs alternativen nedan för ytterligare anvisningar.

- Om det inte finns ytterligare analysapparater att uppdatera är processen klar.
- Gå tillbaka till steg **2.7** om det finns ytterligare analysapparater att uppdatera.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.