



i-STAT 1 Sistemi Zorunlu Yazılım Güncellemesi Sürüm Notları Nisan 2025

Bu güncelleme, i-STAT 1 analizler cihazına yönelik yeni yazılım hakkında bilgileri içermektedir. **Bu, zorunlu bir i-STAT 1 Yazılım güncellemesidir.** i-STAT 1 analizler yazılımını doğrudan Abbott internet sitesinden indirebilirsiniz: www.globalpointofcare.abbott.

UYARI:

- Müşterilerin yazılım dosyalarına erişebilmesi için www.globalpointofcare.abbott kullanıcı hesabının olması gerekmektedir.

YAZILIM VERSİYONU

Analyzer cihazlarınıza kurulacak doğru yazılım ve CLEW versiyonu aşağıda sıralanmaktadır.

STANDART YAZILIM
JAM2259 & CLEW A50

Mevcut yazılım süresinin 18 HAZİRAN 2025 tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayınız.

Son Kullanma Tarihi Yazılım süresinin sona erme tarihinden on beş gün önce, kullanıcıyı yaklaşan son kullanma tarihi konusunda bilgilendirmek için analizler cihazının ekranında bir mesaj görüntülenecektir. Eğer bu güncelleme 18 HAZİRAN 2025, sabah 8:00'e kadar yapılmazsa testler devre dışı kalacak ve analizler cihazında "YAZILIM SÜRESİ DOLMUŞTUR – GÜNCELLEME GEREKLİ – ELKİTAPÇIĞINA BAKINIZ" (Kalite Kontrol Kodu 12) uyarısı görüntülenecektir.

Yeni yazılımın süresi 10 ARALIK 2025 tarihinde sona erecektir.

VALUE ASSIGNMENT SHEETS (VAS ve eVAS)

Yeni CLEW A50 için Value Assignment Sheets (VAS ve eVAS) belgelerini Abbott internet sitesinden indirebilir veya yazdırabilirsiniz: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDİZASYON

CLEW Güncellemesi i-STAT 1 Sistemi, operatörün elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Mikro boyutta üretilen sensör teknolojisi her lot için tekrarlanabilir sonuçlar vermektedir; bu da analizler cihazlarının uzun süreler boyunca aynı standartlaştırıcı değerler setini kullanmasına olanak tanımaktadır.

Bununla birlikte, Abbott şirketinin üretim süreci için yaptığı sürekli iyileştirmeler tutarlılığın uzun vadede korunabilmesi ve sürdürülebilmesi standardizasyon değerlerinin zaman zaman yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Bu, geleneksel analizler cihazında yapılan kalibrasyon ayarlamasına eşdeğerdir. Benimsediğimiz uygulamaya göre bunu periyodik yazılım sürümleriyle yapıyoruz. Bu yeni CLEW, standardizasyon değerlerini yeniden belirlemekte ve dâhili kalite izleme sisteminin bünyesine iyileştirmeler katmaktadır.

Gelecekteki kartuş sevkیاتları, kartuşların kullanılmasından önce bu yazılımın kurulmasını gerektirebilir.

Bu yazılım, son kullanma tarihi sona ermemiş olan tüm mevcut kartuşları desteklemektedir.

YAZILIM GÜNCELLEMESİNİN YAPILMASI

Yazılım güncellemesini yapmadan önce, sistem kurulumunuzu aşağıdaki tabloya göre belirleyiniz. Yazılım güncellemesi için kullanılan bilgisayarda yönetici yetkilerinizin bulunduğundan emin olunuz.

Eğer yazılım güncellemesini yapmak için izleyeceğiniz yöntem ya da yönetici yetkilerinizin bulunup bulunmadığı konusunda kararsızsanız, lütfen bakım noktası program yöneticinizle iletişime geçip ona danışınız.

EĞER aşağıdaki özelliklere sahip bir Bilgisayarınız varsa:	EĞER aşağıdaki özelliklere sahip i-STAT/DE cihazınız varsa:
- USB-Serial adaptörlü DB9 - DB9 kablosu kullanılarak bağlanmış Serial <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ya da <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300)* YA DA - USB Kablosu bulunan <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300)** VE	- Network <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ya da <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) YA DA <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) VE
www.globalpointofcare.abbott internet sitesinden indirilmiş Software File (CLEW/JAMS).	- Customization Workspace erişimi. VE www.globalpointofcare.abbott internet sitesinden indirilmiş Software File (CLEW/JAMS).
BU DURUMDA	BU DURUMDA
www.globalpointofcare.abbott internet sitesindeki bu talimatları izleyiniz: <i>Instructions for Updating i-STAT 1 Analyzer Software Using www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	www.globalpointofcare.abbott internet sitesindeki bu talimatları izleyiniz: <i>Network Options for Updating the i-STAT 1 Analyzer Using www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

* Kurulum için USB-Serial adaptör üreticisinin talimatlarını izleyiniz. Abbott, DB9 - DB9 (9 pimli konektör) kabloyla kullanılacak USB-Serial adaptörleri temin etmemektedir.

**i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300) için, Windows işletim sistemi uygun sürücüyü algılayacak ve uygulayacaktır. Daha detaylı bilgiler için bakınız: *i-STAT 1 System Manual Section 6*.

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ UYARILARI VE BİLDİRİMLER

Abbott tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz ürünler için en yüksek standartları korumayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüdün bir parçası olarak, ürünlerin kendi yaşam döngüleri boyunca geçişlerinin sağlanması gerekmektedir.

DESTEĞİN SONA ERDİĞİNE İLİŞKİN UYARI(LAR)

Microsoft Windows® 10 Bildirimi

Birçok Abbott ve iş ortağı ürünü, çeşitli işletim sistemleri ve tarayıcılar ile uyumludur ve bu sistem ve tarayıcılarda çalışmaktadır. Zaman zaman bu sistemlerin hizmet süreleri biter ve artık kullanılmazlar.

Microsoft, Windows® 10 işletim sistemini artık desteklemeyeceğini ve bu işletim sisteminin hizmet süresinin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini duyurmuştur. Lütfen 2025 takvim yılında desteğin sona erdiği bilgisini veren Microsoft sayfasına bakınız:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott, müşterilerine Abbott i-STAT yazılım bileşen(ler)i için desteklenen bir işletim sistemine geçmelerini tavsiye etmektedir. Abbott i-STAT ürün(ler)inize bağlı olarak, alternatif işletim sistemi seçenekleri mevcuttur.

Windows 10 işletim sisteminde çalışan ve desteklenen Abbott i-STAT ürünleri aşağıdakileri içermektedir:

- i-STAT/DE versiyonları: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11 ve v2.12
- Info HQ versiyonları: Info HQ v3.1
- Wireless Configuration Software: AlinIQ NCi v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Yazılım sisteminize özgü kullanımı belgelerini internet sitemizden kontrol edebilirsiniz:

<https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Sıralanan bileşenlerden herhangi birinin geçişinde yardım almak için yerel i-STAT temsilcinizle iletişime geçiniz.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.