

CLEW: A50	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261175	LOT	271175
	Exp.	2025-07-31	Exp.	2025-07-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	205	144 - 267	485	340 - 631
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	180	126 - 234	470	329 - 611

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT 261178		LOT 271179	
	Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	215 151 - 280	545	382 - 709
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	180 126 - 234	520	364 - 676

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261181	LOT	271181
	Exp.	2026-01-31	Exp.	2026-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	210	147 - 273	585	410 - 761
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	175	123 - 228	540	378 - 702

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261182	LOT	271182
	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	200	140 - 260	530	371 - 689
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	175	123 - 228	515	361 - 670

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351178		LOT 361178		LOT 371178	
	Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	21.1 17.5 - 24.7	897.7	772.0 - 1023.4	1289.8	1109.2 - 1470.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351184		LOT 361184		LOT 371184	
	Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT M						
B-hCG	IU/L	21.8 18.1 - 25.5	879.7 756.5 - 1002.9	1259.4 1083.1 - 1435.7		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351194		LOT 361194		LOT 371194	
	Exp. 2027-02-28		Exp. 2027-02-28		Exp. 2027-02-28	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT M						
B-hCG	IU/L	24.5 20.3 - 28.7	1029.7 885.5 - 1173.9	1402.2 1205.9 - 1598.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041176	LOT	051176	LOT	061176
		Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
	LOT F						
BNP	pg/mL	99	84 - 114	869	739 - 999	2669	2269 - 3069

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041179	LOT	051179	LOT	061179
		Exp.	2025-11-30	Exp.	2025-11-30	Exp.	2025-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
	LOT F						
BNP	pg/mL	84	71 - 97	888	755 - 1021	2462	2093 - 2831

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041182	LOT	051182	LOT	061182
		Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
	LOT F						
BNP	pg/mL	78	66 - 90	994	845 - 1143	2428	2064 - 2792

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		 LOT	041185	 LOT	051185	 LOT	061185
		 Exp.	2026-05-31	 Exp.	2026-05-31	 Exp.	2026-05-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
 F							
BNP	pg/mL	75	64 - 86	788	670 - 906	2118	1800 - 2436

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071185	LOT	081185	LOT	091185
	Exp.	2026-05-31	Exp.	2026-05-31	Exp.	2026-05-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	2.4 1.3 - 3.5	10.8 5.9 - 15.7	47.9 26.3 - 69.5		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	2.9 1.6 - 4.2	12.6 6.9 - 18.3	57.8 31.8 - 83.8		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071177		LOT 081177		LOT 091177	
	Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB LOT C						
CK-MB ng/mL	3.6	2.0 - 5.2	14.1	7.8 - 20.4	65.2	35.9 - 94.5

CK-MB LOT G						
CK-MB ng/mL	4.0	2.2 - 5.8	15.2	8.4 - 22.0	76.9	42.3 - 111.5

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071193	LOT	081193	LOT	091193
	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	3.4 1.9 - 4.9	12.4 6.8 - 18.0	60.8 33.4 - 88.2		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	3.7 2.0 - 5.4	14.0 7.7 - 20.3	70.7 38.9 - 102.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011179		LOT 021180		LOT 031179	
	Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-12-31		Exp. 2025-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT E						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	2.06 1.65 - 2.47	22.52 18.02 - 27.02		

cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.37 0.30 - 0.44	2.15 1.72 - 2.58	23.04 18.43 - 27.65		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT	011182	LOT	021182	LOT	031182
	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT E						
cTnI	ng/mL	0.35 0.28 - 0.42	1.71 1.37 - 2.05	20.49 16.39 - 24.59		

cTnI					
LOT S					
cTnI	ng/mL	0.34 0.27 - 0.41	1.74 1.39 - 2.09	20.29 16.23 - 24.35	

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011187		LOT 021187		LOT 031187	
	Exp. 2026-07-31		Exp. 2026-07-31		Exp. 2026-07-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI LOT E						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	1.98 1.58 - 2.38	22.94 18.35 - 27.53		

cTnI LOT S						
cTnI	ng/mL	0.37 0.30 - 0.44	2.05 1.64 - 2.46	23.12 18.50 - 27.74		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control	
		LOT	011195	LOT	021195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI					
LOT E					
cTnI	ng/mL	0.45	0.36 - 0.54	2.08	1.66 - 2.50

cTnI					
LOT S					
cTnI	ng/mL	0.44	0.35 - 0.53	2.11	1.69 - 2.53

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT	011176	LOT	021176	LOT	031176
	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT E						
cTnI	ng/mL	0.31 0.25 - 0.37	1.62 1.30 - 1.94	21.49 17.19 - 25.79		

cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.32 0.26 - 0.38	1.66 1.33 - 1.99	21.30 17.04 - 25.56		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121183 Exp. 2026-03-31	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.026	6.998 - 7.054	7.441	7.411 - 7.471	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	57.8	54.1 - 61.6	28.8	26.7 - 31.0	22.8	21.0 - 24.5
	kPa	7.70	7.21 - 8.21	3.84	3.56 - 4.13	3.04	2.80 - 3.27
PO2	mmHg	93	87 - 100	126	119 - 133	151	143 - 159
	kPa	12.4	11.6 - 13.3	16.8	15.9 - 17.7	20.1	19.1 - 21.2
Lactate/Lac	mmol/L	7.90	7.03 - 8.77	2.15	1.91 - 2.38	0.85	0.76 - 0.95
	mg/dL	71.2	63.3 - 79.0	19.4	17.2 - 21.4	7.7	6.8 - 8.6
	g/L	0.712	0.633 - 0.790	0.194	0.172 - 0.214	0.077	0.068 - 0.086

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121183 Exp. 2026-03-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	133	129 - 137	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.50	1.39 - 1.61	1.28	1.18 - 1.37	0.77	0.66 - 0.88
	mg/dL	6.0	5.6 - 6.4	5.1	4.7 - 5.5	3.1	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.2	2.6	2.4 - 2.7	1.5	1.3 - 1.8
pH		7.025	6.997 - 7.053	7.438	7.408 - 7.468	7.648	7.617 - 7.679
PCO2	mmHg	59.3	55.5 - 63.2	29.5	27.3 - 31.7	22.3	20.7 - 24.0
	kPa	7.90	7.40 - 8.42	3.93	3.64 - 4.23	2.97	2.76 - 3.20
PO2	mmHg	92	85 - 98	121	112 - 129	146	138 - 154
	kPa	12.3	11.3 - 13.1	16.1	14.9 - 17.2	19.5	18.4 - 20.5
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	122	109 - 136	287	255 - 318
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.22	1.09 - 1.36	2.87	2.55 - 3.18
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.6	1.7	1.5 - 1.8	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	362	321 - 404	146	129 - 163	48	42 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	7.82	6.96 - 8.68	2.08	1.85 - 2.31	0.80	0.71 - 0.89
	mg/dL	70.5	62.7 - 78.2	18.7	16.7 - 20.8	7.2	6.4 - 8.0
	g/L	0.705	0.627 - 0.782	0.187	0.167 - 0.208	0.072	0.064 - 0.080

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121183 Exp. 2026-03-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 136	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.51	1.40 - 1.62	1.27	1.17 - 1.37	0.76	0.65 - 0.86
	mg/dL	6.0	5.6 - 6.5	5.1	4.7 - 5.5	3.0	2.6 - 3.4
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.2	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	23	16 - 29	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	123	110 - 137	293	260 - 325
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.23	1.10 - 1.37	2.93	2.60 - 3.25
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.6	16.3	14.4 - 18.0
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.7 - 4.7	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	370	328 - 413	149	132 - 167	50	45 - 56
BUN	mg/dL	60	54 - 66	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	3.5	3.2 - 3.8	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 142	21	19 - 23	16	14 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.21	0.19 - 0.23	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121183 Exp. 2026-03-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	72 - 79	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.035	7.007 - 7.063	7.454	7.424 - 7.484	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	58.5	54.7 - 62.2	31.9	29.5 - 34.3	26.4	24.4 - 28.4
	kPa	7.80	7.29 - 8.29	4.25	3.93 - 4.57	3.52	3.25 - 3.79
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 47	122	109 - 136	288	256 - 320
	g/L	0.43	0.38 - 0.47	1.22	1.09 - 1.36	2.88	2.56 - 3.20
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	16.0	14.2 - 17.8
BUN	mg/dL	57	50 - 63	11	10 - 12	8	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.0 - 22.3	3.8	3.5 - 4.3	2.8	2.5 - 3.0
	mg/dL	121	108 - 134	23	21 - 26	17	15 - 18
	g/L	1.21	1.08 - 1.34	0.23	0.21 - 0.26	0.17	0.15 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 2 Control LOT 111179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121179 Exp. 2025-11-30	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.028	7.000 - 7.056	7.460	7.430 - 7.490	7.655	7.624 - 7.686
PCO2	mmHg	58.1	54.4 - 61.9	28.2	26.1 - 30.3	23.1	21.3 - 24.8
	kPa	7.74	7.25 - 8.25	3.76	3.48 - 4.04	3.08	2.84 - 3.31
PO2	mmHg	89	82 - 95	121	112 - 129	150	142 - 158
	kPa	11.9	10.9 - 12.7	16.1	14.9 - 17.2	20.0	18.9 - 21.1
Lactate/Lac	mmol/L	7.85	6.99 - 8.71	2.13	1.90 - 2.37	0.86	0.77 - 0.96
	mg/dL	70.7	63.0 - 78.5	19.2	17.1 - 21.4	7.7	6.9 - 8.6
	g/L	0.707	0.630 - 0.785	0.192	0.171 - 0.214	0.077	0.069 - 0.086

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 2 Control LOT 111179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121179 Exp. 2025-11-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	130 - 138	162	157 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.29	1.19 - 1.39	0.78	0.66 - 0.89
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.2	4.8 - 5.6	3.1	2.6 - 3.6
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.3 - 1.8
pH		7.025	6.997 - 7.053	7.454	7.424 - 7.484	7.639	7.608 - 7.670
PCO2	mmHg	58.5	54.7 - 62.3	28.3	26.2 - 30.4	22.7	21.0 - 24.3
	kPa	7.80	7.29 - 8.30	3.77	3.49 - 4.05	3.03	2.80 - 3.24
PO2	mmHg	88	81 - 94	115	107 - 123	144	136 - 152
	kPa	11.7	10.8 - 12.5	15.3	14.3 - 16.4	19.2	18.1 - 20.3
Glucose/Glu	mg/dL	41	37 - 46	121	108 - 134	285	254 - 316
	g/L	0.41	0.37 - 0.46	1.21	1.08 - 1.34	2.85	2.54 - 3.16
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.7	6.0 - 7.4	15.8	14.1 - 17.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.5 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	354	313 - 394	148	131 - 165	46	41 - 51
Lactate/Lac	mmol/L	7.77	6.92 - 8.63	2.07	1.84 - 2.30	0.81	0.72 - 0.89
	mg/dL	70.0	62.3 - 77.8	18.7	16.6 - 20.7	7.3	6.5 - 8.0
	g/L	0.700	0.623 - 0.778	0.187	0.166 - 0.207	0.073	0.065 - 0.080

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 2 Control LOT 111179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121179 Exp. 2025-11-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.63	1.27	1.18 - 1.37	0.76	0.65 - 0.87
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.1	4.7 - 5.5	3.0	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.4 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 28	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	41	37 - 46	123	109 - 136	291	259 - 323
	g/L	0.41	0.37 - 0.46	1.23	1.09 - 1.36	2.91	2.59 - 3.23
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	16.2	14.4 - 17.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.7 - 4.6	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	366	324 - 408	152	135 - 169	47	42 - 52
BUN	mg/dL	59	53 - 65	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.2	3.7	3.3 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 139	22	20 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.39	0.22	0.20 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® Level 1 Control LOT 101179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 2 Control LOT 111179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121179 Exp. 2025-11-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	72 - 79	89	85 - 93	110	105 - 114
pH		7.028	7.000 - 7.056	7.458	7.428 - 7.488	7.643	7.612 - 7.674
PCO2	mmHg	60.0	56.1 - 63.9	32.0	29.6 - 34.4	26.6	24.6 - 28.6
	kPa	8.00	7.48 - 8.52	4.27	3.95 - 4.59	3.55	3.28 - 3.81
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	122	108 - 135	285	254 - 317
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.22	1.08 - 1.35	2.85	2.54 - 3.17
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.0 - 7.5	15.8	14.1 - 17.6
BUN	mg/dL	56	50 - 62	11	10 - 12	8	7 - 8
Urea	mmol/L	20.0	18.0 - 22.2	3.8	3.5 - 4.3	2.8	2.5 - 3.0
	mg/dL	120	108 - 133	23	21 - 26	17	15 - 18
	g/L	1.20	1.08 - 1.33	0.23	0.21 - 0.26	0.17	0.15 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50	i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
	LOT 281178		LOT 291178	
	Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT				
LOT F				
PT	INR	1.3 1.2 - 1.5	2.2	1.9 - 2.4
	sec	16.0 13.7 - 18.2	24.9	21.6 - 28.2

PT				
LOT T				
PT	INR	1.3 1.2 - 1.5	2.2	2.0 - 2.5
	sec	16.0 13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281183	LOT	291183
		Exp.	2026-03-31	Exp.	2026-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT T				
PT	INR	1.4	1.2 - 1.5	2.3	2.0 - 2.5
	sec	16.0	13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

i-STAT® TriControls
Level 1 Control
LOT 301190
Exp. 2026-10-31

CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.054	7.026 - 7.082
PCO2	mmHg	63.1	59.0 - 67.2
	kPa	8.41	7.86 - 8.96
PO2	mmHg	75	67 - 83
	kPa	10.0	8.9 - 11.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.57	5.84 - 7.29
	mg/dL	59.2	52.6 - 65.7
	g/L	0.592	0.526 - 0.657

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
iCa	mmol/L	0.85	0.73 - 0.97
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.9
pH		7.051	7.023 - 7.079
PCO2	mmHg	63.1	59.0 - 67.2
	kPa	8.41	7.86 - 8.96
PO2	mmHg	82	77 - 88
	kPa	10.9	10.3 - 11.7
Glucose/Glu	mg/dL	251	223 - 279
	g/L	2.51	2.23 - 2.79
	mmol/L	13.9	12.4 - 15.5
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5
	umol/L	273	242 - 305
Lactate/Lac	mmol/L	6.48	5.76 - 7.19
	mg/dL	58.4	51.9 - 64.8
	g/L	0.584	0.519 - 0.648
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23
	K2EDTA %	23	22 - 24

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

i-STAT® TriControls
Level 1 Control
LOT 301190
Exp. 2026-10-31

CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	251	223 - 279
	g/L	2.51	2.23 - 2.79
	mmol/L	13.9	12.4 - 15.5
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.8 - 3.5
	umol/L	279	247 - 311
BUN	mg/dL	59	53 - 65
Urea	mmol/L	21.2	19.0 - 23.3
	mg/dL	127	114 - 140
	g/L	1.27	1.14 - 1.40
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22
	K2EDTA %	22	21 - 23

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

EC8+, 6+, & G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	72	68 - 75
pH		7.005	6.977 - 7.033
PCO2	mmHg	75.4	70.5 - 80.3
	kPa	10.05	9.40 - 10.70
Glucose/Glu	mg/dL	254	226 - 282
	g/L	2.54	2.26 - 2.82
	mmol/L	14.1	12.5 - 15.7
BUN	mg/dL	60	54 - 66
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.5
	mg/dL	128	115 - 141
	g/L	1.28	1.15 - 1.41
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23
	K2EDTA %	23	22 - 24

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT 301189		LOT 311188		LOT 321188	
		Exp. 2026-09-30		Exp. 2026-08-31		Exp. 2026-08-31	
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.056	7.028 - 7.084	7.430	7.400 - 7.460	7.685	7.654 - 7.716
PCO2	mmHg	60.9	57.0 - 64.9	36.0	33.6 - 38.3	20.8	19.2 - 22.4
	kPa	8.12	7.60 - 8.65	4.80	4.48 - 5.11	2.77	2.56 - 2.99
PO2	mmHg	76	67 - 84	114	106 - 122	138	130 - 145
	kPa	10.1	8.9 - 11.2	15.2	14.1 - 16.3	18.4	17.3 - 19.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.50	5.78 - 7.21	1.75	1.55 - 1.94	0.65	0.58 - 0.72
	mg/dL	58.6	52.1 - 65.0	15.8	14.0 - 17.5	5.9	5.2 - 6.5
	g/L	0.586	0.521 - 0.650	0.158	0.140 - 0.175	0.059	0.052 - 0.065

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301189  Exp. 2026-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311188  Exp. 2026-08-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321188  Exp. 2026-08-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	134	130 - 138	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.85	0.73 - 0.97	1.26	1.16 - 1.35	1.57	1.45 - 1.68
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.0	4.6 - 5.4	6.3	5.8 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.4
pH		7.056	7.028 - 7.084	7.430	7.400 - 7.460	7.669	7.638 - 7.700
PCO2	mmHg	60.7	56.7 - 64.6	35.5	33.2 - 37.8	19.6	18.1 - 21.1
	kPa	8.09	7.56 - 8.61	4.73	4.43 - 5.04	2.61	2.41 - 2.81
PO2	mmHg	85	79 - 91	117	109 - 125	139	131 - 146
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	15.6	14.5 - 16.7	18.5	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	254	226 - 282	117	104 - 130	34	30 - 37
	g/L	2.54	2.26 - 2.82	1.17	1.04 - 1.30	0.34	0.30 - 0.37
	mmol/L	14.1	12.5 - 15.7	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	273	242 - 305	89	79 - 100	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.40	5.70 - 7.11	1.66	1.48 - 1.84	0.57	0.51 - 0.63
	mg/dL	57.7	51.4 - 64.1	15.0	13.3 - 16.6	5.1	4.6 - 5.7
	g/L	0.577	0.514 - 0.641	0.150	0.133 - 0.166	0.051	0.046 - 0.057
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301189 Exp. 2026-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311188 Exp. 2026-08-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321188 Exp. 2026-08-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	133	129 - 137	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	92	87 - 96	112	106 - 117
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.24	1.15 - 1.34	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	20 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	116	103 - 129	33	29 - 36
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.16	1.03 - 1.29	0.33	0.29 - 0.36
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.4	5.7 - 7.2	1.8	1.6 - 2.0
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.8 - 3.5	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	279	247 - 311	90	80 - 101	39	34 - 43
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 12	6	6 - 7
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	4.0	3.5 - 4.3	2.2	2.0 - 2.5
	mg/dL	128	115 - 142	24	21 - 26	13	12 - 15
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.24	0.21 - 0.26	0.13	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301189 Exp. 2026-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311188 Exp. 2026-08-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321188 Exp. 2026-08-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71	68 - 75	91	86 - 95	112	107 - 117
pH		7.008	6.980 - 7.036	7.367	7.338 - 7.396	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	71.9	67.2 - 76.5	43.5	40.6 - 46.3	25.0	23.1 - 26.9
	kPa	9.58	8.96 - 10.20	5.80	5.41 - 6.17	3.33	3.08 - 3.59
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	126	112 - 140	39	35 - 43
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.26	1.12 - 1.40	0.39	0.35 - 0.43
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	7.0	6.2 - 7.8	2.2	1.9 - 2.4
BUN	mg/dL	61	54 - 67	12	11 - 14	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.7	19.3 - 23.8	4.3	3.8 - 4.8	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	130	116 - 143	26	23 - 29	16	14 - 17
	g/L	1.30	1.16 - 1.43	0.26	0.23 - 0.29	0.16	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321183 Exp. 2026-03-31	
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.059	7.031 - 7.087	7.436	7.406 - 7.466	7.665	7.634 - 7.696
PCO2	mmHg	57.9	54.2 - 61.7	34.1	31.6 - 36.7	19.8	18.3 - 21.3
	kPa	7.72	7.22 - 8.22	4.55	4.21 - 4.89	2.64	2.44 - 2.84
PO2	mmHg	82	77 - 88	121	112 - 129	145	137 - 153
	kPa	10.9	10.3 - 11.7	16.1	14.9 - 17.2	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.36	5.66 - 7.06	1.84	1.64 - 2.04	0.70	0.62 - 0.77
	mg/dL	57.3	51.0 - 63.6	16.6	14.8 - 18.4	6.3	5.6 - 6.9
	g/L	0.573	0.510 - 0.636	0.166	0.148 - 0.184	0.063	0.056 - 0.069

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301183  Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311183  Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321183  Exp. 2026-03-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	123	119 - 126	131	127 - 134	157	152 - 162
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.9 - 3.2	3.8	3.6 - 3.9	5.9	5.6 - 6.1
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.21	1.12 - 1.30	1.50	1.38 - 1.61
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.8	4.5 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
pH		7.057	7.029 - 7.085	7.438	7.408 - 7.468	7.652	7.621 - 7.683
PCO2	mmHg	58.9	55.1 - 62.8	33.5	31.0 - 36.0	20.0	18.5 - 21.5
	kPa	7.85	7.34 - 8.37	4.47	4.13 - 4.80	2.67	2.47 - 2.87
PO2	mmHg	85	79 - 90	124	115 - 132	145	137 - 153
	kPa	11.3	10.5 - 12.0	16.5	15.3 - 17.6	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	260	231 - 289	120	107 - 133	34	30 - 38
	g/L	2.60	2.31 - 2.89	1.20	1.07 - 1.33	0.34	0.30 - 0.38
	mmol/L	14.4	12.8 - 16.0	6.7	5.9 - 7.4	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.9 - 3.7	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	293	260 - 327	90	80 - 101	42	38 - 47
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.69 - 7.09	1.82	1.62 - 2.02	0.68	0.60 - 0.75
	mg/dL	57.6	51.3 - 63.9	16.4	14.6 - 18.2	6.1	5.4 - 6.8
	g/L	0.576	0.513 - 0.639	0.164	0.146 - 0.182	0.061	0.054 - 0.068
HCT	K3EDTA %	22	20 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58
	K2EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 38	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321183 Exp. 2026-03-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	122	119 - 126	130	126 - 133	156	152 - 161
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.9 - 3.2	3.7	3.6 - 3.9	5.9	5.6 - 6.1
Cl	mmol/L, mEq/L	73	69 - 76	88	84 - 92	110	105 - 115
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.93	1.19	1.10 - 1.28	1.46	1.35 - 1.57
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.7	4.8	4.4 - 5.1	5.8	5.4 - 6.3
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.2 - 2.6	2.9	2.7 - 3.1
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	19 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	259	231 - 288	118	105 - 131	32	28 - 36
	g/L	2.59	2.31 - 2.88	1.18	1.05 - 1.31	0.32	0.28 - 0.36
	mmol/L	14.4	12.8 - 16.0	6.5	5.8 - 7.3	1.8	1.6 - 2.0
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.9 - 3.7	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	293	260 - 327	91	81 - 102	44	39 - 49
BUN	mg/dL	59	53 - 65	11	9 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.2	19.0 - 23.3	3.8	3.3 - 4.2	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	127	114 - 140	23	20 - 25	14	12 - 15
	g/L	1.27	1.14 - 1.40	0.23	0.20 - 0.25	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	20	19 - 21	33	31 - 34	53	51 - 56
	K2EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311183 Exp. 2026-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321183 Exp. 2026-03-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	123	119 - 126	130	126 - 134	157	152 - 162
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.9 - 3.2	3.7	3.6 - 3.9	5.8	5.6 - 6.1
Cl	mmol/L, mEq/L	71	68 - 74	87	83 - 91	108	103 - 113
pH		7.013	6.985 - 7.041	7.376	7.346 - 7.406	7.645	7.614 - 7.676
PCO2	mmHg	69.1	64.6 - 73.6	40.7	38.1 - 43.4	25.5	23.6 - 27.4
	kPa	9.21	8.61 - 9.81	5.43	5.08 - 5.79	3.40	3.15 - 3.65
Glucose/Glu	mg/dL	264	235 - 293	129	114 - 143	39	34 - 43
	g/L	2.64	2.35 - 2.93	1.29	1.14 - 1.43	0.39	0.34 - 0.43
	mmol/L	14.7	13.0 - 16.3	7.2	6.3 - 7.9	2.2	1.9 - 2.4
BUN	mg/dL	59	52 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.7 - 23.2	4.2	3.7 - 4.5	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	112 - 139	25	22 - 27	16	14 - 17
	g/L	1.26	1.12 - 1.39	0.25	0.22 - 0.27	0.16	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT 301179		LOT 311179		LOT 321179	
		Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30	
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.066	7.038 - 7.094	7.442	7.412 - 7.472	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	58.4	54.6 - 62.2	35.7	33.4 - 38.1	22.1	20.4 - 23.8
	kPa	7.78	7.28 - 8.29	4.76	4.45 - 5.08	2.95	2.72 - 3.17
PO2	mmHg	78	69 - 86	114	106 - 121	143	135 - 151
	kPa	10.4	9.2 - 11.5	15.2	14.1 - 16.1	19.1	18.0 - 20.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.44	5.73 - 7.15	1.73	1.54 - 1.92	0.66	0.59 - 0.73
	mg/dL	58.0	51.6 - 64.4	15.6	13.9 - 17.3	5.9	5.3 - 6.6
	g/L	0.580	0.516 - 0.644	0.156	0.139 - 0.173	0.059	0.053 - 0.066

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321179 Exp. 2025-11-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	134	130 - 138	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.86	0.74 - 0.98	1.27	1.17 - 1.36	1.56	1.44 - 1.68
	mg/dL	3.4	3.0 - 3.9	5.1	4.7 - 5.4	6.2	5.8 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.4
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.442	7.412 - 7.472	7.651	7.620 - 7.682
PCO2	mmHg	59.4	55.5 - 63.2	34.3	31.7 - 36.8	21.6	19.9 - 23.2
	kPa	7.92	7.40 - 8.42	4.57	4.23 - 4.91	2.88	2.65 - 3.09
PO2	mmHg	82	76 - 88	117	108 - 125	143	135 - 150
	kPa	10.9	10.1 - 11.7	15.6	14.4 - 16.7	19.1	18.0 - 20.0
Glucose/Glu	mg/dL	254	226 - 282	115	102 - 128	35	31 - 39
	g/L	2.54	2.26 - 2.82	1.15	1.02 - 1.28	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.1	12.5 - 15.7	6.4	5.7 - 7.1	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	287	254 - 320	87	77 - 97	40	35 - 44
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.72	1.53 - 1.91	0.64	0.57 - 0.70
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	15.5	13.8 - 17.2	5.8	5.1 - 6.3
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.155	0.138 - 0.172	0.058	0.051 - 0.063
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321179 Exp. 2025-11-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	158	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96	1.25	1.16 - 1.34	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	256	228 - 284	115	102 - 127	34	30 - 38
	g/L	2.56	2.28 - 2.84	1.15	1.02 - 1.27	0.34	0.30 - 0.38
	mmol/L	14.2	12.7 - 15.8	6.4	5.7 - 7.0	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.9 - 3.6	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	289	256 - 322	88	78 - 99	42	37 - 46
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.5	19.2 - 23.7	4.0	3.5 - 4.3	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	129	115 - 142	24	21 - 26	15	13 - 16
	g/L	1.29	1.15 - 1.42	0.24	0.21 - 0.26	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 36	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 38	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311179 Exp. 2025-11-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321179 Exp. 2025-11-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 75	91	87 - 95	112	107 - 117
pH		7.018	6.990 - 7.046	7.384	7.354 - 7.414	7.646	7.615 - 7.677
PCO2	mmHg	69.9	65.4 - 74.5	41.2	38.5 - 43.9	26.2	24.3 - 28.2
	kPa	9.32	8.72 - 9.93	5.49	5.13 - 5.85	3.49	3.24 - 3.76
Glucose/Glu	mg/dL	259	231 - 287	124	111 - 138	40	35 - 44
	g/L	2.59	2.31 - 2.87	1.24	1.11 - 1.38	0.40	0.35 - 0.44
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.9	6.2 - 7.7	2.2	1.9 - 2.4
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	11 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.2	3.8 - 4.7	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	25	23 - 28	16	14 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.25	0.23 - 0.28	0.16	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT 301177		LOT 311177		LOT 321177	
		Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.061	7.033 - 7.089	7.429	7.399 - 7.459	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	60.3	56.3 - 64.2	33.7	31.2 - 36.2	22.6	20.9 - 24.3
	kPa	8.04	7.50 - 8.56	4.49	4.16 - 4.83	3.01	2.79 - 3.24
PO2	mmHg	79	70 - 88	118	110 - 126	145	137 - 153
	kPa	10.5	9.3 - 11.7	15.7	14.7 - 16.8	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.32	5.63 - 7.02	1.68	1.50 - 1.87	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.9	50.7 - 63.3	15.1	13.5 - 16.8	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.569	0.507 - 0.633	0.151	0.135 - 0.168	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	134	130 - 138	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96	1.24	1.15 - 1.33	1.55	1.43 - 1.67
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8	5.0	4.6 - 5.3	6.2	5.7 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.060	7.032 - 7.088	7.428	7.398 - 7.458	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	61.1	57.2 - 65.1	35.0	32.4 - 37.6	21.4	19.7 - 23.0
	kPa	8.14	7.62 - 8.68	4.67	4.32 - 5.01	2.85	2.63 - 3.07
PO2	mmHg	82	77 - 88	120	111 - 128	142	134 - 150
	kPa	10.9	10.3 - 11.7	16.0	14.8 - 17.1	18.9	17.9 - 20.0
Glucose/Glu	mg/dL	258	229 - 286	117	104 - 130	35	31 - 38
	g/L	2.58	2.29 - 2.86	1.17	1.04 - 1.30	0.35	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.8 - 3.6	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	284	251 - 316	90	80 - 101	44	39 - 49
Lactate/Lac	mmol/L	6.43	5.72 - 7.13	1.65	1.47 - 1.83	0.56	0.50 - 0.62
	mg/dL	57.9	51.5 - 64.2	14.9	13.2 - 16.5	5.0	4.5 - 5.6
	g/L	0.579	0.515 - 0.642	0.149	0.132 - 0.165	0.050	0.045 - 0.056
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	158	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.22	1.13 - 1.31	1.51	1.39 - 1.62
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.5 - 5.2	6.0	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	20 - 33	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	115	103 - 128	33	29 - 36
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.15	1.03 - 1.28	0.33	0.29 - 0.36
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.4	5.7 - 7.1	1.8	1.6 - 2.0
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	286	253 - 318	90	80 - 101	45	40 - 50
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.2 - 2.7
	mg/dL	128	115 - 142	23	21 - 26	14	13 - 16
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	31 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	21	21 - 23	35	32 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 75	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.010	6.982 - 7.038	7.360	7.331 - 7.389	7.637	7.606 - 7.668
PCO2	mmHg	72.3	67.6 - 77.0	43.7	40.9 - 46.6	27.3	25.2 - 29.3
	kPa	9.64	9.01 - 10.26	5.83	5.45 - 6.21	3.64	3.36 - 3.91
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	127	113 - 141	39	35 - 44
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.27	1.13 - 1.41	0.39	0.35 - 0.44
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.0	6.3 - 7.8	2.2	1.9 - 2.4
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	11 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.3	3.8 - 4.7	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	26	23 - 28	16	14 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.26	0.23 - 0.28	0.16	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A50


		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501183	LOT	511183
		Exp.	2026-03-31	Exp.	2026-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.1	1.0 - 1.2	2.6	2.3 - 2.8
	sec	11.1	9.6 - 12.6	25.8	22.7 - 28.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

i-STAT is a trademark of Abbott.



ART-107690-01
04-Jul-2025
APOC20251852


CLEW: A50

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501180	LOT	511180
		Exp.	2025-12-31	Exp.	2025-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.1	1.0 - 1.2	2.4	2.1 - 2.7
	sec	11.1	9.6 - 12.6	24.3	20.7 - 27.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-107690-01

04-Jul-2025

APOC20251852


CLEW: A50

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501175	LOT	511175
		Exp.	2025-07-31	Exp.	2025-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.0	0.9 - 1.2	2.6	2.3 - 2.8
	sec	10.6	8.6 - 12.6	25.8	22.7 - 28.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-107690-01

04-Jul-2025


APOC20251852

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-107690-01
04-Jul-2025
APOC20251852

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions