

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24124 (L1 331177, L2 301177, L3 311177, L4 321177, L5 341177)

Exp. 2025-09-30

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.546 6.486 - 6.606	7.058 7.008 - 7.108	7.426 7.376 - 7.476	7.655 7.605 - 7.705	7.909 7.849 - 7.969
	mmHg	89.5 78.8 - 100.3	60.5 53.0 - 68.0	34.2 27.2 - 41.2	21.6 15.3 - 27.9	17.2 11.2 - 23.2
PCO2	kPa	11.93 10.50 - 13.37	8.06 7.06 - 9.06	4.56 3.63 - 5.49	2.88 2.04 - 3.72	2.29 1.49 - 3.09
	mmHg	46 31 - 61	78 63 - 93	117 99 - 134	146 124 - 168	426 366 - 486
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.4 8.4 - 12.4	15.6 13.2 - 17.9	19.5 16.5 - 22.4	56.8 48.8 - 64.8
	mmol/L	15.52 12.72 - 18.31	6.32 5.47 - 7.18	1.68 1.18 - 2.18	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.8 114.6 - 165.0	56.9 49.3 - 64.7	15.1 10.6 - 19.6	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.398 1.146 - 1.650	0.569 0.493 - 0.647	0.151 0.106 - 0.196	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798097-01

28-Aug-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24124 (L1 331177, L2 301177, L3 311177, L4 321177, L5 341177)

Exp. 2025-09-30

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	133 129 - 138	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.82 0.74 - 0.90	1.22 1.14 - 1.30	1.54 1.42 - 1.65	2.14 1.98 - 2.30
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.6 7.9 - 9.2
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.3 4.0 - 4.6
pH		6.539 6.479 - 6.599	7.055 7.005 - 7.105	7.425 7.375 - 7.475	7.647 7.597 - 7.697	7.891 7.831 - 7.951
PCO2	mmHg	90.6 79.7 - 101.4	62.1 54.6 - 69.6	35.5 28.5 - 42.5	21.7 15.4 - 28.0	14.7 8.7 - 20.7
	kPa	12.08 10.62 - 13.52	8.28 7.28 - 9.28	4.73 3.80 - 5.67	2.89 2.05 - 3.73	1.96 1.16 - 2.76
PO2	mmHg	57 42 - 72	85 70 - 100	120 102 - 138	146 124 - 167	409 349 - 469
	kPa	7.6 5.6 - 9.6	11.3 9.3 - 13.3	16.0 13.6 - 18.4	19.5 16.5 - 22.3	54.5 46.5 - 62.5
Glucose/Glu	mg/dL	560 476 - 644	258 216 - 300	118 102 - 134	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.60 4.76 - 6.44	2.58 2.16 - 3.00	1.18 1.02 - 1.34	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.1 26.4 - 35.7	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.7 - 7.4	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.5 - 18.1	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1308 1017 - 1600	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.97 12.27 - 17.66	6.43 5.56 - 7.29	1.65 1.15 - 2.15	0.56 0.06 - 1.06	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	134.9 110.6 - 159.1	57.9 50.1 - 65.7	14.9 10.4 - 19.4	5.0 0.5 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.349 1.106 - 1.591	0.579 0.501 - 0.657	0.149 0.104 - 0.194	0.050 0.005 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798097-01

28-Aug-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24124 (L1 331177, L2 301177, L3 311177, L4 321177, L5 341177)

Exp. 2025-09-30

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 95 - 104	123 119 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	63 58 - 67	74 69 - 79	92 86 - 98	113 104 - 121	124 115 - 133
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.81 0.73 - 0.89	1.21 1.13 - 1.29	1.52 1.40 - 1.63	2.17 2.01 - 2.33
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.2 2.9 - 3.6	4.8 4.5 - 5.2	6.1 5.6 - 6.5	8.7 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.3	4.3 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	26 20 - 32	30 24 - 36	43 36 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	569 484 - 655	259 217 - 301	117 101 - 132	35 26 - 44	24 15 - 33
	g/L	5.69 4.84 - 6.55	2.59 2.17 - 3.01	1.17 1.01 - 1.32	0.35 0.26 - 0.44	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.6 26.9 - 36.4	14.4 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0 11.6 - 18.4	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1326 1025 - 1627	318 248 - 389	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	126 109 - 143	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	45.0 38.9 - 51.1	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	270 233 - 306	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.70 2.33 - 3.06	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 50 - 57	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 59	66 62 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798097-01

28-Aug-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24124 (L1 331177, L2 301177, L3 311177, L4 321177, L5 341177)

Exp. 2025-09-30

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	133 128 - 137	160 154 - 166	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	90 84 - 96	112 103 - 120	123 114 - 132
pH		6.508 6.448 - 6.568	7.002 6.952 - 7.052	7.351 7.301 - 7.401	7.635 7.585 - 7.685	7.839 7.779 - 7.899
PCO2	mmHg	110.0 96.8 - 123.2	74.6 67.1 - 82.1	45.2 38.2 - 52.2	28.3 22.0 - 34.6	24.2 18.2 - 30.2
	kPa	14.66 12.90 - 16.42	9.94 8.94 - 10.94	6.03 5.09 - 6.96	3.77 2.93 - 4.61	3.23 2.43 - 4.03
Glucose/Glu	mg/dL	552 469 - 635	263 221 - 305	128 110 - 145	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.52 4.69 - 6.35	2.63 2.21 - 3.05	1.28 1.10 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.6 26.0 - 35.2	14.6 12.3 - 16.9	7.1 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	136 117 - 154	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 41.8 - 55.0	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 250 - 330	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.50 - 3.30	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798097-01

28-Aug-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24124 (L1 331177, L2 301177, L3 311177, L4 321177, L5 341177)

Exp. 2025-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798097-01

28-Aug-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

