

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.562	7.064	7.435	7.674	7.907
		6.502 - 6.622	7.014 - 7.114	7.385 - 7.485	7.624 - 7.724	7.847 - 7.967
PCO2	mmHg	90.4	60.4	32.7	20.2	17.0
		79.6 - 101.2	52.9 - 67.9	25.7 - 39.7	13.9 - 26.5	11.0 - 23.0
	kPa	12.05	8.05	4.36	2.69	2.27
		10.61 - 13.49	7.05 - 9.05	3.43 - 5.29	1.85 - 3.53	1.47 - 3.07
PO2	mmHg	48	77	117	144	423
		33 - 63	62 - 92	100 - 135	122 - 165	363 - 483
	kPa	6.4	10.3	15.6	19.2	56.4
		4.4 - 8.4	8.3 - 12.3	13.3 - 18.0	16.3 - 22.0	48.4 - 64.4
Lactate/Lac	mmol/L	15.32	6.29	1.70	0.63	0.48
		12.56 - 18.08	5.44 - 7.14	1.20 - 2.20	0.13 - 1.13	0.00 - 0.98
	mg/dL	138.0	56.7	15.3	5.7	4.3
		113.2 - 162.9	49.0 - 64.3	10.8 - 19.8	1.2 - 10.2	0.0 - 8.8
	g/L	1.380	0.567	0.153	0.057	0.043
		1.132 - 1.629	0.490 - 0.643	0.108 - 0.198	0.012 - 0.102	0.000 - 0.088

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798447-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 138	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.87 0.79 - 0.95	1.29 1.20 - 1.37	1.58 1.46 - 1.70	2.14 1.98 - 2.30
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.5 3.2 - 3.8	5.2 4.8 - 5.5	6.3 5.8 - 6.8	8.6 7.9 - 9.2
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.7	3.2 2.9 - 3.4	4.3 4.0 - 4.6
pH		6.556 6.496 - 6.616	7.062 7.012 - 7.112	7.434 7.384 - 7.484	7.663 7.613 - 7.713	7.888 7.828 - 7.948
PCO2	mmHg	91.5 80.5 - 102.4	61.0 53.5 - 68.5	34.4 27.4 - 41.4	20.5 14.2 - 26.8	14.7 8.7 - 20.7
	kPa	12.20 10.73 - 13.65	8.13 7.13 - 9.13	4.59 3.65 - 5.52	2.73 1.89 - 3.57	1.96 1.16 - 2.76
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	121 103 - 139	145 123 - 167	410 350 - 470
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	16.1 13.7 - 18.5	19.3 16.4 - 22.3	54.7 46.7 - 62.7
Glucose/Glu	mg/dL	563 479 - 648	257 215 - 299	118 102 - 134	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.63 4.79 - 6.48	2.57 2.15 - 2.99	1.18 1.02 - 1.34	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.3 26.6 - 36.0	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.7 - 7.4	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.7 10.6 - 16.8	3.2 2.4 - 4.0	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1211 937 - 1485	283 212 - 354	88 53 - 124	44 9 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.88 12.20 - 17.55	6.38 5.52 - 7.24	1.66 1.16 - 2.16	0.56 0.06 - 1.06	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	134.1 109.9 - 158.1	57.5 49.7 - 65.2	15.0 10.5 - 19.5	5.0 0.5 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.341 1.099 - 1.581	0.575 0.497 - 0.652	0.150 0.105 - 0.195	0.050 0.005 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 54 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 56 - 63	69 66 - 74

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798447-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	75 70 - 80	92 86 - 98	113 105 - 122	124 115 - 133
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.86 0.78 - 0.94	1.27 1.19 - 1.35	1.55 1.43 - 1.67	2.15 1.99 - 2.31
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.1 4.8 - 5.4	6.2 5.7 - 6.7	8.6 8.0 - 9.2
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.6 - 1.9	2.5 2.4 - 2.7	3.1 2.9 - 3.3	4.3 4.0 - 4.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	21 12 - 30	25 19 - 32	30 24 - 36	46 39 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	571 485 - 657	257 215 - 299	117 101 - 132	34 25 - 43	23 14 - 32
	g/L	5.71 4.85 - 6.57	2.57 2.15 - 2.99	1.17 1.01 - 1.32	0.34 0.25 - 0.43	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.7 26.9 - 36.5	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.1 10.9 - 17.2	3.3 2.5 - 4.1	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1246 964 - 1520	292 221 - 362	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 71
BUN	mg/dL	128 111 - 146	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	45.7 39.6 - 52.1	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	274 238 - 312	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.74 2.38 - 3.12	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	21 19 - 25	34 31 - 38	56 53 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798447-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	73 68 - 77	90 84 - 96	112 104 - 121	124 114 - 133
pH		6.529 6.469 - 6.589	7.011 6.961 - 7.061	7.368 7.318 - 7.418	7.650 7.600 - 7.700	7.836 7.776 - 7.896
PCO2	mmHg	110.0 96.8 - 123.2	72.1 64.6 - 79.6	42.6 35.6 - 49.6	26.2 19.9 - 32.5	23.2 17.2 - 29.2
	kPa	14.66 12.90 - 16.42	9.61 8.61 - 10.61	5.68 4.75 - 6.61	3.49 2.65 - 4.33	3.09 2.29 - 3.89
Glucose/Glu	mg/dL	555 472 - 639	262 220 - 304	128 110 - 145	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.55 4.72 - 6.39	2.62 2.20 - 3.04	1.28 1.10 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.8 26.2 - 35.5	14.5 12.2 - 16.9	7.1 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	133 115 - 151	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.5 41.1 - 53.9	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	285 246 - 323	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.85 2.46 - 3.23	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798447-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798447-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

