

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.551 6.491 - 6.611	7.062 7.012 - 7.112	7.424 7.374 - 7.474	7.689 7.639 - 7.739	7.925 7.865 - 7.985
	mmHg	91.0 80.1 - 101.9	60.8 53.3 - 68.3	35.9 28.9 - 42.9	20.7 14.4 - 27.0	18.1 12.1 - 24.1
PCO2	kPa	12.13 10.68 - 13.58	8.10 7.10 - 9.10	4.79 3.85 - 5.72	2.76 1.92 - 3.60	2.41 1.61 - 3.21
	mmHg	49 34 - 64	78 63 - 93	120 102 - 138	145 124 - 167	422 362 - 482
PO2	kPa	6.5 4.5 - 8.5	10.4 8.4 - 12.4	16.0 13.6 - 18.4	19.3 16.5 - 22.3	56.3 48.3 - 64.3
	mmol/L	15.70 12.88 - 18.53	6.36 5.50 - 7.22	1.73 1.23 - 2.23	0.65 0.15 - 1.15	0.51 0.01 - 1.01
Lactate/Lac	mg/dL	141.5 116.0 - 167.0	57.3 49.6 - 65.1	15.6 11.1 - 20.1	5.9 1.4 - 10.4	4.6 0.1 - 9.1
	g/L	1.415 1.160 - 1.670	0.573 0.496 - 0.651	0.156 0.111 - 0.201	0.059 0.014 - 0.104	0.046 0.001 - 0.091

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798449-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	133 128 - 138	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.84 0.76 - 0.92	1.24 1.15 - 1.32	1.55 1.43 - 1.66	2.18 2.01 - 2.34
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.7	5.0 4.6 - 5.3	6.2 5.7 - 6.6	8.7 8.0 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.3	4.4 4.0 - 4.7
pH		6.547 6.487 - 6.607	7.058 7.008 - 7.108	7.423 7.373 - 7.473	7.676 7.626 - 7.726	7.905 7.845 - 7.965
PCO2	mmHg	91.3 80.3 - 102.2	61.2 53.7 - 68.7	35.5 28.5 - 42.5	19.3 13.0 - 25.6	14.1 8.1 - 20.1
	kPa	12.17 10.70 - 13.62	8.16 7.16 - 9.16	4.73 3.80 - 5.67	2.57 1.73 - 3.41	1.88 1.08 - 2.68
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	123 105 - 142	146 124 - 168	422 362 - 482
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	16.4 14.0 - 18.9	19.5 16.5 - 22.4	56.3 48.3 - 64.3
Glucose/Glu	mg/dL	562 478 - 646	257 215 - 299	119 103 - 135	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.62 4.78 - 6.46	2.57 2.15 - 2.99	1.19 1.03 - 1.35	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.2 26.5 - 35.9	14.3 11.9 - 16.6	6.6 5.7 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.0 10.9 - 17.2	3.4 2.6 - 4.2	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1238 964 - 1520	301 230 - 371	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.37 12.60 - 18.13	6.34 5.48 - 7.19	1.72 1.22 - 2.22	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
	mg/dL	138.5 113.5 - 163.4	57.1 49.4 - 64.8	15.5 11.0 - 20.0	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.385 1.135 - 1.634	0.571 0.494 - 0.648	0.155 0.110 - 0.200	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 66 - 74



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798449-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	92 85 - 98	113 105 - 122	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.83 0.75 - 0.91	1.22 1.14 - 1.30	1.52 1.41 - 1.64	2.19 2.02 - 2.35
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.1 5.6 - 6.6	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.3	4.4 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	25 19 - 32	30 24 - 36	48 41 - 55
Glucose/Glu	mg/dL	574 488 - 660	257 215 - 299	117 101 - 132	35 26 - 44	23 14 - 32
	g/L	5.74 4.88 - 6.60	2.57 2.15 - 2.99	1.17 1.01 - 1.32	0.35 0.26 - 0.44	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.9 27.1 - 36.6	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.4 11.1 - 17.6	3.5 2.7 - 4.3	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1273 981 - 1556	309 239 - 380	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 71
BUN	mg/dL	128 110 - 145	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	45.7 39.3 - 51.8	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	274 235 - 310	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.74 2.35 - 3.10	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	67 63 - 71

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798449-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 96 - 105	124 120 - 129	132 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 68 - 77	90 84 - 96	112 103 - 120	123 114 - 132
pH		6.521 6.461 - 6.581	7.011 6.961 - 7.061	7.359 7.309 - 7.409	7.667 7.617 - 7.717	7.851 7.791 - 7.911
PCO2	mmHg	111.3 98.0 - 124.7	71.3 63.8 - 78.8	43.2 36.2 - 50.2	24.2 17.9 - 30.5	22.8 16.8 - 28.8
	kPa	14.84 13.06 - 16.62	9.50 8.50 - 10.50	5.76 4.83 - 6.69	3.23 2.39 - 4.07	3.04 2.24 - 3.84
Glucose/Glu	mg/dL	557 473 - 640	262 220 - 304	127 110 - 145	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.57 4.73 - 6.40	2.62 2.20 - 3.04	1.27 1.10 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.5	14.5 12.2 - 16.9	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	133 115 - 151	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.5 41.1 - 53.9	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	285 246 - 323	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.85 2.46 - 3.23	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	70 66 - 74

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798449-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24057 (L1 331174, L2 301174, L3 311174, L4 321174, L5 341174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798449-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

