

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.547 6.487 - 6.607	7.068 7.018 - 7.118	7.441 7.391 - 7.491	7.664 7.614 - 7.714	7.926 7.866 - 7.986
	mmHg	88.2 77.6 - 98.8	57.2 49.7 - 64.7	32.3 25.3 - 39.3	20.9 14.6 - 27.2	16.1 10.1 - 22.1
PCO2	kPa	11.76 10.34 - 13.17	7.62 6.63 - 8.62	4.31 3.37 - 5.24	2.79 1.95 - 3.63	2.15 1.35 - 2.95
	mmHg	48 33 - 63	77 62 - 92	116 99 - 133	144 123 - 166	425 365 - 485
PO2	kPa	6.4 4.4 - 8.4	10.3 8.3 - 12.3	15.5 13.2 - 17.7	19.2 16.4 - 22.1	56.7 48.7 - 64.7
	mmol/L	15.50 12.71 - 18.29	6.34 5.48 - 7.19	1.67 1.17 - 2.17	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.7 114.5 - 164.8	57.1 49.4 - 64.8	15.0 10.5 - 19.6	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.397 1.145 - 1.648	0.571 0.494 - 0.648	0.150 0.105 - 0.196	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798925-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	134 129 - 138	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.83 0.75 - 0.91	1.23 1.15 - 1.31	1.54 1.42 - 1.65	2.13 1.97 - 2.29
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.5 7.9 - 9.2
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.3 3.9 - 4.6
pH		6.540 6.480 - 6.600	7.065 7.015 - 7.115	7.439 7.389 - 7.489	7.654 7.604 - 7.704	7.905 7.845 - 7.965
PCO2	mmHg	89.5 78.8 - 100.3	59.4 51.9 - 66.9	33.8 26.8 - 40.8	21.1 14.8 - 27.4	14.0 8.0 - 20.0
	kPa	11.93 10.50 - 13.37	7.92 6.92 - 8.92	4.51 3.57 - 5.44	2.81 1.97 - 3.65	1.87 1.07 - 2.67
PO2	mmHg	57 42 - 72	85 70 - 100	121 102 - 139	147 125 - 169	413 353 - 473
	kPa	7.6 5.6 - 9.6	11.3 9.3 - 13.3	16.1 13.6 - 18.5	19.6 16.7 - 22.5	55.1 47.1 - 63.1
Glucose/Glu	mg/dL	559 475 - 643	258 216 - 300	117 101 - 132	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.59 4.75 - 6.43	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.32	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.7	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.3	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.9 10.7 - 17.0	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1229 946 - 1503	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.07 12.36 - 17.78	6.42 5.56 - 7.29	1.63 1.13 - 2.13	0.57 0.07 - 1.07	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	135.8 111.4 - 160.2	57.8 50.1 - 65.7	14.7 10.2 - 19.2	5.1 0.6 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.358 1.114 - 1.602	0.578 0.501 - 0.657	0.147 0.102 - 0.192	0.051 0.006 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 21 - 27	38 34 - 41	59 55 - 63	70 66 - 74




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798925-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	124 119 - 128	133 128 - 137	158 152 - 164	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.82 0.74 - 0.90	1.22 1.14 - 1.30	1.50 1.39 - 1.61	2.12 1.96 - 2.28
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.0 5.6 - 6.4	8.5 7.8 - 9.1
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.2	4.2 3.9 - 4.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	27 20 - 33	31 25 - 37	46 39 - 53
Glucose/Glu	mg/dL	567 482 - 653	259 217 - 301	116 100 - 131	34 25 - 43	24 15 - 33
	g/L	5.67 4.82 - 6.53	2.59 2.17 - 3.01	1.16 1.00 - 1.31	0.34 0.25 - 0.43	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.5 26.8 - 36.2	14.4 12.0 - 16.7	6.4 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.2 11.0 - 17.3	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1255 972 - 1529	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	35 0 - 71
BUN	mg/dL	129 112 - 147	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.1 40.0 - 52.5	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	276 240 - 315	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.76 2.40 - 3.15	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	21 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798925-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	133 128 - 138	159 153 - 165	177 171 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	73 68 - 77	91 85 - 97	112 104 - 120	124 114 - 133
pH		6.513 6.453 - 6.573	7.012 6.962 - 7.062	7.372 7.322 - 7.422	7.639 7.589 - 7.689	7.855 7.795 - 7.915
PCO2	mmHg	107.4 94.5 - 120.2	70.6 63.1 - 78.1	42.0 35.0 - 49.0	27.0 20.7 - 33.3	22.2 16.2 - 28.2
	kPa	14.32 12.60 - 16.02	9.41 8.41 - 10.41	5.60 4.67 - 6.53	3.60 2.76 - 4.44	2.96 2.16 - 3.76
Glucose/Glu	mg/dL	551 468 - 633	263 221 - 305	127 110 - 144	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.51 4.68 - 6.33	2.63 2.21 - 3.05	1.27 1.10 - 1.44	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.6 26.0 - 35.1	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	134 116 - 152	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.8 41.4 - 54.3	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	287 248 - 325	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.87 2.48 - 3.25	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798925-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798925-01

15-Nov-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

