

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24306 (L1 331183, L2 301183, L3 311183, L4 321183, L5 341183)

**Exp.** 2026-03-31

**CLEW: A49**

<b>CG4+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.534 6.474 - 6.594	7.062 7.012 - 7.112	7.439 7.389 - 7.489	7.668 7.618 - 7.718	7.928 7.868 - 7.988
	mmHg	91.1 80.2 - 102.1	59.1 51.6 - 66.6	33.8 26.8 - 40.8	21.3 15.0 - 27.6	17.0 11.0 - 23.0
PCO2	kPa	12.14 10.69 - 13.61	7.88 6.88 - 8.88	4.51 3.57 - 5.44	2.84 2.00 - 3.68	2.27 1.47 - 3.07
	mmHg	49 34 - 64	78 63 - 93	119 101 - 137	144 122 - 165	416 356 - 476
PO2	kPa	6.5 4.5 - 8.5	10.4 8.4 - 12.4	15.9 13.5 - 18.3	19.2 16.3 - 22.0	55.5 47.5 - 63.5
	mmol/L	15.56 12.76 - 18.36	6.36 5.50 - 7.22	1.84 1.34 - 2.34	0.70 0.20 - 1.20	0.56 0.06 - 1.06
Lactate/Lac	mg/dL	140.2 115.0 - 165.4	57.3 49.6 - 65.1	16.6 12.1 - 21.1	6.3 1.8 - 10.8	5.0 0.5 - 9.6
	g/L	1.402 1.150 - 1.654	0.573 0.496 - 0.651	0.166 0.121 - 0.211	0.063 0.018 - 0.108	0.050 0.005 - 0.096

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

7103197-01

06-Mar-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24306 (L1 331183, L2 301183, L3 311183, L4 321183, L5 341183)

**Exp.** 2026-03-31

**CLEW: A49**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 95 - 104	123 118 - 127	130 126 - 135	157 152 - 162	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.1 2.8 - 3.4	3.7 3.4 - 4.1	5.9 5.3 - 6.4	7.2 6.6 - 7.8
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.82 0.74 - 0.90	1.19 1.12 - 1.27	1.48 1.37 - 1.59	2.01 1.86 - 2.16
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.3 3.0 - 3.6	4.8 4.5 - 5.1	5.9 5.5 - 6.4	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.2 - 2.5	3.0 2.7 - 3.2	4.0 3.7 - 4.3
pH		6.531 6.471 - 6.591	7.058 7.008 - 7.108	7.439 7.389 - 7.489	7.654 7.604 - 7.704	7.908 7.848 - 7.968
PCO2	mmHg	91.1 80.2 - 102.0	59.1 51.6 - 66.6	33.5 26.5 - 40.5	20.0 13.7 - 26.3	13.2 7.2 - 19.2
	kPa	12.14 10.69 - 13.60	7.88 6.88 - 8.88	4.47 3.53 - 5.40	2.67 1.83 - 3.51	1.76 0.96 - 2.56
PO2	mmHg	58 43 - 73	85 70 - 100	124 105 - 142	145 123 - 167	417 357 - 477
	kPa	7.7 5.7 - 9.7	11.3 9.3 - 13.3	16.5 14.0 - 18.9	19.3 16.4 - 22.3	55.6 47.6 - 63.6
Glucose/Glu	mg/dL	569 484 - 654	260 218 - 302	121 104 - 137	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.69 4.84 - 6.54	2.60 2.18 - 3.02	1.21 1.04 - 1.37	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.6 26.9 - 36.3	14.4 12.1 - 16.8	6.7 5.8 - 7.6	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.0 10.9 - 17.2	3.4 2.6 - 4.2	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.9
	umol/L	1238 964 - 1520	301 230 - 371	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	15.35 12.58 - 18.11	6.39 5.53 - 7.25	1.82 1.32 - 2.32	0.68 0.18 - 1.18	0.53 0.02 - 1.03
	mg/dL	138.3 113.3 - 163.2	57.6 49.8 - 65.3	16.4 11.9 - 20.9	6.1 1.6 - 10.6	4.8 0.2 - 9.3
	g/L	1.383 1.133 - 1.632	0.576 0.498 - 0.653	0.164 0.119 - 0.209	0.061 0.016 - 0.106	0.048 0.002 - 0.093
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



7103197-01

06-Mar-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24306 (L1 331183, L2 301183, L3 311183, L4 321183, L5 341183)

**Exp.** 2026-03-31

**CLEW: A49**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 118 - 126	130 125 - 134	157 151 - 163	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.1 2.8 - 3.4	3.7 3.4 - 4.1	5.8 5.3 - 6.4	7.2 6.6 - 7.8
Cl	mmol/L, mEq/L	60 56 - 63	73 68 - 77	88 83 - 94	110 102 - 118	123 113 - 132
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.81 0.73 - 0.89	1.18 1.10 - 1.26	1.46 1.35 - 1.57	2.01 1.86 - 2.16
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.6	4.7 4.4 - 5.0	5.8 5.4 - 6.3	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.2 - 2.5	2.9 2.7 - 3.1	4.0 3.7 - 4.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	20 11 - 29	25 19 - 31	29 23 - 35	47 40 - 54
Glucose/Glu	mg/dL	574 488 - 660	259 217 - 301	119 103 - 135	34 25 - 43	24 15 - 33
	g/L	5.74 4.88 - 6.60	2.59 2.17 - 3.01	1.19 1.03 - 1.35	0.34 0.25 - 0.43	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.9 27.1 - 36.6	14.4 12.0 - 16.7	6.6 5.7 - 7.5	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	13.9 10.8 - 17.1	3.6 2.8 - 4.4	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.9
	umol/L	1229 955 - 1512	318 248 - 389	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 80
BUN	mg/dL	129 112 - 147	59 51 - 67	11 8 - 14	7 4 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	46.1 40.0 - 52.5	21.1 18.2 - 23.9	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	276 240 - 315	126 109 - 143	24 17 - 30	15 9 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.76 2.40 - 3.15	1.26 1.09 - 1.43	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	53 50 - 56	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 9 - 16	21 19 - 25	34 31 - 38	55 52 - 58	66 62 - 70

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

7103197-01

06-Mar-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24306 (L1 331183, L2 301183, L3 311183, L4 321183, L5 341183)

**Exp.** 2026-03-31

**CLEW: A49**

<b>EC8+, 6+, &amp; G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	123 118 - 127	130 125 - 134	157 151 - 163	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.1 2.8 - 3.4	3.7 3.4 - 4.1	5.8 5.3 - 6.4	7.2 6.6 - 7.8
Cl	mmol/L, mEq/L	58 54 - 62	71 66 - 76	87 81 - 93	108 100 - 117	120 111 - 129
pH		6.507 6.447 - 6.567	7.012 6.962 - 7.062	7.375 7.325 - 7.425	7.645 7.595 - 7.695	7.851 7.791 - 7.911
PCO2	mmHg	110.8 97.5 - 124.1	68.9 61.4 - 76.4	40.6 33.6 - 47.6	25.4 19.1 - 31.7	22.0 16.0 - 28.0
	kPa	14.77 13.00 - 16.54	9.18 8.18 - 10.18	5.41 4.48 - 6.35	3.39 2.55 - 4.23	2.93 2.13 - 3.73
Glucose/Glu	mg/dL	557 474 - 641	264 222 - 306	130 112 - 147	40 31 - 49	30 21 - 39
	g/L	5.57 4.74 - 6.41	2.64 2.22 - 3.06	1.30 1.12 - 1.47	0.40 0.31 - 0.49	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.9 26.3 - 35.6	14.7 12.3 - 17.0	7.2 6.2 - 8.2	2.2 1.7 - 2.7	1.7 1.2 - 2.2
BUN	mg/dL	136 117 - 154	58 50 - 66	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.6 41.8 - 55.0	20.7 17.9 - 23.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	291 250 - 330	124 107 - 141	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.91 2.50 - 3.30	1.24 1.07 - 1.41	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL


IVD



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



7103197-01

06-Mar-2025

# i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24306 (L1 331183, L2 301183, L3 311183, L4 321183, L5 341183)

**Exp.** 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

7103197-01

06-Mar-2025



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

