

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.580	7.029	7.456	7.661	7.990
		6.520 - 6.640	6.979 - 7.079	7.406 - 7.506	7.611 - 7.711	7.930 - 8.050
PCO2	mmHg	87.1	57.6	27.9	22.3	16.3
		76.6 - 97.6	50.1 - 65.1	20.9 - 34.9	16.0 - 28.6	10.3 - 22.3
	kPa	11.61	7.68	3.72	2.97	2.17
		10.21 - 13.01	6.68 - 8.68	2.79 - 4.65	2.13 - 3.81	1.37 - 2.97
PO2	mmHg	76	92	123	152	356
		61 - 91	77 - 107	105 - 142	130 - 175	296 - 416
	kPa	10.1	12.3	16.4	20.3	47.5
		8.1 - 12.1	10.3 - 14.3	14.0 - 18.9	17.3 - 23.3	39.5 - 55.5
Lactate/Lac	mmol/L	19.75	7.83	2.13	0.85	0.42
		16.19 - 23.30	6.77 - 8.89	1.63 - 2.63	0.35 - 1.35	0.00 - 0.92
	mg/dL	177.9	70.5	19.2	7.7	3.8
		145.9 - 209.9	61.0 - 80.1	14.7 - 23.7	3.2 - 12.2	0.0 - 8.3
	g/L	1.779	0.705	0.192	0.077	0.038
		1.459 - 2.099	0.610 - 0.801	0.147 - 0.237	0.032 - 0.122	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798445-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 129 - 138	162 156 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.21 2.05 - 2.38	1.50 1.38 - 1.61	1.27 1.19 - 1.35	0.79 0.71 - 0.87	0.28 0.20 - 0.35
	mg/dL	8.8 8.2 - 9.5	6.0 5.5 - 6.4	5.1 4.8 - 5.4	3.2 2.8 - 3.5	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.4 4.1 - 4.8	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.6 0.4 - 0.7
pH		6.575 6.515 - 6.635	7.025 6.975 - 7.075	7.451 7.401 - 7.501	7.646 7.596 - 7.696	7.960 7.900 - 8.020
PCO2	mmHg	88.1 77.5 - 98.6	58.9 51.4 - 66.4	28.7 21.7 - 35.7	22.2 15.9 - 28.5	13.2 7.2 - 19.2
	kPa	11.74 10.33 - 13.14	7.85 6.85 - 8.85	3.83 2.89 - 4.76	2.96 2.12 - 3.80	1.76 0.96 - 2.56
PO2	mmHg	76 61 - 91	91 76 - 106	118 100 - 136	148 126 - 170	362 302 - 422
	kPa	10.1 8.1 - 12.1	12.1 10.1 - 14.1	15.7 13.3 - 18.1	19.7 16.8 - 22.7	48.3 40.3 - 56.3
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	42 33 - 51	122 106 - 138	286 244 - 328	594 505 - 683
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.38	2.86 2.44 - 3.28	5.94 5.05 - 6.83
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	33.0 28.0 - 37.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	4.2 3.4 - 5.0	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1291 999 - 1582	371 301 - 442	150 115 - 186	44 9 - 80	27 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.49 15.98 - 22.99	7.74 6.70 - 8.79	2.07 1.57 - 2.57	0.79 0.29 - 1.29	0.37 0.00 - 0.87
	mg/dL	175.6 144.0 - 207.1	69.7 60.4 - 79.2	18.7 14.1 - 23.2	7.1 2.6 - 11.6	3.3 0.0 - 7.8
	g/L	1.756 1.440 - 2.071	0.697 0.604 - 0.792	0.187 0.141 - 0.232	0.071 0.026 - 0.116	0.033 0.000 - 0.078


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798445-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	120 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 67 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	110 103 - 117	124 116 - 133
iCa	mmol/L	2.26 2.09 - 2.43	1.51 1.39 - 1.62	1.27 1.19 - 1.35	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.0 8.4 - 9.7	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.8 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.5 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	19 10 - 28	23 17 - 29	27 21 - 33	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	41 32 - 50	123 106 - 139	291 249 - 333	613 521 - 705
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.41 0.32 - 0.50	1.23 1.06 - 1.39	2.91 2.49 - 3.33	6.13 5.21 - 7.05
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.2 13.8 - 18.5	34.0 28.9 - 39.1
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.5 - 18.1	4.3 3.5 - 5.1	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1308 1017 - 1600	380 309 - 451	150 115 - 186	44 9 - 80	27 0 - 62
BUN	mg/dL	115 99 - 130	60 51 - 68	11 8 - 14	8 5 - 10	4 1 - 6
Urea	mmol/L	41.1 35.3 - 46.4	21.4 18.2 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.4 - 2.1
	mg/dL	246 212 - 278	128 109 - 146	24 17 - 30	17 11 - 21	9 2 - 13
	g/L	2.46 2.12 - 2.78	1.28 1.09 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.02 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798445-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 94 - 103	121 117 - 125	133 128 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	69 64 - 73	76 71 - 81	88 82 - 94	109 102 - 116	124 115 - 132
pH		6.586 6.526 - 6.646	7.037 6.987 - 7.087	7.463 7.413 - 7.513	7.658 7.608 - 7.708	7.979 7.919 - 8.039
PCO2	mmHg	84.9 74.7 - 95.1	58.2 50.7 - 65.7	31.7 24.7 - 38.7	26.0 19.7 - 32.3	19.3 13.3 - 25.3
	kPa	11.32 9.96 - 12.68	7.76 6.76 - 8.76	4.23 3.29 - 5.16	3.47 2.63 - 4.31	2.57 1.77 - 3.37
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	122 105 - 138	286 244 - 328	591 502 - 679
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.05 - 1.38	2.86 2.44 - 3.28	5.91 5.02 - 6.79
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.8 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	32.8 27.9 - 37.7
BUN	mg/dL	118 102 - 133	57 49 - 65	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.1 36.4 - 47.5	20.3 17.5 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	253 218 - 285	122 105 - 139	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.53 2.18 - 2.85	1.22 1.05 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798445-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798445-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

