

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.588	7.030	7.463	7.654	7.997
		6.528 - 6.648	6.980 - 7.080	7.413 - 7.513	7.604 - 7.704	7.937 - 8.057
PCO2	mmHg	85.5	56.2	26.6	22.0	14.5
		75.2 - 95.8	48.7 - 63.7	19.6 - 33.6	15.7 - 28.3	8.5 - 20.5
	kPa	11.40	7.49	3.55	2.93	1.93
		10.02 - 12.77	6.49 - 8.49	2.61 - 4.48	2.09 - 3.77	1.13 - 2.73
PO2	mmHg	78	91	124	154	357
		63 - 93	76 - 106	106 - 143	131 - 178	297 - 417
	kPa	10.4	12.1	16.5	20.5	47.6
		8.4 - 12.4	10.1 - 14.1	14.1 - 19.1	17.5 - 23.7	39.6 - 55.6
Lactate/Lac	mmol/L	19.46	7.84	2.13	0.84	0.42
		15.96 - 22.96	6.78 - 8.89	1.63 - 2.63	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	175.3	70.6	19.2	7.6	3.8
		143.8 - 206.9	61.1 - 80.1	14.7 - 23.7	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.753	0.706	0.192	0.076	0.038
		1.438 - 2.069	0.611 - 0.801	0.147 - 0.237	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799122-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 129 - 138	162 157 - 167	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.26 2.09 - 2.43	1.49 1.38 - 1.60	1.26 1.18 - 1.35	0.77 0.69 - 0.85	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.0 8.4 - 9.7	6.0 5.5 - 6.4	5.0 4.7 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.5 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.581 6.521 - 6.641	7.027 6.977 - 7.077	7.456 7.406 - 7.506	7.639 7.589 - 7.689	7.965 7.905 - 8.025
PCO2	mmHg	86.2 75.8 - 96.5	58.6 51.1 - 66.1	27.7 20.7 - 34.7	22.6 16.3 - 28.9	12.4 6.4 - 18.4
	kPa	11.49 10.10 - 12.86	7.81 6.81 - 8.81	3.69 2.76 - 4.63	3.01 2.17 - 3.85	1.65 0.85 - 2.45
PO2	mmHg	79 64 - 94	92 77 - 107	121 103 - 139	150 128 - 173	371 311 - 431
	kPa	10.5 8.5 - 12.5	12.3 10.3 - 14.3	16.1 13.7 - 18.5	20.0 17.1 - 23.1	49.5 41.5 - 57.5
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	122 106 - 139	288 246 - 330	587 499 - 675
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.39	2.88 2.46 - 3.30	5.87 4.99 - 6.75
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.0 13.7 - 18.3	32.6 27.7 - 37.5
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	4.2 3.4 - 5.0	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1379 1070 - 1688	371 301 - 442	150 115 - 186	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	19.03 15.61 - 22.46	7.74 6.69 - 8.78	2.05 1.55 - 2.55	0.79 0.29 - 1.29	0.35 0.00 - 0.85
	mg/dL	171.5 140.6 - 202.4	69.7 60.3 - 79.1	18.5 14.0 - 23.0	7.1 2.6 - 11.6	3.2 0.0 - 7.7
	g/L	1.715 1.406 - 2.024	0.697 0.603 - 0.791	0.185 0.140 - 0.230	0.071 0.026 - 0.116	0.032 0.000 - 0.077

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799122-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 68 - 77	78 73 - 83	89 83 - 95	110 102 - 117	122 114 - 130
iCa	mmol/L	2.31 2.13 - 2.48	1.49 1.38 - 1.60	1.26 1.18 - 1.34	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.9	6.0 5.5 - 6.4	5.0 4.7 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	19 10 - 28	23 16 - 29	27 21 - 33	43 37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	41 32 - 50	123 106 - 139	291 249 - 333	601 511 - 691
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.41 0.32 - 0.50	1.23 1.06 - 1.39	2.91 2.49 - 3.33	6.01 5.11 - 6.91
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.2 13.8 - 18.5	33.4 28.4 - 38.4
Creatinine/Crea	mg/dL	16.1 12.4 - 19.7	4.4 3.6 - 5.2	1.8 1.4 - 2.2	0.6 0.2 - 1.0	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1423 1096 - 1741	389 318 - 460	159 124 - 194	53 18 - 88	27 0 - 71
BUN	mg/dL	116 100 - 132	59 51 - 67	10 7 - 13	8 5 - 10	4 1 - 6
Urea	mmol/L	41.4 35.7 - 47.1	21.1 18.2 - 23.9	3.6 2.5 - 4.6	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.4 - 2.1
	mg/dL	248 214 - 282	126 109 - 143	21 15 - 28	17 11 - 21	9 2 - 13
	g/L	2.48 2.14 - 2.82	1.26 1.09 - 1.43	0.21 0.15 - 0.28	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.02 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799122-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 125	133 129 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	70 65 - 74	76 71 - 81	88 82 - 94	109 102 - 116	122 114 - 130
pH		6.587 6.527 - 6.647	7.037 6.987 - 7.087	7.459 7.409 - 7.509	7.646 7.596 - 7.696	7.979 7.919 - 8.039
PCO2	mmHg	85.2 75.0 - 95.5	57.7 50.2 - 65.2	31.5 24.5 - 38.5	26.6 20.3 - 32.9	19.2 13.2 - 25.2
	kPa	11.36 10.00 - 12.73	7.69 6.69 - 8.69	4.20 3.27 - 5.13	3.55 2.71 - 4.39	2.56 1.76 - 3.36
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	123 106 - 139	287 245 - 329	581 494 - 668
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.81 4.94 - 6.68
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	32.2 27.4 - 37.1
BUN	mg/dL	116 100 - 132	56 48 - 63	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 35.7 - 47.1	20.0 17.1 - 22.5	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 214 - 282	120 103 - 135	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.14 - 2.82	1.20 1.03 - 1.35	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799122-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799122-01

04-Dec-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

