

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

**CLEW: A51**

| <b>CG4+</b>  |        | <b>L1</b>     | <b>L2</b>     | <b>L3</b>     | <b>L4</b>     | <b>L5</b>     |
|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LOT D</b> |        |               |               |               |               |               |
| pH           |        | 6.538         | 7.064         | 7.416         | 7.666         | 7.911         |
|              |        | 6.478 - 6.598 | 7.014 - 7.114 | 7.366 - 7.466 | 7.616 - 7.716 | 7.851 - 7.971 |
| PCO2         | mmHg   | 88.7          | 60.0          | 37.1          | 22.0          | 17.9          |
|              |        | 78.0 - 99.3   | 52.5 - 67.5   | 30.1 - 44.1   | 15.7 - 28.3   | 11.9 - 23.9   |
|              | kPa    | 11.82         | 8.00          | 4.95          | 2.93          | 2.39          |
|              |        | 10.40 - 13.24 | 7.00 - 9.00   | 4.01 - 5.88   | 2.09 - 3.77   | 1.59 - 3.19   |
| PO2          | mmHg   | 46            | 75            | 113           | 141           | 402           |
|              |        | 31 - 61       | 60 - 90       | 96 - 130      | 120 - 162     | 342 - 462     |
|              | kPa    | 6.1           | 10.0          | 15.1          | 18.8          | 53.6          |
|              |        | 4.1 - 8.1     | 8.0 - 12.0    | 12.8 - 17.3   | 16.0 - 21.6   | 45.6 - 61.6   |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 16.02         | 6.38          | 1.81          | 0.69          | 0.57          |
|              |        | 13.14 - 18.91 | 5.52 - 7.24   | 1.31 - 2.31   | 0.19 - 1.19   | 0.07 - 1.07   |
|              | mg/dL  | 144.3         | 57.5          | 16.3          | 6.2           | 5.1           |
|              |        | 118.4 - 170.4 | 49.7 - 65.2   | 11.8 - 20.8   | 1.7 - 10.7    | 0.6 - 9.6     |
|              | g/L    | 1.443         | 0.575         | 0.163         | 0.062         | 0.051         |
|              |        | 1.184 - 1.704 | 0.497 - 0.652 | 0.118 - 0.208 | 0.017 - 0.107 | 0.006 - 0.096 |

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112324-01

22-Dec-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

**CLEW: A51**

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | L1            | L2            | L3            | L4            | L5            |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |               |               |               |               |               |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 101           | 125           | 134           | 161           | 178           |
|                                    |               | 97 - 105      | 121 - 129     | 129 - 139     | 156 - 166     | 172 - 184     |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.3           | 3.0           | 3.8           | 6.2           | 7.8           |
|                                    |               | 2.0 - 2.6     | 2.7 - 3.3     | 3.5 - 4.1     | 5.6 - 6.7     | 7.2 - 8.4     |
| iCa                                | mmol/L        | 0.36          | 0.81          | 1.22          | 1.53          | 2.12          |
|                                    |               | 0.29 - 0.44   | 0.73 - 0.89   | 1.14 - 1.30   | 1.42 - 1.65   | 1.96 - 2.27   |
|                                    | mg/dL         | 1.4           | 3.2           | 4.9           | 6.1           | 8.5           |
|                                    |               | 1.2 - 1.8     | 2.9 - 3.6     | 4.6 - 5.2     | 5.7 - 6.6     | 7.8 - 9.1     |
|                                    | mEq/L         | 0.7           | 1.6           | 2.4           | 3.1           | 4.2           |
|                                    |               | 0.6 - 0.9     | 1.5 - 1.8     | 2.3 - 2.6     | 2.8 - 3.3     | 3.9 - 4.5     |
| pH                                 |               | 6.535         | 7.063         | 7.418         | 7.654         | 7.889         |
|                                    |               | 6.475 - 6.595 | 7.013 - 7.113 | 7.368 - 7.468 | 7.604 - 7.704 | 7.829 - 7.949 |
| PCO2                               | mmHg          | 88.5          | 60.2          | 37.0          | 21.3          | 14.3          |
|                                    |               | 77.9 - 99.1   | 52.7 - 67.7   | 30.0 - 44.0   | 15.0 - 27.6   | 8.3 - 20.3    |
|                                    | kPa           | 11.80         | 8.02          | 4.93          | 2.84          | 1.91          |
|                                    |               | 10.38 - 13.21 | 7.02 - 9.02   | 4.00 - 5.87   | 2.00 - 3.68   | 1.11 - 2.71   |
| PO2                                | mmHg          | 54            | 82            | 115           | 140           | 393           |
|                                    |               | 39 - 69       | 67 - 97       | 98 - 132      | 119 - 161     | 333 - 453     |
|                                    | kPa           | 7.2           | 10.9          | 15.3          | 18.7          | 52.4          |
|                                    |               | 5.2 - 9.2     | 8.9 - 12.9    | 13.1 - 17.6   | 15.9 - 21.5   | 44.4 - 60.4   |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 554           | 256           | 119           | 36            | 24            |
|                                    |               | 471 - 637     | 214 - 298     | 103 - 135     | 27 - 45       | 15 - 33       |
|                                    | g/L           | 5.54          | 2.56          | 1.19          | 0.36          | 0.24          |
|                                    |               | 4.71 - 6.37   | 2.14 - 2.98   | 1.03 - 1.35   | 0.27 - 0.45   | 0.15 - 0.33   |
|                                    | mmol/L        | 30.8          | 14.2          | 6.6           | 2.0           | 1.3           |
|                                    |               | 26.1 - 35.4   | 11.9 - 16.5   | 5.7 - 7.5     | 1.5 - 2.5     | 0.8 - 1.8     |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 13.5          | 3.2           | 0.9           | 0.4           | 0.4           |
|                                    |               | 10.4 - 16.5   | 2.4 - 4.0     | 0.5 - 1.3     | 0.0 - 0.8     | 0.0 - 0.8     |
|                                    | umol/L        | 1193          | 283           | 80            | 35            | 35            |
|                                    |               | 919 - 1459    | 212 - 354     | 44 - 115      | 0 - 71        | 0 - 71        |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 15.61         | 6.28          | 1.76          | 0.65          | 0.51          |
|                                    |               | 12.80 - 18.41 | 5.43 - 7.13   | 1.26 - 2.26   | 0.15 - 1.15   | 0.01 - 1.01   |
|                                    | mg/dL         | 140.6         | 56.6          | 15.9          | 5.9           | 4.6           |
|                                    |               | 115.3 - 165.9 | 48.9 - 64.2   | 11.4 - 20.4   | 1.4 - 10.4    | 0.1 - 9.1     |
|                                    | g/L           | 1.406         | 0.566         | 0.159         | 0.059         | 0.046         |
|                                    |               | 1.153 - 1.659 | 0.489 - 0.642 | 0.114 - 0.204 | 0.014 - 0.104 | 0.001 - 0.091 |
| HCT                                | K3EDTA %      | 12            | 23            | 36            | 57            | 66            |
|                                    |               | 9 - 15        | 20 - 26       | 33 - 39       | 53 - 60       | 62 - 70       |
|                                    | K2EDTA %      | 13            | 24            | 37            | 59            | 69            |
|                                    |               | 9 - 16        | 21 - 27       | 34 - 41       | 55 - 63       | 65 - 73       |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112324-01

22-Dec-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

**CLEW: A51**

| <b>CHEM8+</b>   |               | <b>L1</b>           | <b>L2</b>           | <b>L3</b>           | <b>L4</b>           | <b>L5</b>           |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LOT H</b>    |               |                     |                     |                     |                     |                     |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 100<br>96 - 104     | 124<br>120 - 129    | 133<br>129 - 138    | 160<br>154 - 166    | 177<br>170 - 184    |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.3<br>2.0 - 2.6    | 3.0<br>2.7 - 3.3    | 3.8<br>3.5 - 4.1    | 6.1<br>5.6 - 6.7    | 7.8<br>7.2 - 8.4    |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 62<br>58 - 66       | 74<br>69 - 79       | 92<br>86 - 98       | 113<br>105 - 122    | 124<br>115 - 133    |
| <i>i</i> Ca     | mmol/L        | 0.37<br>0.29 - 0.44 | 0.79<br>0.71 - 0.87 | 1.20<br>1.12 - 1.28 | 1.50<br>1.38 - 1.61 | 2.11<br>1.95 - 2.27 |
|                 | mg/dL         | 1.5<br>1.2 - 1.8    | 3.2<br>2.8 - 3.5    | 4.8<br>4.5 - 5.1    | 6.0<br>5.5 - 6.4    | 8.4<br>7.8 - 9.1    |
|                 | mEq/L         | 0.7<br>0.6 - 0.9    | 1.6<br>1.4 - 1.7    | 2.4<br>2.2 - 2.6    | 3.0<br>2.8 - 3.2    | 4.2<br>3.9 - 4.5    |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 12<br>6 - 18        | 20<br>11 - 29       | 25<br>19 - 32       | 29<br>23 - 35       | 43<br>37 - 50       |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 546<br>464 - 628    | 251<br>209 - 293    | 117<br>101 - 133    | 37<br>28 - 46       | 26<br>17 - 35       |
|                 | g/L           | 5.46<br>4.64 - 6.28 | 2.51<br>2.09 - 2.93 | 1.17<br>1.01 - 1.33 | 0.37<br>0.28 - 0.46 | 0.26<br>0.17 - 0.35 |
|                 | mmol/L        | 30.3<br>25.8 - 34.9 | 13.9<br>11.6 - 16.3 | 6.5<br>5.6 - 7.4    | 2.1<br>1.6 - 2.6    | 1.4<br>0.9 - 1.9    |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 13.6<br>10.6 - 16.7 | 3.2<br>2.4 - 4.0    | 0.9<br>0.5 - 1.3    | 0.4<br>0.0 - 0.8    | 0.3<br>0.0 - 0.8    |
|                 | umol/L        | 1202<br>937 - 1476  | 283<br>212 - 354    | 80<br>44 - 115      | 35<br>0 - 71        | 27<br>0 - 71        |
| BUN             | mg/dL         | 127<br>110 - 144    | 60<br>52 - 68       | 11<br>8 - 14        | 6<br>4 - 9          | 4<br>2 - 7          |
| Urea            | mmol/L        | 45.3<br>39.3 - 51.4 | 21.4<br>18.6 - 24.3 | 3.9<br>2.9 - 5.0    | 2.1<br>1.4 - 3.2    | 1.4<br>0.7 - 2.5    |
|                 | mg/dL         | 272<br>235 - 308    | 128<br>111 - 146    | 24<br>17 - 30       | 13<br>9 - 19        | 9<br>4 - 15         |
|                 | g/L           | 2.72<br>2.35 - 3.08 | 1.28<br>1.11 - 1.46 | 0.24<br>0.17 - 0.30 | 0.13<br>0.09 - 0.19 | 0.09<br>0.04 - 0.15 |
| HCT             | K3EDTA %      | 11<br>8 - 14        | 21<br>18 - 24       | 34<br>31 - 37       | 54<br>50 - 57       | 63<br>59 - 67       |
|                 | K2EDTA %      | 12<br>8 - 15        | 22<br>19 - 25       | 35<br>32 - 39       | 56<br>52 - 59       | 66<br>62 - 70       |




Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112324-01

22-Dec-2025

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

**CLEW: A51**

| <b>G</b>              |        | <b>L1</b>           | <b>L2</b>           | <b>L3</b>           | <b>L4</b>           | <b>L5</b>           |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LOT</b> F, H, J, K |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Glucose/Glu           | mg/dL  | 540<br>459 - 621    | 258<br>216 - 300    | 128<br>111 - 145    | 42<br>33 - 51       | 30<br>21 - 39       |
|                       | g/L    | 5.40<br>4.59 - 6.21 | 2.58<br>2.16 - 3.00 | 1.28<br>1.11 - 1.45 | 0.42<br>0.33 - 0.51 | 0.30<br>0.21 - 0.39 |
|                       | mmol/L | 30.0<br>25.5 - 34.5 | 14.3<br>12.0 - 16.7 | 7.1<br>6.2 - 8.0    | 2.3<br>1.8 - 2.8    | 1.7<br>1.2 - 2.2    |

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112324-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

**Exp.** 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112324-01

22-Dec-2025



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

