i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25198 (L1 331191, L2 301191, L3 311191, L4 321191, L5 341191)

Exp. 2026-11-30

CLEW: A53

CG4+ LOT **D**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
pH		6.550 6.490 - 6.610	7.054 7.004 - 7.104	7.410 7.360 - 7.460	7.662 7.612 - 7.712	7.895 7.835 - 7.955
PCO2	mmHg	88.1 77.5 - 98.6	62.8 55.3 - 70.3	35.5 28.5 - 42.5	21.1 14.8 - 27.4	18.8 12.8 - 24.8
	kPa	11.74 10.33 - 13.14	8.37 7.37 - 9.37	4.73 3.80 - 5.67	2.81 1.97 - 3.65	2.51 1.71 - 3.31
PO2	mmHg	47 32 - 62	75 60 - 90	113 96 - 130	138 117 - 159	408 348 - 468
	kPa	6.3 4.3 - 8.3	10.0 8.0 - 12.0	15.1 12.8 - 17.3	18.4 15.6 - 21.2	54.4 46.4 - 62.4
Lactate/Lac	mmol/L	15.38 12.61 - 18.15	6.79 5.87 - 7.70	1.99 1.49 - 2.49	0.94 0.44 - 1.44	0.79 0.29 - 1.29
	mg/dL	138.6 113.6 - 163.5	61.2 52.9 - 69.4	17.9 13.4 - 22.4	8.5 4.0 - 13.0	7.1 2.6 - 11.6
	g/L	1.386 1.136 - 1.635	0.612 0.529 - 0.694	0.179 0.134 - 0.224	0.085 0.040 - 0.130	0.071 0.026 - 0.116

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122113-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25198 (L1 331191, L2 301191, L3 311191, L4 321191, L5 341191)

Exp. 2026-11-30

CLEW: A53

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		L1	L2	L3	L4	L5
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	125 121 - 129	131 127 - 136	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.80 0.72 - 0.88	1.21 1.13 - 1.29	1.53 1.42 - 1.65	2.00 1.85 - 2.15
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.5	4.8 4.5 - 5.2	6.1 5.7 - 6.6	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.0 3.7 - 4.3
pH		6.538 6.478 - 6.598	7.048 6.998 - 7.098	7.413 7.363 - 7.463	7.652 7.602 - 7.702	7.877 7.817 - 7.937
PCO2	mmHg	88.4 77.8 - 99.0	63.3 55.8 - 70.8	35.4 28.4 - 42.4	20.1 13.8 - 26.4	14.2 8.2 - 20.2
	kPa	11.78 10.37 - 13.20	8.44 7.44 - 9.44	4.72 3.79 - 5.65	2.68 1.84 - 3.52	1.89 1.09 - 2.69
PO2	mmHg	54 39 - 69	81 66 - 96	116 98 - 133	138 117 - 158	401 341 - 461
	kPa	7.2 5.2 - 9.2	10.8 8.8 - 12.8	15.5 13.1 - 17.7	18.4 15.6 - 21.1	53.5 45.5 - 61.5
Glucose/Glu	mg/dL	546 464 - 628	253 211 - 295	119 103 - 135	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.46 4.64 - 6.28	2.53 2.11 - 2.95	1.19 1.03 - 1.35	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	30.3 25.8 - 34.9	14.0 11.7 - 16.4	6.6 5.7 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.0 10.1 - 15.9	3.0 2.2 - 3.8	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1149 893 - 1406	265 194 - 336	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.38 12.61 - 18.15	6.82 5.90 - 7.74	1.97 1.47 - 2.47	0.91 0.41 - 1.41	0.77 0.27 - 1.27
	mg/dL	138.6 113.6 - 163.5	61.4 53.2 - 69.7	17.7 13.2 - 22.3	8.2 3.7 - 12.7	6.9 2.4 - 11.4
	g/L	1.386 1.136 - 1.635	0.614 0.532 - 0.697	0.177 0.132 - 0.223	0.082 0.037 - 0.127	0.069 0.024 - 0.114
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 52 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	36 33 - 40	58 54 - 62	68 65 - 73

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122113-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25198 (L1 331191, L2 301191, L3 311191, L4 321191, L5 341191)

Exp. 2026-11-30

CLEW: A53

CHEM8+ LOT H		L1	L2	L3	L4	L5
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	131 126 - 135	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	91 85 - 97	113 104 - 121	124 114 - 133
*i*Ca	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.79 0.71 - 0.87	1.20 1.12 - 1.27	1.50 1.39 - 1.61	2.00 1.85 - 2.15
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.2 2.8 - 3.5	4.8 4.5 - 5.1	6.0 5.6 - 6.4	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.7	2.4 2.2 - 2.5	3.0 2.8 - 3.2	4.0 3.7 - 4.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	11 5 - 17	20 11 - 29	24 18 - 31	29 23 - 35	44 37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	541 460 - 622	248 206 - 290	117 101 - 133	37 28 - 46	26 17 - 35
	g/L	5.41 4.60 - 6.22	2.48 2.06 - 2.90	1.17 1.01 - 1.33	0.37 0.28 - 0.46	0.26 0.17 - 0.35
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	13.8 11.4 - 16.1	6.5 5.6 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	12.7 9.8 - 15.5	3.0 2.2 - 3.8	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1123 866 - 1370	265 194 - 336	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 71
BUN	mg/dL	127 110 - 144	64 56 - 73	11 8 - 14	6 4 - 9	4 2 - 7
Urea	mmol/L	45.3 39.3 - 51.4	22.8 20.0 - 26.1	3.9 2.9 - 5.0	2.1 1.4 - 3.2	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	272 235 - 308	137 120 - 156	24 17 - 30	13 9 - 19	9 4 - 15
	g/L	2.72 2.35 - 3.08	1.37 1.20 - 1.56	0.24 0.17 - 0.30	0.13 0.09 - 0.19	0.09 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	34 31 - 37	53 50 - 57	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 32 - 39	56 52 - 59	66 62 - 70

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122113-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25198 (L1 331191, L2 301191, L3 311191, L4 321191, L5 341191)

Exp. 2026-11-30

CLEW: A53

G LOT F, H, J, K		L1	L2	L3	L4	L5
Glucose/Glu	mg/dL	540 459 - 621	256 214 - 298	126 109 - 143	39 30 - 48	28 19 - 37
	g/L	5.40 4.59 - 6.21	2.56 2.14 - 2.98	1.26 1.09 - 1.43	0.39 0.30 - 0.48	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	14.2 11.9 - 16.5	7.0 6.1 - 7.9	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122113-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25198 (L1 331191, L2 301191, L3 311191, L4 321191, L5 341191)

Exp. 2026-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresaţi-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite pieţe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122113-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions