i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

Exp. 2027-01-31

CLEW: A53

CG4+ LOT **D**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
pH		6.551 6.491 - 6.611	7.065 7.015 - 7.115	7.408 7.358 - 7.458	7.659 7.609 - 7.709	7.904 7.844 - 7.964
PCO2	mmHg	89.5 78.8 - 100.3	60.5 53.0 - 68.0	37.5 30.5 - 44.5	22.5 16.2 - 28.8	18.5 12.5 - 24.5
	kPa	11.93 10.50 - 13.37	8.06 7.06 - 9.06	5.00 4.07 - 5.93	3.00 2.16 - 3.84	2.47 1.67 - 3.27
PO2	mmHg	45 30 - 60	73 58 - 88	112 95 - 129	140 119 - 161	409 349 - 469
	kPa	6.0 4.0 - 8.0	9.7 7.7 - 11.7	14.9 12.7 - 17.2	18.7 15.9 - 21.5	54.5 46.5 - 62.5
Lactate/Lac	mmol/L	15.45 12.67 - 18.23	6.47 5.59 - 7.34	2.03 1.53 - 2.53	0.91 0.41 - 1.41	0.79 0.29 - 1.29
	mg/dL	139.2 114.2 - 164.3	58.3 50.4 - 66.1	18.3 13.8 - 22.8	8.2 3.7 - 12.7	7.1 2.6 - 11.6
	g/L	1.392 1.142 - 1.643	0.583 0.504 - 0.661	0.183 0.138 - 0.228	0.082 0.037 - 0.127	0.071 0.026 - 0.116

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122114-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

Exp. 2027-01-31

CLEW: A53

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		L1	L2	L3	L4	L5
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	132 128 - 137	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.80 0.72 - 0.88	1.20 1.12 - 1.28	1.52 1.40 - 1.63	2.10 1.94 - 2.25
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.5	4.8 4.5 - 5.1	6.1 5.6 - 6.5	8.4 7.8 - 9.0
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.8	2.4 2.2 - 2.6	3.0 2.8 - 3.3	4.2 3.9 - 4.5
pH		6.542 6.482 - 6.602	7.063 7.013 - 7.113	7.413 7.363 - 7.463	7.651 7.601 - 7.701	7.888 7.828 - 7.948
PCO2	mmHg	88.3 77.7 - 98.9	59.9 52.4 - 67.4	36.8 29.8 - 43.8	21.1 14.8 - 27.4	14.1 8.1 - 20.1
	kPa	11.77 10.36 - 13.18	7.98 6.98 - 8.98	4.91 3.97 - 5.84	2.81 1.97 - 3.65	1.88 1.08 - 2.68
PO2	mmHg	54 39 - 69	82 67 - 97	116 98 - 133	141 119 - 162	398 338 - 458
	kPa	7.2 5.2 - 9.2	10.9 8.9 - 12.9	15.5 13.1 - 17.7	18.8 15.9 - 21.6	53.1 45.1 - 61.1
Glucose/Glu	mg/dL	547 465 - 629	253 211 - 295	118 102 - 134	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.47 4.65 - 6.29	2.53 2.11 - 2.95	1.18 1.02 - 1.34	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	30.4 25.8 - 34.9	14.0 11.7 - 16.4	6.5 5.7 - 7.4	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.1 10.1 - 16.0	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1158 893 - 1414	274 203 - 345	80 44 - 115	35 0 - 71	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.44 12.66 - 18.22	6.45 5.58 - 7.32	2.20 1.70 - 2.70	0.90 0.40 - 1.40	0.76 0.26 - 1.26
	mg/dL	139.1 114.1 - 164.2	58.1 50.3 - 66.0	19.8 15.3 - 24.3	8.1 3.6 - 12.6	6.8 2.3 - 11.4
	g/L	1.391 1.141 - 1.642	0.581 0.503 - 0.660	0.198 0.153 - 0.243	0.081 0.036 - 0.126	0.068 0.023 - 0.114
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 52 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 54 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122114-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

Exp. 2027-01-31

CLEW: A53

CHEM8+ LOT **H**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	132 127 - 136	160 154 - 166	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	92 86 - 98	114 105 - 122	125 115 - 134
*i*Ca	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.78 0.70 - 0.86	1.19 1.11 - 1.27	1.49 1.38 - 1.61	2.11 1.95 - 2.27
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.1 2.8 - 3.4	4.8 4.4 - 5.1	6.0 5.5 - 6.4	8.4 7.8 - 9.1
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.7	2.4 2.2 - 2.5	3.0 2.8 - 3.2	4.2 3.9 - 4.5
TCO2	mmol/L, mEq/L	12 6 - 18	19 10 - 28	25 18 - 31	29 23 - 35	44 37 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	540 459 - 621	248 206 - 290	117 101 - 132	37 28 - 46	27 18 - 36
	g/L	5.40 4.59 - 6.21	2.48 2.06 - 2.90	1.17 1.01 - 1.32	0.37 0.28 - 0.46	0.27 0.18 - 0.36
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	13.8 11.4 - 16.1	6.5 5.6 - 7.3	2.1 1.6 - 2.6	1.5 1.0 - 2.0
Creatinine/Crea	mg/dL	12.8 9.9 - 15.7	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1132 875 - 1388	274 203 - 345	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
BUN	mg/dL	124 108 - 141	58 50 - 65	11 8 - 14	6 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.3 38.6 - 50.3	20.7 17.9 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.1 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	265 231 - 302	124 107 - 139	24 17 - 30	13 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.65 2.31 - 3.02	1.24 1.07 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.13 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	54 50 - 57	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	56 52 - 59	66 62 - 70

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122114-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

Exp. 2027-01-31

CLEW: A53

G LOT F, H, J, K		L1	L2	L3	L4	L5
Glucose/Glu	mg/dL	539 458 - 620	256 214 - 298	127 110 - 144	40 31 - 49	28 19 - 37
	g/L	5.39 4.58 - 6.20	2.56 2.14 - 2.98	1.27 1.10 - 1.44	0.40 0.31 - 0.49	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	29.9 25.4 - 34.4	14.2 11.9 - 16.5	7.0 6.1 - 8.0	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122114-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25274 (L1 331193, L2 301193, L3 311193, L4 321193, L5 341193)

Exp. 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresaţi-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite pieţe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122114-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions