i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: A53

CG4+ LOT **D**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
pH		6.554 6.494 - 6.614	7.071 7.021 - 7.121	7.412 7.362 - 7.462	7.637 7.587 - 7.687	7.912 7.852 - 7.972
PCO2	mmHg	90.7 79.8 - 101.6	61.0 53.5 - 68.5	37.3 30.3 - 44.3	25.3 19.0 - 31.6	18.9 12.9 - 24.9
	kPa	12.09 10.64 - 13.54	8.13 7.13 - 9.13	4.97 4.04 - 5.91	3.37 2.53 - 4.21	2.52 1.72 - 3.32
PO2	mmHg	45 30 - 60	74 59 - 89	111 94 - 128	137 117 - 158	425 365 - 485
	kPa	6.0 4.0 - 8.0	9.9 7.9 - 11.9	14.8 12.5 - 17.1	18.3 15.6 - 21.1	56.7 48.7 - 64.7
Lactate/Lac	mmol/L	15.53 12.73 - 18.32	6.47 5.60 - 7.34	1.99 1.49 - 2.49	0.96 0.46 - 1.46	0.83 0.33 - 1.33
	mg/dL	139.9 114.7 - 165.1	58.3 50.5 - 66.1	17.9 13.4 - 22.4	8.6 4.1 - 13.2	7.5 3.0 - 12.0
	g/L	1.399 1.147 - 1.651	0.583 0.505 - 0.661	0.179 0.134 - 0.224	0.086 0.041 - 0.132	0.075 0.030 - 0.120

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122115-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: A53

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		L1	L2	L3	L4	L5
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	132 127 - 137	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.80 0.72 - 0.88	1.22 1.14 - 1.30	1.52 1.41 - 1.64	1.99 1.84 - 2.14
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.5	4.9 4.6 - 5.2	6.1 5.6 - 6.6	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.3	4.0 3.7 - 4.3
pH		6.547 6.487 - 6.607	7.070 7.020 - 7.120	7.417 7.367 - 7.467	7.632 7.582 - 7.682	7.896 7.836 - 7.956
PCO2	mmHg	87.6 77.1 - 98.1	60.0 52.5 - 67.5	36.2 29.2 - 43.2	23.3 17.0 - 29.6	14.1 8.1 - 20.1
	kPa	11.68 10.28 - 13.08	8.00 7.00 - 9.00	4.83 3.89 - 5.76	3.11 2.27 - 3.95	1.88 1.08 - 2.68
PO2	mmHg	55 40 - 70	81 66 - 96	114 97 - 131	139 118 - 160	404 344 - 464
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	10.8 8.8 - 12.8	15.2 12.9 - 17.5	18.5 15.7 - 21.3	53.9 45.9 - 61.9
Glucose/Glu	mg/dL	537 457 - 618	250 208 - 292	118 102 - 134	35 26 - 44	25 16 - 34
	g/L	5.37 4.57 - 6.18	2.50 2.08 - 2.92	1.18 1.02 - 1.34	0.35 0.26 - 0.44	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	29.8 25.4 - 34.3	13.9 11.5 - 16.2	6.5 5.7 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.1 10.1 - 16.0	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1158 893 - 1414	274 203 - 345	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.34 12.58 - 18.10	6.38 5.52 - 7.24	1.89 1.39 - 2.39	0.87 0.37 - 1.37	0.75 0.25 - 1.25
	mg/dL	138.2 113.3 - 163.1	57.5 49.7 - 65.2	17.0 12.5 - 21.5	7.8 3.3 - 12.3	6.8 2.3 - 11.3
	g/L	1.382 1.133 - 1.631	0.575 0.497 - 0.652	0.170 0.125 - 0.215	0.078 0.033 - 0.123	0.068 0.023 - 0.113
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	22 19 - 25	35 32 - 38	56 52 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 8 - 15	23 20 - 26	36 33 - 40	58 54 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122115-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: A53

CHEM8+ LOT **H**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	124 120 - 128	131 127 - 136	159 153 - 165	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	2.9 2.6 - 3.2	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	63 58 - 67	74 69 - 79	91 85 - 97	113 104 - 121	124 115 - 133
*i*Ca	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.79 0.71 - 0.87	1.20 1.12 - 1.28	1.49 1.38 - 1.60	1.99 1.84 - 2.14
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.8 - 3.5	4.8 4.5 - 5.1	6.0 5.5 - 6.4	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.7	2.4 2.2 - 2.6	3.0 2.8 - 3.2	4.0 3.7 - 4.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	11 5 - 17	19 10 - 28	24 18 - 31	30 24 - 36	44 38 - 51
Glucose/Glu	mg/dL	540 459 - 621	248 206 - 290	117 101 - 133	37 28 - 46	27 18 - 36
	g/L	5.40 4.59 - 6.21	2.48 2.06 - 2.90	1.17 1.01 - 1.33	0.37 0.28 - 0.46	0.27 0.18 - 0.36
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	13.8 11.4 - 16.1	6.5 5.6 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.5 1.0 - 2.0
Creatinine/Crea	mg/dL	13.0 10.1 - 15.9	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1149 893 - 1406	274 203 - 345	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
BUN	mg/dL	122 106 - 139	58 50 - 65	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	43.6 37.8 - 49.6	20.7 17.9 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	261 227 - 297	124 107 - 139	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.61 2.27 - 2.97	1.24 1.07 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	53 50 - 56	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 58	66 63 - 70

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122115-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: A53

G LOT F, H, J, K		L1	L2	L3	L4	L5
Glucose/Glu	mg/dL	538 458 - 619	256 214 - 298	127 110 - 144	40 31 - 49	28 19 - 37
	g/L	5.38 4.58 - 6.19	2.56 2.14 - 2.98	1.27 1.10 - 1.44	0.40 0.31 - 0.49	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	29.9 25.4 - 34.4	14.2 11.9 - 16.5	7.0 6.1 - 8.0	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122115-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresaţi-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite pieţe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122115-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions