i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 26091 (L1 331199, L2 301199, L3 311200, L4 321199, L5 341201)

Exp. 2027-07-31

CLEW: A53

CG4+ LOT D		L1	L2	L3	L4	L5
pH		6.553 6.493 - 6.613	7.068 7.018 - 7.118	7.418 7.368 - 7.468	7.664 7.614 - 7.714	7.932 7.872 - 7.992
PCO2	mmHg	88.8 78.1 - 99.4	59.5 52.0 - 67.0	36.8 29.8 - 43.8	23.3 17.0 - 29.6	17.4 11.4 - 23.4
	kPa	11.84 10.41 - 13.25	7.93 6.93 - 8.93	4.91 3.97 - 5.84	3.11 2.27 - 3.95	2.32 1.52 - 3.12
PO2	mmHg	48 33 - 63	76 61 - 91	116 99 - 134	145 124 - 167	402 342 - 462
	kPa	6.4 4.4 - 8.4	10.1 8.1 - 12.1	15.5 13.2 - 17.9	19.3 16.5 - 22.3	53.6 45.6 - 61.6
Lactate/Lac	mmol/L	15.53 12.73 - 18.32	6.42 5.56 - 7.29	1.96 1.46 - 2.46	0.89 0.39 - 1.39	0.79 0.29 - 1.29
	mg/dL	139.9 114.7 - 165.1	57.8 50.1 - 65.7	17.7 13.2 - 22.2	8.0 3.5 - 12.5	7.1 2.6 - 11.6
	g/L	1.399 1.147 - 1.651	0.578 0.501 - 0.657	0.177 0.132 - 0.222	0.080 0.035 - 0.125	0.071 0.026 - 0.116

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122116-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 26091 (L1 331199, L2 301199, L3 311200, L4 321199, L5 341201)

Exp. 2027-07-31

CLEW: A53

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		L1	L2	L3	L4	L5
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	132 128 - 137	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.81 0.73 - 0.89	1.22 1.14 - 1.30	1.54 1.43 - 1.66	2.01 1.86 - 2.16
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.3	4.0 3.7 - 4.3
pH		6.543 6.483 - 6.603	7.065 7.015 - 7.115	7.421 7.371 - 7.471	7.656 7.606 - 7.706	7.914 7.854 - 7.974
PCO2	mmHg	88.2 77.6 - 98.8	58.8 51.3 - 66.3	35.6 28.6 - 42.6	20.8 14.5 - 27.1	12.3 6.3 - 18.3
	kPa	11.76 10.34 - 13.17	7.84 6.84 - 8.84	4.75 3.81 - 5.68	2.77 1.93 - 3.61	1.64 0.84 - 2.44
PO2	mmHg	55 40 - 70	82 67 - 97	119 101 - 137	142 120 - 163	401 341 - 461
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	10.9 8.9 - 12.9	15.9 13.5 - 18.3	18.9 16.0 - 21.7	53.5 45.5 - 61.5
Glucose/Glu	mg/dL	545 464 - 627	254 212 - 296	120 104 - 136	37 28 - 46	26 17 - 35
	g/L	5.45 4.64 - 6.27	2.54 2.12 - 2.96	1.20 1.04 - 1.36	0.37 0.28 - 0.46	0.26 0.17 - 0.35
	mmol/L	30.3 25.8 - 34.8	14.1 11.8 - 16.4	6.7 5.8 - 7.5	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.2 10.2 - 16.1	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1167 902 - 1423	274 203 - 345	80 44 - 115	35 0 - 71	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.51 12.71 - 18.30	6.55 5.67 - 7.44	2.03 1.53 - 2.53	0.93 0.43 - 1.43	0.82 0.32 - 1.32
	mg/dL	139.7 114.5 - 164.9	59.0 51.1 - 67.0	18.3 13.8 - 22.8	8.4 3.9 - 12.9	7.4 2.9 - 11.9
	g/L	1.397 1.145 - 1.649	0.590 0.511 - 0.670	0.183 0.138 - 0.228	0.084 0.039 - 0.129	0.074 0.029 - 0.119
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	36 33 - 40	58 55 - 62	68 65 - 73

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122116-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 26091 (L1 331199, L2 301199, L3 311200, L4 321199, L5 341201)

Exp. 2027-07-31

CLEW: A53

CHEM8+ LOT **H**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	124 120 - 128	132 127 - 136	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	126 117 - 135
*i*Ca	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.79 0.71 - 0.87	1.20 1.12 - 1.28	1.50 1.39 - 1.62	2.00 1.85 - 2.15
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.8 - 3.5	4.8 4.5 - 5.1	6.0 5.6 - 6.5	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.7	2.4 2.2 - 2.6	3.0 2.8 - 3.2	4.0 3.7 - 4.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	12 6 - 18	19 10 - 28	24 18 - 31	30 24 - 36	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	546 464 - 628	250 208 - 292	117 101 - 133	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.46 4.64 - 6.28	2.50 2.08 - 2.92	1.17 1.01 - 1.33	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	30.3 25.8 - 34.9	13.9 11.5 - 16.2	6.5 5.6 - 7.4	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	12.8 9.9 - 15.7	3.1 2.3 - 3.9	0.9 0.5 - 1.3	0.5 0.0 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1132 875 - 1388	274 203 - 345	80 44 - 115	44 0 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	121 105 - 137	58 50 - 66	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	43.2 37.5 - 48.9	20.7 17.9 - 23.6	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	259 225 - 293	124 107 - 141	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.59 2.25 - 2.93	1.24 1.07 - 1.41	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	63 59 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	34 31 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122116-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 26091 (L1 331199, L2 301199, L3 311200, L4 321199, L5 341201)

Exp. 2027-07-31

CLEW: A53

G LOT F, H, J, K		L1	L2	L3	L4	L5
Glucose/Glu	mg/dL	542 460 - 623	258 216 - 300	128 110 - 145	39 30 - 48	29 20 - 38
	g/L	5.42 4.60 - 6.23	2.58 2.16 - 3.00	1.28 1.10 - 1.45	0.39 0.30 - 0.48	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.1 25.5 - 34.6	14.3 12.0 - 16.7	7.1 6.1 - 8.0	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122116-01

06-Oct-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 26091 (L1 331199, L2 301199, L3 311200, L4 321199, L5 341201)

Exp. 2027-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresaţi-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite pieţe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122116-01

06-Oct-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions