i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: D51

CG4+ LOT **D**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
pH		6.541 6.481 - 6.601	7.070 7.020 - 7.120	7.420 7.370 - 7.470	7.644 7.594 - 7.694	7.919 7.859 - 7.979
PCO2	mmHg	89.9 79.1 - 100.7	60.6 53.1 - 68.1	36.9 29.9 - 43.9	24.8 18.5 - 31.1	18.2 12.2 - 24.2
	kPa	11.98 10.54 - 13.42	8.08 7.08 - 9.08	4.92 3.99 - 5.85	3.31 2.47 - 4.15	2.43 1.63 - 3.23
PO2	mmHg	47 32 - 62	75 60 - 90	112 96 - 129	139 118 - 160	406 346 - 466
	kPa	6.3 4.3 - 8.3	10.0 8.0 - 12.0	14.9 12.8 - 17.2	18.5 15.7 - 21.3	54.1 46.1 - 62.1
Lactate/Lac	mmol/L	16.10 13.20 - 19.00	6.39 5.53 - 7.25	1.78 1.28 - 2.28	0.73 0.23 - 1.23	0.61 0.11 - 1.11
	mg/dL	145.1 118.9 - 171.2	57.6 49.8 - 65.3	16.0 11.5 - 20.5	6.6 2.1 - 11.1	5.5 1.0 - 10.0
	g/L	1.451 1.189 - 1.712	0.576 0.498 - 0.653	0.160 0.115 - 0.205	0.066 0.021 - 0.111	0.055 0.010 - 0.100

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113445-01

30-Mar-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: D51

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ LOT **A, K, L, M, N, W, Y**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	133 128 - 138	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.2 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	0.36 0.28 - 0.43	0.81 0.73 - 0.89	1.23 1.15 - 1.31	1.54 1.42 - 1.65	2.01 1.86 - 2.16
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.2 2.9 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.8 - 3.3	4.0 3.7 - 4.3
pH		6.540 6.480 - 6.600	7.070 7.020 - 7.120	7.422 7.372 - 7.472	7.635 7.585 - 7.685	7.897 7.837 - 7.957
PCO2	mmHg	87.8 77.3 - 98.3	60.3 52.8 - 67.8	36.4 29.4 - 43.4	23.5 17.2 - 29.8	14.3 8.3 - 20.3
	kPa	11.70 10.30 - 13.10	8.04 7.04 - 9.04	4.85 3.92 - 5.79	3.13 2.29 - 3.97	1.91 1.11 - 2.71
PO2	mmHg	55 40 - 70	81 66 - 96	114 96 - 131	138 118 - 159	400 340 - 460
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	10.8 8.8 - 12.8	15.2 12.8 - 17.5	18.4 15.7 - 21.2	53.3 45.3 - 61.3
Glucose/Glu	mg/dL	544 463 - 626	254 212 - 296	120 104 - 136	36 27 - 45	26 17 - 35
	g/L	5.44 4.63 - 6.26	2.54 2.12 - 2.96	1.20 1.04 - 1.36	0.36 0.27 - 0.45	0.26 0.17 - 0.35
	mmol/L	30.2 25.7 - 34.7	14.1 11.8 - 16.4	6.7 5.8 - 7.5	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.5 10.4 - 16.5	3.2 2.4 - 4.0	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1193 919 - 1459	283 212 - 354	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.50 12.71 - 18.29	6.21 5.37 - 7.05	1.65 1.15 - 2.15	0.62 0.12 - 1.12	0.51 0.00 - 1.01
	mg/dL	139.7 114.5 - 164.8	56.0 48.4 - 63.5	14.9 10.4 - 19.4	5.6 1.1 - 10.1	4.6 0.0 - 9.1
	g/L	1.397 1.145 - 1.648	0.560 0.484 - 0.635	0.149 0.104 - 0.194	0.056 0.011 - 0.101	0.046 0.000 - 0.091
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	56 53 - 60	67 63 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 66 - 73

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113445-01

30-Mar-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: D51

CHEM8+ LOT **H**		**L1**	**L2**	**L3**	**L4**	**L5**
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	124 120 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	2.9 2.6 - 3.2	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	63 59 - 67	74 69 - 79	91 85 - 96	112 104 - 121	123 114 - 132
*i*Ca	mmol/L	0.36 0.29 - 0.44	0.80 0.72 - 0.88	1.21 1.13 - 1.28	1.50 1.38 - 1.61	1.99 1.84 - 2.14
	mg/dL	1.4 1.2 - 1.8	3.2 2.9 - 3.5	4.8 4.5 - 5.1	6.0 5.5 - 6.4	8.0 7.4 - 8.6
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.4 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.2	4.0 3.7 - 4.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	12 6 - 18	20 11 - 29	25 19 - 31	30 24 - 36	43 37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	546 464 - 628	251 209 - 293	118 102 - 134	37 28 - 46	26 17 - 35
	g/L	5.46 4.64 - 6.28	2.51 2.09 - 2.93	1.18 1.02 - 1.34	0.37 0.28 - 0.46	0.26 0.17 - 0.35
	mmol/L	30.3 25.8 - 34.9	13.9 11.6 - 16.3	6.5 5.7 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	13.8 10.7 - 16.9	3.3 2.5 - 4.1	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1220 946 - 1494	292 221 - 362	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
BUN	mg/dL	125 108 - 142	59 51 - 67	11 8 - 14	6 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.1 18.2 - 23.9	3.9 2.9 - 5.0	2.1 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	126 109 - 143	24 17 - 30	13 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.26 1.09 - 1.43	0.24 0.17 - 0.30	0.13 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	11 8 - 15	21 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113445-01

30-Mar-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

CLEW: D51

G LOT F, H, J, K		L1	L2	L3	L4	L5
Glucose/Glu	mg/dL	540 459 - 621	258 216 - 300	128 111 - 145	41 32 - 50	30 21 - 39
	g/L	5.40 4.59 - 6.21	2.58 2.16 - 3.00	1.28 1.11 - 1.45	0.41 0.32 - 0.50	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.0 25.5 - 34.5	14.3 12.0 - 16.7	7.1 6.2 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113445-01

30-Mar-2026

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 25324 (L1 331195, L2 301195, L3 311195, L4 321195, L5 341195)

Exp. 2027-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresaţi-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite pieţe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113445-01

30-Mar-2026

Abbott

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions