

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

**Exp.** 2023-01-31

**CLEW: A44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.549 6.489 - 6.609	7.062 7.012 - 7.112	7.441 7.391 - 7.491	7.654 7.604 - 7.704	7.899 7.839 - 7.959
	mmHg	95.5 84.1 - 107.0	61.3 53.8 - 68.8	36.6 29.6 - 43.6	23.5 17.2 - 29.8	19.2 13.2 - 25.2
PCO2	kPa	12.73 11.21 - 14.26	8.17 7.17 - 9.17	4.88 3.95 - 5.81	3.13 2.29 - 3.97	2.56 1.76 - 3.36
	mmHg	46 31 - 61	77 62 - 92	118 100 - 135	147 125 - 168	432 372 - 492
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.3 8.3 - 12.3	15.7 13.3 - 18.0	19.6 16.7 - 22.4	57.6 49.6 - 65.6
	mmol/L	16.22 13.30 - 19.13	6.64 5.75 - 7.54	1.83 1.33 - 2.33	0.70 0.20 - 1.20	0.55 0.05 - 1.05
Lactate/Lac	mg/dL	146.1 119.8 - 172.4	59.8 51.8 - 67.9	16.5 12.0 - 21.0	6.3 1.8 - 10.8	5.0 0.5 - 9.5
	g/L	1.461 1.198 - 1.724	0.598 0.518 - 0.679	0.165 0.120 - 0.210	0.063 0.018 - 0.108	0.050 0.005 - 0.095

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777813-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

 **Exp.** 2023-01-31

**CLEW: A44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	134 129 - 138	160 155 - 165	176 170 - 182
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.85 0.77 - 0.93	1.33 1.24 - 1.42	1.59 1.47 - 1.70	2.32 2.15 - 2.50
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.4 3.1 - 3.7	5.3 5.0 - 5.7	6.4 5.9 - 6.8	9.3 8.6 - 10.0
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.9	2.7 2.5 - 2.8	3.2 2.9 - 3.4	4.6 4.3 - 5.0
pH		6.549 6.489 - 6.609	7.057 7.007 - 7.107	7.439 7.389 - 7.489	7.651 7.601 - 7.701	7.900 7.840 - 7.960
PCO2	mmHg	96.0 84.5 - 107.5	62.5 55.0 - 70.0	37.1 30.1 - 44.1	23.1 16.8 - 29.4	18.6 12.6 - 24.6
	kPa	12.80 11.26 - 14.33	8.33 7.33 - 9.33	4.95 4.01 - 5.88	3.08 2.24 - 3.92	2.48 1.68 - 3.28
PO2	mmHg	56 41 - 71	84 69 - 99	119 101 - 137	143 122 - 165	405 345 - 465
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.2 9.2 - 13.2	15.9 13.5 - 18.3	19.1 16.3 - 22.0	54.0 46.0 - 62.0
Glucose/Glu	mg/dL	583 496 - 671	266 224 - 308	127 110 - 144	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.83 4.96 - 6.71	2.66 2.24 - 3.08	1.27 1.10 - 1.44	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	32.4 27.5 - 37.2	14.8 12.4 - 17.1	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	3.3 2.5 - 4.1	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.0 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1291 999 - 1582	292 221 - 362	88 53 - 124	44 0 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.86 13.01 - 18.72	6.68 5.78 - 7.58	1.85 1.35 - 2.35	0.70 0.20 - 1.20	0.54 0.04 - 1.04
	mg/dL	142.9 117.2 - 168.7	60.2 52.1 - 68.3	16.7 12.2 - 21.2	6.3 1.8 - 10.8	4.9 0.4 - 9.4
	g/L	1.429 1.172 - 1.687	0.602 0.521 - 0.683	0.167 0.122 - 0.212	0.063 0.018 - 0.108	0.049 0.004 - 0.094
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 10 - 17	23 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	70 66 - 74

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777813-01

25-Apr-2022

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

**Exp.** 2023-01-31

**CLEW: A44**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT</b> H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Cl	mmol/L, mEq/L	62 57 - 66	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.83 0.75 - 0.91	1.31 1.22 - 1.40	1.55 1.44 - 1.67	2.32 2.15 - 2.50
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.3 3.0 - 3.6	5.2 4.9 - 5.6	6.2 5.8 - 6.7	9.3 8.6 - 10.0
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.8	3.1 2.9 - 3.3	4.6 4.3 - 5.0
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	26 20 - 32	29 23 - 35	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	590 502 - 679	266 224 - 308	124 107 - 141	40 31 - 49	28 19 - 37
	g/L	5.90 5.02 - 6.79	2.66 2.24 - 3.08	1.24 1.07 - 1.41	0.40 0.31 - 0.49	0.28 0.19 - 0.37
	mmol/L	32.7 27.9 - 37.7	14.8 12.4 - 17.1	6.9 5.9 - 7.8	2.2 1.7 - 2.7	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0 11.6 - 18.4	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1326 1025 - 1627	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	132 114 - 150	61 53 - 69	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.1 40.7 - 53.6	21.8 18.9 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	282 244 - 321	131 113 - 148	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.82 2.44 - 3.21	1.31 1.13 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	54 51 - 58	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777813-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

**Exp.** 2023-01-31

**CLEW: A44**

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 120 - 129	133 128 - 138	160 154 - 166	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	91 85 - 97	112 104 - 120	124 115 - 133
pH		6.531 6.471 - 6.591	7.016 6.966 - 7.066	7.377 7.327 - 7.427	7.650 7.600 - 7.700	7.859 7.799 - 7.919
PCO2	mmHg	112.5 99.0 - 125.9	73.8 66.3 - 81.3	44.8 37.8 - 51.8	27.3 21.0 - 33.6	23.2 17.2 - 29.2
	kPa	15.00 13.20 - 16.78	9.84 8.84 - 10.84	5.97 5.04 - 6.90	3.64 2.80 - 4.48	3.09 2.29 - 3.89
Glucose/Glu	mg/dL	565 481 - 650	267 225 - 309	133 115 - 151	46 37 - 55	33 24 - 42
	g/L	5.65 4.81 - 6.50	2.67 2.25 - 3.09	1.33 1.15 - 1.51	0.46 0.37 - 0.55	0.33 0.24 - 0.42
	mmol/L	31.4 26.7 - 36.1	14.8 12.5 - 17.2	7.4 6.4 - 8.4	2.6 2.1 - 3.1	1.8 1.3 - 2.3
BUN	mg/dL	142 123 - 161	62 54 - 70	12 9 - 15	7 5 - 9	5 3 - 7
Urea	mmol/L	50.7 43.9 - 57.5	22.1 19.3 - 25.0	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 1.1 - 2.5
	mg/dL	304 263 - 345	133 116 - 150	26 19 - 32	15 11 - 19	11 6 - 15
	g/L	3.04 2.63 - 3.45	1.33 1.16 - 1.50	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.06 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777813-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 21256 (L1 331145, L2 301145, L3 311145, L4 321146, L5 341145)

**Exp.** 2023-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

777813-01

25-Apr-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

