

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 22171 (L1 331154, L2 301154, L3 311154, L4 321154, L5 341154)

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: A44**

<b>CG4+ &amp; G3+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.545 6.485 - 6.605	7.064 7.014 - 7.114	7.449 7.399 - 7.499	7.675 7.625 - 7.725	7.910 7.850 - 7.970
	mmHg	92.9 81.8 - 104.1	61.6 54.1 - 69.1	34.4 27.4 - 41.4	21.9 15.6 - 28.2	18.9 12.9 - 24.9
PCO2	kPa	12.38 10.90 - 13.88	8.21 7.21 - 9.21	4.59 3.65 - 5.52	2.92 2.08 - 3.76	2.52 1.72 - 3.32
	mmHg	43 28 - 58	74 59 - 89	116 99 - 134	146 124 - 167	422 362 - 482
PO2	kPa	5.7 3.7 - 7.7	9.9 7.9 - 11.9	15.5 13.2 - 17.9	19.5 16.5 - 22.3	56.3 48.3 - 64.3
	mmol/L	16.16 13.25 - 19.06	6.66 5.76 - 7.55	1.85 1.35 - 2.35	0.73 0.23 - 1.23	0.58 0.08 - 1.08
Lactate/Lac	mg/dL	145.6 119.4 - 171.7	60.0 51.9 - 68.0	16.7 12.2 - 21.2	6.6 2.1 - 11.1	5.2 0.7 - 9.7
	g/L	1.456 1.194 - 1.717	0.600 0.519 - 0.680	0.167 0.122 - 0.212	0.066 0.021 - 0.111	0.052 0.007 - 0.097

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781248-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 22171 (L1 331154, L2 301154, L3 311154, L4 321154, L5 341154)

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: A44**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	133 128 - 138	160 155 - 165	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.91 0.83 - 0.99	1.31 1.22 - 1.40	1.59 1.47 - 1.71	2.24 2.07 - 2.40
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.6 3.3 - 4.0	5.2 4.9 - 5.6	6.4 5.9 - 6.8	9.0 8.3 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.8 1.7 - 2.0	2.6 2.4 - 2.8	3.2 2.9 - 3.4	4.5 4.1 - 4.8
pH		6.547 6.487 - 6.607	7.062 7.012 - 7.112	7.447 7.397 - 7.497	7.673 7.623 - 7.723	7.912 7.852 - 7.972
PCO2	mmHg	93.2 82.0 - 104.4	62.6 55.1 - 70.1	35.5 28.5 - 42.5	22.0 15.7 - 28.3	18.7 12.7 - 24.7
	kPa	12.42 10.93 - 13.92	8.34 7.34 - 9.34	4.73 3.80 - 5.67	2.93 2.09 - 3.77	2.49 1.69 - 3.29
PO2	mmHg	54 39 - 69	83 68 - 98	119 101 - 137	145 123 - 167	408 348 - 468
	kPa	7.2 5.2 - 9.2	11.1 9.1 - 13.1	15.9 13.5 - 18.3	19.3 16.4 - 22.3	54.4 46.4 - 62.4
Glucose/Glu	mg/dL	576 490 - 662	265 223 - 307	126 109 - 143	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.76 4.90 - 6.62	2.65 2.23 - 3.07	1.26 1.09 - 1.43	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	32.0 27.2 - 36.7	14.7 12.4 - 17.0	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	14.9 11.5 - 18.2	3.4 2.6 - 4.2	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1317 1017 - 1609	301 230 - 371	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.90 13.04 - 18.77	6.68 5.77 - 7.58	1.83 1.33 - 2.33	0.69 0.19 - 1.19	0.55 0.05 - 1.05
	mg/dL	143.3 117.5 - 169.1	60.2 52.0 - 68.3	16.5 12.0 - 21.0	6.2 1.7 - 10.7	5.0 0.5 - 9.5
	g/L	1.433 1.175 - 1.691	0.602 0.520 - 0.683	0.165 0.120 - 0.210	0.062 0.017 - 0.107	0.050 0.005 - 0.095
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	70 66 - 74

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781248-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 22171 (L1 331154, L2 301154, L3 311154, L4 321154, L5 341154)

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: A44**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT</b> H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 128 - 137	159 153 - 165	180 173 - 187
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	75 70 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	126 116 - 135
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.89 0.81 - 0.97	1.30 1.21 - 1.38	1.56 1.44 - 1.67	2.23 2.07 - 2.40
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.6 3.2 - 3.9	5.2 4.8 - 5.5	6.2 5.8 - 6.7	8.9 8.3 - 9.6
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.8 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.8	3.1 2.9 - 3.3	4.5 4.1 - 4.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	26 19 - 32	29 23 - 35	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	591 502 - 679	266 224 - 308	126 109 - 143	42 33 - 51	29 20 - 38
	g/L	5.91 5.02 - 6.79	2.66 2.24 - 3.08	1.26 1.09 - 1.43	0.42 0.33 - 0.51	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	32.8 27.9 - 37.7	14.8 12.4 - 17.1	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.1 11.7 - 18.5	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1335 1034 - 1635	301 230 - 371	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	130 112 - 147	61 52 - 69	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.4 40.0 - 52.5	21.8 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	278 240 - 315	131 111 - 148	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.78 2.40 - 3.15	1.31 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 57	64 61 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	56 53 - 59	67 64 - 71



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781248-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 22171 (L1 331154, L2 301154, L3 311154, L4 321154, L5 341154)

**Exp.** 2023-10-31

**CLEW: A44**

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 96 - 105	125 120 - 129	133 128 - 137	160 154 - 166	180 173 - 187
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 68 - 77	90 84 - 96	113 104 - 121	127 117 - 136
pH		6.522 6.462 - 6.582	7.017 6.967 - 7.067	7.382 7.332 - 7.432	7.673 7.623 - 7.723	7.871 7.811 - 7.931
PCO2	mmHg	112.6 99.1 - 126.1	75.2 67.7 - 82.7	43.1 36.1 - 50.1	26.7 20.4 - 33.0	24.0 18.0 - 30.0
	kPa	15.01 13.21 - 16.81	10.02 9.02 - 11.02	5.75 4.81 - 6.68	3.56 2.72 - 4.40	3.20 2.40 - 4.00
Glucose/Glu	mg/dL	563 479 - 647	267 225 - 309	134 116 - 153	47 38 - 56	34 25 - 43
	g/L	5.63 4.79 - 6.47	2.67 2.25 - 3.09	1.34 1.16 - 1.53	0.47 0.38 - 0.56	0.34 0.25 - 0.43
	mmol/L	31.3 26.6 - 35.9	14.8 12.5 - 17.2	7.4 6.4 - 8.5	2.6 2.1 - 3.1	1.9 1.4 - 2.4
BUN	mg/dL	142 123 - 161	62 54 - 70	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	50.7 43.9 - 57.5	22.1 19.3 - 25.0	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	304 263 - 345	133 116 - 150	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	3.04 2.63 - 3.45	1.33 1.16 - 1.50	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	57 53 - 60	67 63 - 71
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	59 55 - 63	70 66 - 74

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781248-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 22171 (L1 331154, L2 301154, L3 311154, L4 321154, L5 341154)

**Exp.** 2023-10-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

781248-01

12-Aug-2022

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

