

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.589	7.049	7.452	7.651	7.983
		6.529 - 6.649	6.999 - 7.099	7.402 - 7.502	7.601 - 7.701	7.923 - 8.043
PCO2	mmHg	89.5	54.0	29.9	23.0	15.9
		78.7 - 100.2	46.5 - 61.5	22.9 - 36.9	16.7 - 29.3	9.9 - 21.9
	kPa	11.93	7.20	3.99	3.07	2.12
		10.49 - 13.36	6.20 - 8.20	3.05 - 4.92	2.23 - 3.91	1.32 - 2.92
PO2	mmHg	75	90	123	150	355
		60 - 90	75 - 105	104 - 141	128 - 173	295 - 415
	kPa	10.0	12.0	16.4	20.0	47.3
		8.0 - 12.0	10.0 - 14.0	13.9 - 18.8	17.1 - 23.1	39.3 - 55.3
Lactate/Lac	mmol/L	19.20	7.84	2.12	0.85	0.43
		15.74 - 22.65	6.78 - 8.90	1.62 - 2.62	0.35 - 1.35	0.00 - 0.93
	mg/dL	173.0	70.6	19.1	7.7	3.9
		141.8 - 204.1	61.1 - 80.2	14.6 - 23.6	3.2 - 12.2	0.0 - 8.4
	g/L	1.730	0.706	0.191	0.077	0.039
		1.418 - 2.041	0.611 - 0.802	0.146 - 0.236	0.032 - 0.122	0.000 - 0.084

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777811-01

25-Apr-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	122	135	161	179
		95 - 103	117 - 126	130 - 139	155 - 166	173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.8	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.5 - 3.1	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.31	1.53	1.30	0.77	0.26
		2.13 - 2.48	1.41 - 1.64	1.21 - 1.39	0.69 - 0.85	0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2	6.1	5.2	3.1	1.0
		8.5 - 9.9	5.6 - 6.6	4.8 - 5.6	2.8 - 3.4	0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6	3.1	2.6	1.5	0.5
		4.3 - 5.0	2.8 - 3.3	2.4 - 2.8	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.584	7.044	7.447	7.643	7.978
		6.524 - 6.644	6.994 - 7.094	7.397 - 7.497	7.593 - 7.693	7.918 - 8.038
PCO2	mmHg	89.8	55.1	31.3	23.9	16.3
		79.1 - 100.6	47.6 - 62.6	24.3 - 38.3	17.6 - 30.2	10.3 - 22.3
	kPa	11.97	7.34	4.17	3.19	2.17
		10.54 - 13.41	6.35 - 8.34	3.24 - 5.11	2.35 - 4.03	1.37 - 2.97
PO2	mmHg	78	93	121	149	364
		63 - 93	78 - 108	103 - 140	127 - 172	304 - 424
	kPa	10.4	12.4	16.1	19.9	48.5
		8.4 - 12.4	10.4 - 14.4	13.7 - 18.7	16.9 - 22.9	40.5 - 56.5
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	125	285	584
		20 - 38	34 - 52	108 - 142	243 - 327	496 - 671
	g/L	0.29	0.43	1.25	2.85	5.84
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.08 - 1.42	2.43 - 3.27	4.96 - 6.71
	mmol/L	1.6	2.4	6.9	15.8	32.4
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	6.0 - 7.9	13.5 - 18.2	27.5 - 37.2
Creatinine/Crea	mg/dL	15.3	4.0	1.6	0.4	0.2
		11.9 - 18.8	3.2 - 4.8	1.2 - 2.0	0.0 - 0.8	0.0 - 0.6
	umol/L	1353	354	141	35	18
		1052 - 1662	283 - 424	106 - 177	0 - 71	0 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	19.06	7.81	2.07	0.79	0.37
		15.63 - 22.49	6.76 - 8.87	1.57 - 2.57	0.29 - 1.29	0.00 - 0.87
	mg/dL	171.7	70.4	18.7	7.1	3.3
		140.8 - 202.6	60.9 - 79.9	14.1 - 23.2	2.6 - 11.6	0.0 - 7.8
	g/L	1.717	0.704	0.187	0.071	0.033
		1.408 - 2.026	0.609 - 0.799	0.141 - 0.232	0.026 - 0.116	0.000 - 0.078




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777811-01

25-Apr-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 125	134 129 - 139	160 155 - 165	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 75	77 72 - 82	89 83 - 95	108 101 - 115	123 115 - 131
iCa	mmol/L	2.35 2.17 - 2.52	1.53 1.41 - 1.64	1.30 1.22 - 1.39	0.76 0.68 - 0.84	0.26 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.4 8.7 - 10.1	6.1 5.6 - 6.6	5.2 4.9 - 5.6	3.0 2.7 - 3.4	1.0 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.7 4.3 - 5.0	3.1 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	18 9 - 27	23 17 - 29	26 20 - 32	40 34 - 46
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	126 109 - 142	287 245 - 329	594 505 - 683
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.26 1.09 - 1.42	2.87 2.45 - 3.29	5.94 5.05 - 6.83
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	7.0 6.1 - 7.9	15.9 13.6 - 18.3	33.0 28.0 - 37.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	4.3 3.5 - 5.1	1.6 1.2 - 2.0	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1379 1070 - 1688	380 309 - 451	141 106 - 177	44 9 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	120 104 - 136	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	42.8 37.1 - 48.6	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	257 223 - 291	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.57 2.23 - 2.91	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777811-01

25-Apr-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	135 130 - 139	161 155 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.4 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	68 64 - 73	75 70 - 80	88 82 - 94	107 100 - 114	123 115 - 131
pH		6.591 6.531 - 6.651	7.053 7.003 - 7.103	7.454 7.404 - 7.504	7.651 7.601 - 7.701	7.991 7.931 - 8.051
PCO2	mmHg	85.6 75.4 - 95.9	55.4 47.9 - 62.9	33.8 26.8 - 40.8	26.6 20.3 - 32.9	18.6 12.6 - 24.6
	kPa	11.41 10.05 - 12.78	7.38 6.39 - 8.38	4.51 3.57 - 5.44	3.55 2.71 - 4.39	2.48 1.68 - 3.28
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	43 34 - 52	125 108 - 141	282 240 - 324	573 487 - 659
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.43 0.34 - 0.52	1.25 1.08 - 1.41	2.82 2.40 - 3.24	5.73 4.87 - 6.59
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 6.0 - 7.8	15.7 13.3 - 18.0	31.8 27.0 - 36.6
BUN	mg/dL	124 107 - 140	59 51 - 67	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	44.3 38.2 - 50.0	21.1 18.2 - 23.9	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	265 229 - 300	126 109 - 143	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.65 2.29 - 3.00	1.26 1.09 - 1.43	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777811-01

25-Apr-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 21258 (L1 131144, L2 101144, L3 111145, L4 121145, L5 141144)

Exp. 2022-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777811-01

25-Apr-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

