

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: A44

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.589 6.529 - 6.649	7.045 6.995 - 7.095	7.467 7.417 - 7.517	7.650 7.600 - 7.700	7.984 7.924 - 8.044
	mmHg	88.5 77.8 - 99.1	55.9 48.4 - 63.4	28.1 21.1 - 35.1	23.4 17.1 - 29.7	16.2 10.2 - 22.2
PCO2	kPa	11.80 10.37 - 13.21	7.45 6.45 - 8.45	3.75 2.81 - 4.68	3.12 2.28 - 3.96	2.16 1.36 - 2.96
	mmHg	75 60 - 90	90 75 - 105	124 105 - 143	152 129 - 175	360 300 - 420
PO2	kPa	10.0 8.0 - 12.0	12.0 10.0 - 14.0	16.5 14.0 - 19.1	20.3 17.2 - 23.3	48.0 40.0 - 56.0
	mmol/L	19.46 15.95 - 22.96	7.88 6.82 - 8.94	2.13 1.63 - 2.63	0.85 0.35 - 1.35	0.42 0.00 - 0.92
Lactate/Lac	mg/dL	175.3 143.7 - 206.9	71.0 61.4 - 80.5	19.2 14.7 - 23.7	7.7 3.2 - 12.2	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.753 1.437 - 2.069	0.710 0.614 - 0.805	0.192 0.147 - 0.237	0.077 0.032 - 0.122	0.038 0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

780773-01

29-Jun-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: A44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	121	134	162	180
		95 - 103	117 - 126	130 - 139	157 - 167	174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.8	3.7	6.3	7.8
		1.8 - 2.4	2.5 - 3.1	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.33	1.56	1.32	0.78	0.26
		2.15 - 2.50	1.44 - 1.67	1.23 - 1.41	0.70 - 0.86	0.18 - 0.33
	mg/dL	9.3	6.2	5.3	3.1	1.0
		8.6 - 10.0	5.8 - 6.7	4.9 - 5.6	2.8 - 3.4	0.7 - 1.3
mEq/L	4.7	3.1	2.6	1.6	0.5	
		4.3 - 5.0	2.9 - 3.3	2.5 - 2.8	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.586	7.040	7.462	7.642	7.979
		6.526 - 6.646	6.990 - 7.090	7.412 - 7.512	7.592 - 7.692	7.919 - 8.039
PCO2	mmHg	88.4	56.7	29.7	24.2	16.5
		77.8 - 99.0	49.2 - 64.2	22.7 - 36.7	17.9 - 30.5	10.5 - 22.5
	kPa	11.78	7.56	3.96	3.23	2.20
		10.37 - 13.20	6.56 - 8.56	3.03 - 4.89	2.39 - 4.07	1.40 - 3.00
PO2	mmHg	77	92	122	148	365
		62 - 92	77 - 107	103 - 140	126 - 170	305 - 425
	kPa	10.3	12.3	16.3	19.7	48.7
		8.3 - 12.3	10.3 - 14.3	13.7 - 18.7	16.8 - 22.7	40.7 - 56.7
Glucose/Glu	mg/dL	29	43	124	285	589
		20 - 38	34 - 52	108 - 141	243 - 327	500 - 677
	g/L	0.29	0.43	1.24	2.85	5.89
		0.20 - 0.38	0.34 - 0.52	1.08 - 1.41	2.43 - 3.27	5.00 - 6.77
mmol/L	1.6	2.4	6.9	15.8	32.7	
		1.1 - 2.1	1.9 - 2.9	6.0 - 7.8	13.5 - 18.2	27.8 - 37.6
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6	4.1	1.6	0.4	0.2
		12.1 - 19.1	3.3 - 4.9	1.2 - 2.0	0.0 - 0.8	0.0 - 0.7
	umol/L	1379	362	141	35	18
		1070 - 1688	292 - 433	106 - 177	0 - 71	0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.28	7.87	2.09	0.78	0.36
		15.81 - 22.75	6.80 - 8.93	1.59 - 2.59	0.28 - 1.28	0.00 - 0.86
	mg/dL	173.7	70.9	18.8	7.0	3.2
		142.4 - 205.0	61.3 - 80.5	14.3 - 23.3	2.5 - 11.5	0.0 - 7.7
g/L	1.737	0.709	0.188	0.070	0.032	
		1.424 - 2.050	0.613 - 0.805	0.143 - 0.233	0.025 - 0.115	0.000 - 0.077

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

780773-01

29-Jun-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: A44

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	134 129 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71 66 - 75	77 72 - 82	89 83 - 95	109 102 - 116	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.37 2.19 - 2.55	1.55 1.44 - 1.67	1.32 1.23 - 1.41	0.77 0.69 - 0.85	0.26 0.18 - 0.33
	mg/dL	9.5 8.8 - 10.2	6.2 5.8 - 6.7	5.3 4.9 - 5.6	3.1 2.8 - 3.4	1.0 0.7 - 1.3
	mEq/L	4.7 4.4 - 5.1	3.1 2.9 - 3.3	2.6 2.5 - 2.8	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	19 10 - 28	23 16 - 29	27 21 - 33	42 36 - 48
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	125 108 - 141	288 246 - 330	601 511 - 691
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.25 1.08 - 1.41	2.88 2.46 - 3.30	6.01 5.11 - 6.91
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.9 6.0 - 7.8	16.0 13.7 - 18.3	33.4 28.4 - 38.4
Creatinine/Crea	mg/dL	16.1 12.5 - 19.7	4.4 3.6 - 5.2	1.6 1.2 - 2.0	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1423 1105 - 1741	389 318 - 460	141 106 - 177	44 9 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	120 104 - 136	61 53 - 69	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	42.8 37.1 - 48.6	21.8 18.9 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	257 223 - 291	131 113 - 148	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.57 2.23 - 2.91	1.31 1.13 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

780773-01

29-Jun-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

CLEW: A44

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 95 - 104	121 117 - 125	135 130 - 139	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.4 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	68 64 - 73	75 70 - 80	88 82 - 94	108 101 - 115	124 115 - 132
pH		6.590 6.530 - 6.650	7.049 6.999 - 7.099	7.468 7.418 - 7.518	7.650 7.600 - 7.700	7.989 7.929 - 8.049
PCO2	mmHg	85.1 74.8 - 95.3	56.8 49.3 - 64.3	32.6 25.6 - 39.6	26.7 20.4 - 33.0	18.9 12.9 - 24.9
	kPa	11.34 9.97 - 12.70	7.57 6.57 - 8.57	4.35 3.41 - 5.28	3.56 2.72 - 4.40	2.52 1.72 - 3.32
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	124 107 - 140	282 240 - 324	577 490 - 663
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.24 1.07 - 1.40	2.82 2.40 - 3.24	5.77 4.90 - 6.63
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.9 5.9 - 7.8	15.7 13.3 - 18.0	32.0 27.2 - 36.8
BUN	mg/dL	124 107 - 141	60 52 - 68	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	44.3 38.2 - 50.3	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	265 229 - 302	128 111 - 146	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.65 2.29 - 3.02	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

780773-01

29-Jun-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 22081 (L1 131152, L2 101152, L3 111152, L4 121152, L5 141152)

Exp. 2023-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

780773-01

29-Jun-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

