

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22059 (L1 331151, L2 301151, L3 311151, L4 321151, L5 341151)

Exp. 2023-07-31

CLEW: D44

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.541 6.481 - 6.601	7.061 7.011 - 7.111	7.452 7.402 - 7.502	7.680 7.630 - 7.730	7.908 7.848 - 7.968
	mmHg	95.6 84.2 - 107.1	62.2 54.7 - 69.7	34.5 27.5 - 41.5	21.4 15.1 - 27.7	18.7 12.7 - 24.7
PCO2	kPa	12.74 11.22 - 14.28	8.29 7.29 - 9.29	4.60 3.67 - 5.53	2.85 2.01 - 3.69	2.49 1.69 - 3.29
	mmHg	46 31 - 61	78 63 - 93	120 102 - 138	147 125 - 168	419 359 - 479
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.4 8.4 - 12.4	16.0 13.6 - 18.4	19.6 16.7 - 22.4	55.9 47.9 - 63.9
	mmol/L	16.01 13.13 - 18.89	6.65 5.75 - 7.55	1.83 1.33 - 2.33	0.73 0.23 - 1.23	0.60 0.10 - 1.10
Lactate/Lac	mg/dL	144.3 118.3 - 170.2	59.9 51.8 - 68.0	16.5 12.0 - 21.0	6.6 2.1 - 11.1	5.4 0.9 - 9.9
	g/L	1.443 1.183 - 1.702	0.599 0.518 - 0.680	0.165 0.120 - 0.210	0.066 0.021 - 0.111	0.054 0.009 - 0.099

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

778133-01

13-May-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22059 (L1 331151, L2 301151, L3 311151, L4 321151, L5 341151)

Exp. 2023-07-31

CLEW: D44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 130	133 128 - 138	161 156 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.4 - 4.1	6.1 5.5 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.35 0.28 - 0.43	0.85 0.77 - 0.93	1.34 1.25 - 1.43	1.53 1.41 - 1.64	2.26 2.09 - 2.43
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.7	5.4 5.0 - 5.7	6.1 5.6 - 6.6	9.0 8.4 - 9.7
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.7 1.5 - 1.9	2.7 2.5 - 2.9	3.1 2.8 - 3.3	4.5 4.2 - 4.9
pH		6.542 6.482 - 6.602	7.056 7.006 - 7.106	7.450 7.400 - 7.500	7.677 7.627 - 7.727	7.907 7.847 - 7.967
PCO2	mmHg	95.1 83.7 - 106.5	63.5 56.0 - 71.0	35.7 28.7 - 42.7	21.6 15.3 - 27.9	18.3 12.3 - 24.3
	kPa	12.68 11.16 - 14.20	8.46 7.46 - 9.46	4.76 3.83 - 5.69	2.88 2.04 - 3.72	2.44 1.64 - 3.24
PO2	mmHg	57 42 - 72	85 70 - 100	122 104 - 140	145 123 - 166	409 349 - 469
	kPa	7.6 5.6 - 9.6	11.3 9.3 - 13.3	16.3 13.9 - 18.7	19.3 16.4 - 22.1	54.5 46.5 - 62.5
Glucose/Glu	mg/dL	578 491 - 664	265 223 - 307	127 110 - 144	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.78 4.91 - 6.64	2.65 2.23 - 3.07	1.27 1.10 - 1.44	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	32.1 27.3 - 36.9	14.7 12.4 - 17.0	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	16.6 12.8 - 20.3	3.4 2.6 - 4.2	0.9 0.5 - 1.3	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1467 1132 - 1795	301 230 - 371	80 44 - 115	35 0 - 71	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.49 12.70 - 18.27	6.57 5.68 - 7.45	1.77 1.27 - 2.27	0.64 0.14 - 1.14	0.53 0.03 - 1.03
	mg/dL	139.6 114.4 - 164.6	59.2 51.2 - 67.1	15.9 11.4 - 20.5	5.8 1.3 - 10.3	4.8 0.3 - 9.3
	g/L	1.396 1.144 - 1.646	0.592 0.512 - 0.671	0.159 0.114 - 0.205	0.058 0.013 - 0.103	0.048 0.003 - 0.093
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	23 20 - 26	35 32 - 38	57 54 - 61	67 63 - 71
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 21 - 27	37 33 - 40	60 56 - 64	69 66 - 74

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



778133-01

13-May-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22059 (L1 331151, L2 301151, L3 311151, L4 321151, L5 341151)

Exp. 2023-07-31


CLEW: D44

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 127 - 137	159 153 - 165	176 169 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 78	92 86 - 98	113 105 - 122	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.84 0.76 - 0.92	1.33 1.25 - 1.42	1.50 1.39 - 1.61	2.28 2.10 - 2.45
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.7	5.3 5.0 - 5.7	6.0 5.6 - 6.4	9.1 8.4 - 9.8
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.7 2.5 - 2.8	3.0 2.8 - 3.2	4.6 4.2 - 4.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	26 20 - 32	29 23 - 35	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	583 496 - 671	265 223 - 307	126 109 - 143	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.83 4.96 - 6.71	2.65 2.23 - 3.07	1.26 1.09 - 1.43	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	32.4 27.5 - 37.2	14.7 12.4 - 17.0	7.0 6.1 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	16.4 12.7 - 20.1	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1450 1123 - 1777	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	131 113 - 149	63 54 - 71	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.8 40.3 - 53.2	22.5 19.3 - 25.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	280 242 - 319	135 116 - 152	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.80 2.42 - 3.19	1.35 1.16 - 1.52	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	34 31 - 37	55 51 - 58	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 32 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



778133-01

13-May-2022

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22059 (L1 331151, L2 301151, L3 311151, L4 321151, L5 341151)

Exp. 2023-07-31

CLEW: D44

EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	133 128 - 137	160 154 - 166	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Glucose/Glu	mg/dL	562 478 - 647	267 225 - 309	134 116 - 152	47 38 - 56	34 25 - 43
	g/L	5.62 4.78 - 6.47	2.67 2.25 - 3.09	1.34 1.16 - 1.52	0.47 0.38 - 0.56	0.34 0.25 - 0.43
	mmol/L	31.2 26.5 - 35.9	14.8 12.5 - 17.2	7.4 6.4 - 8.4	2.6 2.1 - 3.1	1.9 1.4 - 2.4
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	23 20 - 26	35 32 - 38	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	24 21 - 27	37 33 - 40	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

778133-01

13-May-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22059 (L1 331151, L2 301151, L3 311151, L4 321151, L5 341151)

Exp. 2023-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

778133-01

13-May-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

