

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22287 (L1 331156, L2 301157, L3 311156, L4 321157, L5 341156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.544 6.484 - 6.604	7.068 7.008 - 7.128	7.449 7.389 - 7.509	7.655 7.595 - 7.715	7.888 7.828 - 7.948
	mmHg	93.1 82.0 - 104.3	59.4 51.9 - 66.9	34.6 27.6 - 41.6	23.6 17.3 - 29.9	19.6 13.6 - 25.6
PCO2	kPa	12.41 10.93 - 13.90	7.92 6.92 - 8.92	4.61 3.68 - 5.55	3.15 2.31 - 3.99	2.61 1.81 - 3.41
	mmHg	46 31 - 61	77 62 - 92	119 101 - 137	150 127 - 172	438 378 - 498
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.3 8.3 - 12.3	15.9 13.5 - 18.3	20.0 16.9 - 22.9	58.4 50.4 - 66.4
	mmol/L	16.27 13.34 - 19.20	6.66 5.76 - 7.56	1.85 1.35 - 2.35	0.72 0.22 - 1.22	0.60 0.10 - 1.10
Lactate/Lac	mg/dL	146.6 120.2 - 173.0	60.0 51.9 - 68.1	16.7 12.2 - 21.2	6.5 2.0 - 11.0	5.4 0.9 - 9.9
	g/L	1.466 1.202 - 1.730	0.600 0.519 - 0.681	0.167 0.122 - 0.212	0.065 0.020 - 0.110	0.054 0.009 - 0.099

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782288-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22287 (L1 331156, L2 301157, L3 311156, L4 321157, L5 341156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 130	134 129 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.85 0.78 - 0.93	1.32 1.22 - 1.41	1.49 1.38 - 1.60	2.19 2.02 - 2.35
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.7	5.3 4.9 - 5.6	6.0 5.5 - 6.4	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.8	3.0 2.8 - 3.2	4.4 4.0 - 4.7
pH		6.542 6.482 - 6.602	7.069 7.009 - 7.129	7.450 7.390 - 7.510	7.646 7.586 - 7.706	7.869 7.809 - 7.929
PCO2	mmHg	92.5 81.4 - 103.6	59.7 52.2 - 67.2	34.6 27.6 - 41.6	23.0 16.7 - 29.3	18.9 12.9 - 24.9
	kPa	12.33 10.85 - 13.81	7.96 6.96 - 8.96	4.61 3.68 - 5.55	3.07 2.23 - 3.91	2.52 1.72 - 3.32
PO2	mmHg	55 40 - 70	84 69 - 99	120 102 - 138	146 124 - 168	416 356 - 476
	kPa	7.3 5.3 - 9.3	11.2 9.2 - 13.2	16.0 13.6 - 18.4	19.5 16.5 - 22.4	55.5 47.5 - 63.5
Glucose/Glu	mg/dL	577 490 - 663	266 226 - 306	127 110 - 144	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.77 4.90 - 6.63	2.66 2.26 - 3.06	1.27 1.10 - 1.44	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	32.0 27.2 - 36.8	14.8 12.5 - 17.0	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	15.2 11.8 - 18.6	3.6 3.0 - 4.1	1.0 0.6 - 1.5	0.5 0.0 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1344 1043 - 1644	318 265 - 362	88 53 - 133	44 0 - 80	35 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	16.05 13.16 - 18.94	6.71 5.81 - 7.62	1.85 1.35 - 2.35	0.70 0.20 - 1.20	0.57 0.07 - 1.07
	mg/dL	144.6 118.6 - 170.6	60.5 52.3 - 68.7	16.7 12.2 - 21.2	6.3 1.8 - 10.8	5.1 0.6 - 9.6
	g/L	1.446 1.186 - 1.706	0.605 0.523 - 0.687	0.167 0.122 - 0.212	0.063 0.018 - 0.108	0.051 0.006 - 0.096
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



782288-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22287 (L1 331156, L2 301157, L3 311156, L4 321157, L5 341156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	101 96 - 105	124 120 - 129	132 128 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	92 86 - 98	113 104 - 121	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.84 0.76 - 0.91	1.29 1.20 - 1.39	1.46 1.35 - 1.57	2.17 2.01 - 2.33
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.6	5.2 4.8 - 5.6	5.8 5.4 - 6.3	8.7 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.6 2.4 - 2.8	2.9 2.7 - 3.1	4.3 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	20 14 - 26	25 19 - 31	29 23 - 35	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	587 499 - 674	264 225 - 304	125 108 - 142	42 33 - 51	30 21 - 39
	g/L	5.87 4.99 - 6.74	2.64 2.25 - 3.04	1.25 1.08 - 1.42	0.42 0.33 - 0.51	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	32.6 27.7 - 37.4	14.7 12.5 - 16.9	6.9 6.0 - 7.9	2.3 1.8 - 2.8	1.7 1.2 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	15.4 11.9 - 18.8	3.5 3.0 - 4.1	1.0 0.5 - 1.4	0.4 0.0 - 0.9	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1361 1052 - 1662	309 265 - 362	88 44 - 124	35 0 - 80	27 0 - 62
BUN	mg/dL	130 112 - 147	61 52 - 69	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.4 40.0 - 52.5	21.8 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	278 240 - 315	131 111 - 148	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.78 2.40 - 3.15	1.31 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	34 31 - 37	54 51 - 58	64 60 - 68
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	35 32 - 39	57 53 - 60	67 63 - 71



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782288-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22287 (L1 331156, L2 301157, L3 311156, L4 321157, L5 341156)

Exp. 2023-12-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	133 128 - 138	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Glucose/Glu	mg/dL	566 481 - 651	268 227 - 308	135 117 - 153	47 38 - 56	35 26 - 44
	g/L	5.66 4.81 - 6.51	2.68 2.27 - 3.08	1.35 1.17 - 1.53	0.47 0.38 - 0.56	0.35 0.26 - 0.44
	mmol/L	31.4 26.7 - 36.1	14.9 12.6 - 17.1	7.5 6.5 - 8.5	2.6 2.1 - 3.1	1.9 1.4 - 2.4
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	36 33 - 39	57 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782288-01

01-Nov-2022

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 22287 (L1 331156, L2 301157, L3 311156, L4 321157, L5 341156)

Exp. 2023-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782288-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

