


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301154

 **Exp.** 2023-10-31

CLEW: D45

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.061	7.011 - 7.111
PCO2	mmHg	61.1	53.6 - 68.6
	kPa	8.14	7.14 - 9.14
PO2	mmHg	75	60 - 90
	kPa	10.0	8.0 - 12.0
Lactate/Lac	mmol/L	6.66	5.76 - 7.55
	mg/dL	60.0	51.9 - 68.0
	g/L	0.600	0.519 - 0.680


CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782311-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301154

Exp. 2023-10-31

CLEW: D45

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.91	0.83 - 0.99
	mg/dL	3.6	3.3 - 4.0
	mEq/L	1.8	1.7 - 2.0
pH		7.061	7.011 - 7.111
PCO2	mmHg	62.0	54.5 - 69.5
	kPa	8.26	7.26 - 9.26
PO2	mmHg	84	69 - 99
	kPa	11.2	9.2 - 13.2
Glucose/Glu	mg/dL	265	223 - 307
	g/L	2.65	2.23 - 3.07
	mmol/L	14.7	12.4 - 17.0
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	2.7 - 4.3
	umol/L	309	239 - 380
Lactate/Lac	mmol/L	6.68	5.77 - 7.58
	mg/dL	60.2	52.0 - 68.3
	g/L	0.602	0.520 - 0.683
HCT	K3EDTA %	23	20 - 26
	K2EDTA %	23	21 - 27

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782311-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301154

Exp. 2023-10-31

CLEW: D45

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 79
iCa	mmol/L	0.89	0.81 - 0.97
	mg/dL	3.6	3.2 - 3.9
	mEq/L	1.8	1.6 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	266	224 - 308
	g/L	2.66	2.24 - 3.08
	mmol/L	14.8	12.4 - 17.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
BUN	mg/dL	61	53 - 69
Urea	mmol/L	21.8	18.9 - 24.6
	mg/dL	131	113 - 148
	g/L	1.31	1.13 - 1.48
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782311-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301154

Exp. 2023-10-31

CLEW: D45

EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Glucose/Glu	mg/dL	267	225 - 309
	g/L	2.67	2.25 - 3.09
	mmol/L	14.8	12.5 - 17.2
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782311-01

01-Nov-2022

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301154

Exp. 2023-10-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782311-01

01-Nov-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

