

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.587	7.036	7.458	7.648	7.976
		6.527 - 6.647	6.986 - 7.086	7.408 - 7.508	7.598 - 7.698	7.916 - 8.036
PCO2	mmHg	86.4	54.3	27.1	21.7	15.9
		76.0 - 96.8	46.8 - 61.8	20.1 - 34.1	15.4 - 28.0	9.9 - 21.9
	kPa	11.52	7.24	3.61	2.89	2.12
		10.13 - 12.90	6.24 - 8.24	2.68 - 4.55	2.05 - 3.73	1.32 - 2.92
PO2	mmHg	75	87	123	154	370
		60 - 90	72 - 102	104 - 141	131 - 177	310 - 430
	kPa	10.0	11.6	16.4	20.5	49.3
		8.0 - 12.0	9.6 - 13.6	13.9 - 18.8	17.5 - 23.6	41.3 - 57.3
Lactate/Lac	mmol/L	19.62	7.85	2.12	0.84	0.43
		16.09 - 23.15	6.79 - 8.91	1.62 - 2.62	0.34 - 1.34	0.00 - 0.93
	mg/dL	176.8	70.7	19.1	7.6	3.9
		145.0 - 208.6	61.2 - 80.3	14.6 - 23.6	3.1 - 12.1	0.0 - 8.4
	g/L	1.768	0.707	0.191	0.076	0.039
		1.450 - 2.086	0.612 - 0.803	0.146 - 0.236	0.031 - 0.121	0.000 - 0.084

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792425-01

11-Jan-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 117 - 126	134 129 - 139	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.31 2.13 - 2.48	1.56 1.44 - 1.68	1.31 1.23 - 1.40	0.79 0.71 - 0.87	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.9	6.2 5.8 - 6.7	5.2 4.9 - 5.6	3.2 2.8 - 3.5	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.1 2.9 - 3.4	2.6 2.5 - 2.8	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.578 6.518 - 6.638	7.032 6.982 - 7.082	7.454 7.404 - 7.504	7.636 7.586 - 7.686	7.951 7.891 - 8.011
PCO2	mmHg	87.2 76.7 - 97.6	56.0 48.5 - 63.5	28.3 21.3 - 35.3	22.3 16.0 - 28.6	13.0 7.0 - 19.0
	kPa	11.62 10.22 - 13.01	7.46 6.47 - 8.46	3.77 2.84 - 4.71	2.97 2.13 - 3.81	1.73 0.93 - 2.53
PO2	mmHg	78 63 - 93	89 74 - 104	120 102 - 138	150 127 - 172	372 312 - 432
	kPa	10.4 8.4 - 12.4	11.9 9.9 - 13.9	16.0 13.6 - 18.4	20.0 16.9 - 22.9	49.6 41.6 - 57.6
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	43 34 - 52	122 105 - 138	286 244 - 328	597 507 - 686
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.43 0.34 - 0.52	1.22 1.05 - 1.38	2.86 2.44 - 3.28	5.97 5.07 - 6.86
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.8 5.8 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	33.1 28.1 - 38.1
Creatinine/Crea	mg/dL	16.7 13.0 - 20.5	4.6 3.8 - 5.4	1.8 1.4 - 2.2	0.4 0.0 - 0.8	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1476 1149 - 1812	407 336 - 477	159 124 - 194	35 0 - 71	18 0 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	19.54 16.02 - 23.06	7.81 6.75 - 8.86	2.06 1.56 - 2.56	0.79 0.29 - 1.29	0.38 0.00 - 0.88
	mg/dL	176.1 144.3 - 207.8	70.4 60.8 - 79.8	18.6 14.1 - 23.1	7.1 2.6 - 11.6	3.4 0.0 - 7.9
	g/L	1.761 1.443 - 2.078	0.704 0.608 - 0.798	0.186 0.141 - 0.231	0.071 0.026 - 0.116	0.034 0.000 - 0.079

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792425-01

11-Jan-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	133 129 - 138	162 157 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.7 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 67 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	109 102 - 117	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.31 2.14 - 2.49	1.54 1.43 - 1.66	1.30 1.21 - 1.38	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.2 8.6 - 10.0	6.2 5.7 - 6.6	5.2 4.8 - 5.5	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.1 2.9 - 3.3	2.6 2.4 - 2.8	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	18 9 - 27	22 15 - 28	26 20 - 32	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	123 106 - 139	292 250 - 334	609 518 - 701
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.06 - 1.39	2.92 2.50 - 3.34	6.09 5.18 - 7.01
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.2 13.9 - 18.5	33.8 28.8 - 38.9
Creatinine/Crea	mg/dL	16.9 13.1 - 20.7	4.6 3.8 - 5.4	1.8 1.4 - 2.2	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.6
	umol/L	1494 1158 - 1830	407 336 - 477	159 124 - 194	44 9 - 80	18 0 - 53
BUN	mg/dL	115 99 - 130	60 52 - 68	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.1 35.3 - 46.4	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	246 212 - 278	128 111 - 146	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.46 2.12 - 2.78	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792425-01

11-Jan-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A47

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	122 117 - 126	134 129 - 139	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	70 65 - 75	76 71 - 81	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.594 6.534 - 6.654	7.050 7.000 - 7.100	7.464 7.414 - 7.514	7.646 7.596 - 7.696	7.966 7.906 - 8.026
PCO2	mmHg	85.7 75.4 - 96.0	56.5 49.0 - 64.0	32.2 25.2 - 39.2	27.0 20.7 - 33.3	19.8 13.8 - 25.8
	kPa	11.42 10.05 - 12.80	7.53 6.53 - 8.53	4.29 3.36 - 5.23	3.60 2.76 - 4.44	2.64 1.84 - 3.44
Glucose/Glu	mg/dL	29 20 - 38	42 33 - 51	122 105 - 138	286 244 - 328	592 503 - 680
	g/L	0.29 0.20 - 0.38	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.05 - 1.38	2.86 2.44 - 3.28	5.92 5.03 - 6.80
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.8 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	32.9 27.9 - 37.7
BUN	mg/dL	119 103 - 135	57 49 - 65	10 7 - 13	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.5 36.8 - 48.2	20.3 17.5 - 23.2	3.6 2.5 - 4.6	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	255 220 - 289	122 105 - 139	21 15 - 28	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.55 2.20 - 2.89	1.22 1.05 - 1.39	0.21 0.15 - 0.28	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792425-01

11-Jan-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792425-01

11-Jan-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

