

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.543 6.483 - 6.603	7.062 7.012 - 7.112	7.438 7.388 - 7.488	7.671 7.621 - 7.721	7.916 7.856 - 7.976
	mmHg	89.6 78.9 - 100.4	59.4 51.9 - 66.9	32.0 25.0 - 39.0	20.3 14.0 - 26.6	17.4 11.4 - 23.4
PCO2	kPa	11.94 10.52 - 13.38	7.92 6.92 - 8.92	4.27 3.33 - 5.20	2.71 1.87 - 3.55	2.32 1.52 - 3.12
	mmHg	46 31 - 61	78 63 - 93	118 100 - 136	145 123 - 166	438 378 - 498
PO2	kPa	6.1 4.1 - 8.1	10.4 8.4 - 12.4	15.7 13.3 - 18.1	19.3 16.4 - 22.1	58.4 50.4 - 66.4
	mmol/L	15.37 12.60 - 18.13	6.32 5.47 - 7.17	1.71 1.21 - 2.21	0.64 0.14 - 1.14	0.50 0.00 - 1.00
Lactate/Lac	mg/dL	138.5 113.5 - 163.4	56.9 49.3 - 64.6	15.4 10.9 - 19.9	5.8 1.3 - 10.3	4.5 0.0 - 9.0
	g/L	1.385 1.135 - 1.634	0.569 0.493 - 0.646	0.154 0.109 - 0.199	0.058 0.013 - 0.103	0.045 0.000 - 0.090

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794709-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)


Exp. 2024-04-30

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 96 - 105	124 120 - 129	133 128 - 137	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.85 0.77 - 0.93	1.22 1.14 - 1.30	1.58 1.46 - 1.70	2.13 1.97 - 2.28
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.7	4.9 4.6 - 5.2	6.3 5.8 - 6.8	8.5 7.9 - 9.1
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.9	2.4 2.3 - 2.6	3.2 2.9 - 3.4	4.3 3.9 - 4.6
pH		6.537 6.477 - 6.597	7.060 7.010 - 7.110	7.437 7.387 - 7.487	7.663 7.613 - 7.713	7.897 7.837 - 7.957
PCO2	mmHg	91.2 80.2 - 102.1	60.9 53.4 - 68.4	33.4 26.4 - 40.4	20.5 14.2 - 26.8	14.5 8.5 - 20.5
	kPa	12.16 10.69 - 13.61	8.12 7.12 - 9.12	4.45 3.52 - 5.39	2.73 1.89 - 3.57	1.93 1.13 - 2.73
PO2	mmHg	56 41 - 71	85 70 - 100	121 103 - 139	145 123 - 167	419 359 - 479
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.3 9.3 - 13.3	16.1 13.7 - 18.5	19.3 16.4 - 22.3	55.9 47.9 - 63.9
Glucose/Glu	mg/dL	565 480 - 650	257 215 - 299	118 102 - 134	37 28 - 46	25 16 - 34
	g/L	5.65 4.80 - 6.50	2.57 2.15 - 2.99	1.18 1.02 - 1.34	0.37 0.28 - 0.46	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.4 26.6 - 36.1	14.3 11.9 - 16.6	6.5 5.7 - 7.4	2.1 1.6 - 2.6	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.7 11.4 - 18.0	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1299 1008 - 1591	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.41 12.63 - 18.18	6.42 5.55 - 7.29	1.65 1.15 - 2.15	0.58 0.08 - 1.08	0.49 0.00 - 0.99
	mg/dL	138.8 113.8 - 163.8	57.8 50.0 - 65.7	14.9 10.4 - 19.4	5.2 0.7 - 9.7	4.4 0.0 - 8.9
	g/L	1.388 1.138 - 1.638	0.578 0.500 - 0.657	0.149 0.104 - 0.194	0.052 0.007 - 0.097	0.044 0.000 - 0.089
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	23 20 - 26	36 33 - 39	56 53 - 60	66 62 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 21 - 27	37 34 - 41	59 55 - 63	69 65 - 73



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



794709-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	124 119 - 128	132 127 - 136	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.7 7.1 - 8.3
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 66	75 70 - 79	91 85 - 97	113 105 - 122	124 115 - 134
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.84 0.76 - 0.92	1.22 1.14 - 1.30	1.56 1.45 - 1.68	2.16 1.99 - 2.32
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.0 - 3.7	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.8 - 6.7	8.6 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.4	4.3 4.0 - 4.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	25 19 - 32	29 23 - 35	44 37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	571 485 - 656	258 216 - 300	117 101 - 132	35 26 - 44	23 14 - 32
	g/L	5.71 4.85 - 6.56	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.32	0.35 0.26 - 0.44	0.23 0.14 - 0.32
	mmol/L	31.7 26.9 - 36.4	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.6 11.3 - 17.9	3.4 2.6 - 4.2	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1291 999 - 1582	301 230 - 371	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	11 8 - 14	7 4 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.4 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	24 17 - 30	15 9 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.09 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 50 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794709-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 128	132 127 - 136	159 153 - 165	179 172 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	2.9 2.6 - 3.2	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 67 - 77	89 83 - 95	112 104 - 120	124 114 - 133
pH		6.502 6.442 - 6.562	7.008 6.958 - 7.058	7.372 7.322 - 7.422	7.650 7.600 - 7.700	7.854 7.794 - 7.914
PCO2	mmHg	111.0 97.7 - 124.3	73.3 65.8 - 80.8	42.7 35.7 - 49.7	27.8 21.5 - 34.1	23.8 17.8 - 29.8
	kPa	14.80 13.02 - 16.57	9.77 8.77 - 10.77	5.69 4.76 - 6.63	3.71 2.87 - 4.55	3.17 2.37 - 3.97
Glucose/Glu	mg/dL	554 471 - 638	263 221 - 305	129 112 - 146	43 34 - 52	30 21 - 39
	g/L	5.54 4.71 - 6.38	2.63 2.21 - 3.05	1.29 1.12 - 1.46	0.43 0.34 - 0.52	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.8 26.1 - 35.4	14.6 12.3 - 16.9	7.2 6.2 - 8.1	2.4 1.9 - 2.9	1.7 1.2 - 2.2
BUN	mg/dL	135 117 - 153	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	48.2 41.8 - 54.6	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	289 250 - 327	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.89 2.50 - 3.27	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794709-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23004 (L1 331161, L2 301161, L3 311161, L4 321161, L5 341160)

Exp. 2024-04-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794709-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

