

i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A48**

<b>CG4+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.593	7.041	7.465	7.641	7.978
		6.533 - 6.653	6.991 - 7.091	7.415 - 7.515	7.591 - 7.691	7.918 - 8.038
PCO2	mmHg	87.0	54.6	27.2	23.2	15.4
		76.6 - 97.4	47.1 - 62.1	20.2 - 34.2	16.9 - 29.5	9.4 - 21.4
	kPa	11.60	7.28	3.63	3.09	2.05
		10.21 - 12.98	6.28 - 8.28	2.69 - 4.56	2.25 - 3.93	1.25 - 2.85
PO2	mmHg	76	90	125	154	354
		61 - 91	75 - 105	107 - 144	130 - 177	294 - 414
	kPa	10.1	12.0	16.7	20.5	47.2
		8.1 - 12.1	10.0 - 14.0	14.3 - 19.2	17.3 - 23.6	39.2 - 55.2
Lactate/Lac	mmol/L	19.39	7.83	2.14	0.84	0.42
		15.90 - 22.88	6.77 - 8.88	1.64 - 2.64	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	174.7	70.5	19.3	7.6	3.8
		143.3 - 206.1	61.0 - 80.0	14.8 - 23.8	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.747	0.705	0.193	0.076	0.038
		1.433 - 2.061	0.610 - 0.800	0.148 - 0.238	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794707-01

04-Apr-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A48**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	134 129 - 138	162 157 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.4 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.22 2.06 - 2.39	1.50 1.38 - 1.61	1.26 1.18 - 1.34	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	8.9 8.2 - 9.6	6.0 5.5 - 6.4	5.0 4.7 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.4 4.1 - 4.8	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.585 6.525 - 6.645	7.034 6.984 - 7.084	7.459 7.409 - 7.509	7.627 7.577 - 7.677	7.949 7.889 - 8.009
PCO2	mmHg	88.3 77.7 - 98.9	56.7 49.2 - 64.2	27.8 20.8 - 34.8	23.4 17.1 - 29.7	13.4 7.4 - 19.4
	kPa	11.77 10.36 - 13.18	7.56 6.56 - 8.56	3.71 2.77 - 4.64	3.12 2.28 - 3.96	1.79 0.99 - 2.59
PO2	mmHg	79 64 - 94	89 74 - 104	123 104 - 141	148 126 - 171	363 303 - 423
	kPa	10.5 8.5 - 12.5	11.9 9.9 - 13.9	16.4 13.9 - 18.8	19.7 16.8 - 22.8	48.4 40.4 - 56.4
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	124 107 - 140	288 246 - 330	597 507 - 686
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.24 1.07 - 1.40	2.88 2.46 - 3.30	5.97 5.07 - 6.86
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.9 5.9 - 7.8	16.0 13.7 - 18.3	33.1 28.1 - 38.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.1 11.7 - 18.5	4.2 3.4 - 5.0	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1335 1034 - 1635	371 301 - 442	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	18.82 15.43 - 22.21	7.70 6.66 - 8.73	2.06 1.56 - 2.56	0.78 0.28 - 1.28	0.35 0.00 - 0.85
	mg/dL	169.6 139.0 - 200.1	69.4 60.0 - 78.7	18.6 14.1 - 23.1	7.0 2.5 - 11.5	3.2 0.0 - 7.7
	g/L	1.696 1.390 - 2.001	0.694 0.600 - 0.787	0.186 0.141 - 0.231	0.070 0.025 - 0.115	0.032 0.000 - 0.077

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



794707-01

04-Apr-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A48**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	120 116 - 124	133 129 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 67 - 76	78 72 - 83	89 83 - 95	110 102 - 117	124 116 - 132
iCa	mmol/L	2.29 2.12 - 2.46	1.51 1.40 - 1.63	1.27 1.18 - 1.35	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.8	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.7 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.3	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	18 9 - 27	22 16 - 29	27 21 - 33	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	41 32 - 50	124 107 - 140	290 248 - 332	609 518 - 700
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.41 0.32 - 0.50	1.24 1.07 - 1.40	2.90 2.48 - 3.32	6.09 5.18 - 7.00
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.9 5.9 - 7.8	16.1 13.8 - 18.4	33.8 28.8 - 38.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.4 11.9 - 18.8	4.3 3.5 - 5.1	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1361 1052 - 1662	380 309 - 451	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	116 101 - 132	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 36.1 - 47.1	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 216 - 282	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.16 - 2.82	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794707-01

04-Apr-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

**CLEW: A48**

<b>EC8+, 6+, &amp; G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	134 129 - 138	161 156 - 167	180 174 - 186
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	68 64 - 73	75 70 - 80	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.599 6.539 - 6.659	7.047 6.997 - 7.097	7.469 7.419 - 7.519	7.638 7.588 - 7.688	7.967 7.907 - 8.027
PCO2	mmHg	84.1 74.0 - 94.2	56.0 48.5 - 63.5	31.1 24.1 - 38.1	27.3 21.0 - 33.6	19.7 13.7 - 25.7
	kPa	11.21 9.86 - 12.56	7.46 6.47 - 8.46	4.15 3.21 - 5.08	3.64 2.80 - 4.48	2.63 1.83 - 3.43
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	124 107 - 140	286 244 - 328	588 500 - 676
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.24 1.07 - 1.40	2.86 2.44 - 3.28	5.88 5.00 - 6.76
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.9 5.9 - 7.8	15.9 13.5 - 18.2	32.6 27.8 - 37.5
BUN	mg/dL	119 103 - 134	57 49 - 65	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.5 36.8 - 47.8	20.3 17.5 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	255 220 - 287	122 105 - 139	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.55 2.20 - 2.87	1.22 1.05 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794707-01

04-Apr-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Calibration Verification Set

**LOT** 23102 (L1 131164, L2 101164, L3 111164, L4 121164, L5 141164)

**Exp.** 2024-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794707-01

04-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

