

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.592 6.532 - 6.652	7.039 6.989 - 7.089	7.460 7.410 - 7.510	7.650 7.600 - 7.700	7.979 7.919 - 8.039
	mmHg	86.9 76.5 - 97.3	54.8 47.3 - 62.3	27.6 20.6 - 34.6	22.5 16.2 - 28.8	15.6 9.6 - 21.6
PCO2	kPa	11.58 10.20 - 12.97	7.30 6.31 - 8.30	3.68 2.75 - 4.61	3.00 2.16 - 3.84	2.08 1.28 - 2.88
	mmHg	77 62 - 92	91 76 - 106	124 106 - 143	153 130 - 176	358 298 - 418
PO2	kPa	10.3 8.3 - 12.3	12.1 10.1 - 14.1	16.5 14.1 - 19.1	20.4 17.3 - 23.5	47.7 39.7 - 55.7
	mmol/L	19.62 16.09 - 23.15	7.79 6.74 - 8.84	2.12 1.62 - 2.62	0.83 0.33 - 1.33	0.42 0.00 - 0.92
Lactate/Lac	mg/dL	176.8 145.0 - 208.6	70.2 60.7 - 79.6	19.1 14.6 - 23.6	7.5 3.0 - 12.0	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.768 1.450 - 2.086	0.702 0.607 - 0.796	0.191 0.146 - 0.236	0.075 0.030 - 0.120	0.038 0.000 - 0.083

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794708-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	99	121	134	162	179
		95 - 103	117 - 126	129 - 138	157 - 167	173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1	2.9	3.7	6.3	7.9
		1.8 - 2.4	2.6 - 3.2	3.4 - 4.1	5.8 - 6.9	7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.25	1.52	1.28	0.78	0.27
		2.08 - 2.41	1.41 - 1.63	1.20 - 1.37	0.70 - 0.86	0.20 - 0.35
	mg/dL	9.0	6.1	5.1	3.1	1.1
		8.3 - 9.6	5.6 - 6.5	4.8 - 5.5	2.8 - 3.4	0.8 - 1.4
mEq/L	4.5	3.0	2.6	1.6	0.5	
		4.2 - 4.8	2.8 - 3.3	2.4 - 2.7	1.4 - 1.7	0.4 - 0.7
pH		6.582	7.033	7.455	7.636	7.951
		6.522 - 6.642	6.983 - 7.083	7.405 - 7.505	7.586 - 7.686	7.891 - 8.011
PCO2	mmHg	87.8	56.9	28.3	22.9	13.2
		77.3 - 98.4	49.4 - 64.4	21.3 - 35.3	16.6 - 29.2	7.2 - 19.2
	kPa	11.70	7.58	3.77	3.05	1.76
		10.30 - 13.12	6.59 - 8.58	2.84 - 4.71	2.21 - 3.89	0.96 - 2.56
PO2	mmHg	79	91	122	151	372
		64 - 94	76 - 106	103 - 140	129 - 174	312 - 432
	kPa	10.5	12.1	16.3	20.1	49.6
		8.5 - 12.5	10.1 - 14.1	13.7 - 18.7	17.2 - 23.2	41.6 - 57.6
Glucose/Glu	mg/dL	28	42	122	287	597
		19 - 37	33 - 51	105 - 138	245 - 329	507 - 686
	g/L	0.28	0.42	1.22	2.87	5.97
		0.19 - 0.37	0.33 - 0.51	1.05 - 1.38	2.45 - 3.29	5.07 - 6.86
	mmol/L	1.6	2.3	6.8	15.9	33.1
		1.1 - 2.1	1.8 - 2.8	5.8 - 7.7	13.6 - 18.3	28.1 - 38.1
Creatinine/Crea	mg/dL	15.0	4.3	1.7	0.5	0.2
		11.7 - 18.4	3.5 - 5.1	1.3 - 2.1	0.1 - 0.9	0.0 - 0.7
	umol/L	1326	380	150	44	18
		1034 - 1627	309 - 451	115 - 186	9 - 80	0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.17	7.67	2.05	0.77	0.36
		15.72 - 22.61	6.64 - 8.71	1.55 - 2.55	0.27 - 1.27	0.00 - 0.86
	mg/dL	172.7	69.1	18.5	6.9	3.2
		141.6 - 203.7	59.8 - 78.5	14.0 - 23.0	2.4 - 11.4	0.0 - 7.7
	g/L	1.727	0.691	0.185	0.069	0.032
		1.416 - 2.037	0.598 - 0.785	0.140 - 0.230	0.024 - 0.114	0.000 - 0.077

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794708-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 128 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 67 - 77	78 73 - 83	89 83 - 95	110 102 - 117	124 115 - 132
iCa	mmol/L	2.31 2.14 - 2.49	1.54 1.42 - 1.65	1.29 1.20 - 1.37	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.2 8.6 - 10.0	6.2 5.7 - 6.6	5.2 4.8 - 5.5	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.1 2.8 - 3.3	2.6 2.4 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	18 9 - 27	22 16 - 29	27 21 - 33	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	41 32 - 50	122 106 - 139	290 248 - 332	610 518 - 701
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.41 0.32 - 0.50	1.22 1.06 - 1.39	2.90 2.48 - 3.32	6.10 5.18 - 7.01
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.1 13.8 - 18.4	33.9 28.8 - 38.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.2 11.8 - 18.7	4.3 3.5 - 5.1	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1344 1043 - 1653	380 309 - 451	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
BUN	mg/dL	116 100 - 131	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 35.7 - 46.8	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 214 - 280	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.14 - 2.80	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794708-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 117 - 126	133 129 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.8 2.5 - 3.1	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	69 64 - 73	76 71 - 81	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.597 6.537 - 6.657	7.048 6.998 - 7.098	7.465 7.415 - 7.515	7.649 7.599 - 7.699	7.967 7.907 - 8.027
PCO2	mmHg	85.0 74.8 - 95.2	55.9 48.4 - 63.4	31.7 24.7 - 38.7	26.5 20.2 - 32.8	19.7 13.7 - 25.7
	kPa	11.33 9.97 - 12.69	7.45 6.45 - 8.45	4.23 3.29 - 5.16	3.53 2.69 - 4.37	2.63 1.83 - 3.43
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	122 106 - 139	286 244 - 328	590 502 - 679
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.39	2.86 2.44 - 3.28	5.90 5.02 - 6.79
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.5 - 18.2	32.7 27.9 - 37.7
BUN	mg/dL	118 102 - 134	57 49 - 65	10 7 - 13	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.1 36.4 - 47.8	20.3 17.5 - 23.2	3.6 2.5 - 4.6	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	253 218 - 287	122 105 - 139	21 15 - 28	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.53 2.18 - 2.87	1.22 1.05 - 1.39	0.21 0.15 - 0.28	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794708-01

04-Apr-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 23307 (L1 131170, L2 101170, L3 111170, L4 121170, L5 141170)

Exp. 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794708-01

04-Apr-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

