

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.577 6.517 - 6.637	7.025 6.975 - 7.075	7.453 7.403 - 7.503	7.655 7.605 - 7.705	7.983 7.923 - 8.043
	mmHg	88.7 78.0 - 99.3	57.3 49.8 - 64.8	28.1 21.1 - 35.1	22.4 16.1 - 28.7	15.5 9.5 - 21.5
PCO2	kPa	11.82 10.40 - 13.24	7.64 6.64 - 8.64	3.75 2.81 - 4.68	2.99 2.15 - 3.83	2.07 1.27 - 2.87
	mmHg	76 61 - 91	94 79 - 109	126 107 - 145	156 132 - 179	362 302 - 422
PO2	kPa	10.1 8.1 - 12.1	12.5 10.5 - 14.5	16.8 14.3 - 19.3	20.8 17.6 - 23.9	48.3 40.3 - 56.3
	mmol/L	19.83 16.26 - 23.40	7.78 6.73 - 8.83	2.13 1.63 - 2.63	0.84 0.34 - 1.34	0.42 0.00 - 0.92
Lactate/Lac	mg/dL	178.7 146.5 - 210.8	70.1 60.6 - 79.6	19.2 14.7 - 23.7	7.6 3.1 - 12.1	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.787 1.465 - 2.108	0.701 0.606 - 0.796	0.192 0.147 - 0.237	0.076 0.031 - 0.121	0.038 0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795178-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 129 - 138	162 156 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.20 2.03 - 2.36	1.48 1.37 - 1.59	1.26 1.17 - 1.34	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	8.8 8.1 - 9.4	5.9 5.5 - 6.4	5.0 4.7 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.4 4.1 - 4.7	3.0 2.7 - 3.2	2.5 2.3 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.585 6.525 - 6.645	7.016 6.966 - 7.066	7.448 7.398 - 7.498	7.640 7.590 - 7.690	7.955 7.895 - 8.015
PCO2	mmHg	86.3 76.0 - 96.7	59.8 52.3 - 67.3	28.5 21.5 - 35.5	22.6 16.3 - 28.9	13.1 7.1 - 19.1
	kPa	11.50 10.13 - 12.89	7.97 6.97 - 8.97	3.80 2.87 - 4.73	3.01 2.17 - 3.85	1.75 0.95 - 2.55
PO2	mmHg	79 64 - 94	94 79 - 109	124 106 - 143	155 132 - 178	372 312 - 432
	kPa	10.5 8.5 - 12.5	12.5 10.5 - 14.5	16.5 14.1 - 19.1	20.7 17.6 - 23.7	49.6 41.6 - 57.6
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	123 106 - 139	287 245 - 329	598 508 - 688
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.98 5.08 - 6.88
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	33.2 28.2 - 38.2
Creatinine/Crea	mg/dL	15.2 11.8 - 18.6	4.3 3.5 - 5.1	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1344 1043 - 1644	380 309 - 451	150 115 - 186	44 9 - 80	18 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.32 15.84 - 22.80	7.66 6.63 - 8.69	2.06 1.56 - 2.56	0.77 0.27 - 1.27	0.36 0.00 - 0.86
	mg/dL	174.1 142.7 - 205.4	69.0 59.7 - 78.3	18.6 14.1 - 23.1	6.9 2.4 - 11.4	3.2 0.0 - 7.7
	g/L	1.741 1.427 - 2.054	0.690 0.597 - 0.783	0.186 0.141 - 0.231	0.069 0.024 - 0.114	0.032 0.000 - 0.077

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



795178-01

06-May-2024

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.8	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 67 - 77	78 73 - 83	89 83 - 95	110 103 - 117	124 115 - 132
iCa	mmol/L	2.29 2.12 - 2.46	1.50 1.39 - 1.62	1.27 1.19 - 1.35	0.78 0.70 - 0.86	0.27 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.8	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.8 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.6 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	19 10 - 28	22 16 - 29	27 21 - 33	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	41 32 - 50	122 106 - 139	289 247 - 331	610 519 - 702
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.41 0.32 - 0.50	1.22 1.06 - 1.39	2.89 2.47 - 3.31	6.10 5.19 - 7.02
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.0 13.7 - 18.4	33.9 28.8 - 39.0
Creatinine/Crea	mg/dL	15.4 11.9 - 18.9	4.4 3.6 - 5.2	1.8 1.4 - 2.2	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1361 1052 - 1671	389 318 - 460	159 124 - 194	44 9 - 80	27 0 - 62
BUN	mg/dL	116 101 - 132	61 52 - 69	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 36.1 - 47.1	21.8 18.6 - 24.6	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 216 - 282	131 111 - 148	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.16 - 2.82	1.31 1.11 - 1.48	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795178-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 94 - 103	121 117 - 126	133 129 - 138	161 156 - 166	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	69 64 - 73	75 70 - 80	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.582 6.522 - 6.642	7.027 6.977 - 7.077	7.455 7.405 - 7.505	7.658 7.608 - 7.708	7.978 7.918 - 8.038
PCO2	mmHg	85.7 75.4 - 96.0	59.6 52.1 - 67.1	31.6 24.6 - 38.6	26.4 20.1 - 32.7	19.3 13.3 - 25.3
	kPa	11.42 10.05 - 12.80	7.94 6.94 - 8.94	4.21 3.28 - 5.15	3.52 2.68 - 4.36	2.57 1.77 - 3.37
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	43 34 - 52	123 106 - 139	287 245 - 329	589 501 - 678
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.43 0.34 - 0.52	1.23 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.89 5.01 - 6.78
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	32.7 27.8 - 37.6
BUN	mg/dL	119 103 - 135	58 50 - 65	11 8 - 14	7 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	42.5 36.8 - 48.2	20.7 17.9 - 23.2	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	255 220 - 289	124 107 - 139	24 17 - 30	15 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.55 2.20 - 2.89	1.24 1.07 - 1.39	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795178-01

06-May-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24050 (L1 131174, L2 101174, L3 111174, L4 121174, L5 141174)

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795178-01

06-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

