

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A48**

| <b>CG4+</b><br><b>LOT</b> D |        | <b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b> | <b>R (Range)</b> |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| pH                          |        | 7.039                              | 6.989 - 7.089    |
| PCO2                        | mmHg   | 54.8                               | 47.3 - 62.3      |
|                             | kPa    | 7.30                               | 6.31 - 8.30      |
| PO2                         | mmHg   | 91                                 | 76 - 106         |
|                             | kPa    | 12.1                               | 10.1 - 14.1      |
| Lactate/Lac                 | mmol/L | 7.79                               | 6.74 - 8.84      |
|                             | mg/dL  | 70.2                               | 60.7 - 79.6      |
|                             | g/L    | 0.702                              | 0.607 - 0.796    |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




794765-01

04-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A48**

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                  |               |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121              | 117 - 126     |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9              | 2.6 - 3.2     |
| iCa                                | mmol/L        | 1.52             | 1.41 - 1.63   |
|                                    | mg/dL         | 6.1              | 5.6 - 6.5     |
|                                    | mEq/L         | 3.0              | 2.8 - 3.3     |
| pH                                 |               | 7.033            | 6.983 - 7.083 |
| PCO2                               | mmHg          | 56.9             | 49.4 - 64.4   |
|                                    | kPa           | 7.58             | 6.59 - 8.58   |
| PO2                                | mmHg          | 91               | 76 - 106      |
|                                    | kPa           | 12.1             | 10.1 - 14.1   |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 42               | 33 - 51       |
|                                    | g/L           | 0.42             | 0.33 - 0.51   |
|                                    | mmol/L        | 2.3              | 1.8 - 2.8     |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.3              | 3.5 - 5.1     |
|                                    | umol/L        | 380              | 309 - 451     |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.67             | 6.64 - 8.71   |
|                                    | mg/dL         | 69.1             | 59.8 - 78.5   |
|                                    | g/L           | 0.691            | 0.598 - 0.785 |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




794765-01

04-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A48**

| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b>      | <b>H</b>      |                  |             |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 121              | 117 - 125   |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.9              | 2.6 - 3.2   |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78               | 73 - 83     |
| iCa             | mmol/L        | 1.54             | 1.42 - 1.65 |
|                 | mg/dL         | 6.2              | 5.7 - 6.6   |
|                 | mEq/L         | 3.1              | 2.8 - 3.3   |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18               | 9 - 27      |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 41               | 32 - 50     |
|                 | g/L           | 0.41             | 0.32 - 0.50 |
|                 | mmol/L        | 2.3              | 1.8 - 2.8   |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.3              | 3.5 - 5.1   |
|                 | umol/L        | 380              | 309 - 451   |
| BUN             | mg/dL         | 60               | 52 - 68     |
| Urea            | mmol/L        | 21.4             | 18.6 - 24.3 |
|                 | mg/dL         | 128              | 111 - 146   |
|                 | g/L           | 1.28             | 1.11 - 1.46 |


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794765-01

04-Apr-2024

i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: A48**

| <b>EC8+, 6+, &amp; G</b> |                   | <b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b> | <b>R (Range)</b> |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>LOT</b>               | <b>F, H, J, K</b> |                                    |                  |
| Na                       | mmol/L, mEq/L     | 121                                | 117 - 126        |
| K                        | mmol/L, mEq/L     | 2.8                                | 2.5 - 3.1        |
| Cl                       | mmol/L, mEq/L     | 76                                 | 71 - 81          |
| pH                       |                   | 7.048                              | 6.998 - 7.098    |
| PCO2                     | mmHg              | 55.9                               | 48.4 - 63.4      |
|                          | kPa               | 7.45                               | 6.45 - 8.45      |
| Glucose/Glu              | mg/dL             | 42                                 | 33 - 51          |
|                          | g/L               | 0.42                               | 0.33 - 0.51      |
|                          | mmol/L            | 2.3                                | 1.8 - 2.8        |
| BUN                      | mg/dL             | 57                                 | 49 - 65          |
| Urea                     | mmol/L            | 20.3                               | 17.5 - 23.2      |
|                          | mg/dL             | 122                                | 105 - 139        |
|                          | g/L               | 1.22                               | 1.05 - 1.39      |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794765-01

04-Apr-2024

# i-STAT® Level 1 Control

**LOT** 101170

**Exp.** 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794765-01

04-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

