

i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 230131 (L1 611160, L2 621160, L3 631160)

 **Exp.** 2024-04-30

**CLEW: D47**

TBI Plasma		L1	L2	L3
<b>LOT</b> D				
GFAP	pg/mL	15 0 - 33	4680 1872 - 7488	9419 3768 - 15070
UCH-L1	pg/mL	47 0 - 167	1450 798 - 2103	3051 1678 - 4424
TBI Plasma		L1	L2	L3
<b>LOT</b> J				
GFAP	pg/mL	20 2 - 38	5018 2007 - 8029	10698 4279 - 17117
UCH-L1	pg/mL	46 0 - 166	1517 834 - 2200	3347 1841 - 4853


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



791695-01

17-Oct-2023

## i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 230131 (L1 611160, L2 621160, L3 631160)

**Exp.** 2024-04-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

791695-01

17-Oct-2023



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

